

Wykonawcy postępowania

ZP/51/2024

Łódź, dn. 06.06.2024 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na Dostawę lamp zabiegowych.

Działając w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

dotyczy: SWZ ust. 5.3 warunki udziału w postępowaniu

Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie zrealizowanych co najmniej dwóch dostaw lamp operacyjnych o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto łącznie , jako spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej?

Odpowiedź:

Tak. W załączeniu modyfikacja SWZ.

Pytanie 2:

dotyczy: SWZ ust. 5.3 warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający wymaga dwóch dostaw lamp zabiegowych, Czy Zamawiający dopuści wykaz dostaw innego sprzętu medycznego np. lamp operacyjnych, stołów operacyjnych itp., które również są dostarczane na sale operacyjne i zabiegowe

Odpowiedź:

Nie. Dopuszczamy tylko dostawę lamp zabiegowych i/lub operacyjnych. W załączeniu modyfikacja SWZ.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe o średnicy kopuły wynoszącej 32 cm ?

Odpowiedź:

Wyrażamy zgodę. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe bez brudnego uchwytu ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z wgłębnością oświetlenia 1450 mm ?

Odpowiedź:

Nie wyrażamy zgody.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści lampy zabiegowe z poborem mocy 32 W ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7:

dot. pkt 13 OPZ

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ścienną o natężeniu oświetlenia 50 000 lux z odległości 1m, jest to parametr niewiele różniący się od wymaganego pozwalający zachować bardzo dobre warunki w obrębie pola zabiegowego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne.

Pytanie 8:

dot. pkt 14 OPZ

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ścienną o wgłębności oświetlenia 180cm, przy montażu ściennym jest do parametr niewiele różniący się od wymaganego a zarazem wystraczający do odpowiedniego oświetlenia pola zabiegowego.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9:

dot. pkt 16 OPZ

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ścienną z możliwością wyboru dwóch temperatur barwowych 4000K i 4500K. Są to parametry lepsze od wymaganych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne.

Pytanie 10:

dot. pkt 18 OPZ

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ścienną z możliwością regulacji natężenia w zakresie 20-100%. Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający rezygnuje z uruchomienia, instalacji, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (zajmuje ok. 2 min.), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12:

dot. pkt 7 OPZ

Czy Zamawiający dopuści lampę wykonana z lekkich stopów metali? Takie rozwiązanie pozwala zachować wysoką odporność czaszy na uszkodzenia mechaniczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie z zachowaniem pozostałych parametrów OPZ. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne

Pytanie 13:

dot. pkt 8 OPZ

Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny (nie zaburzający wiązki światła) umieszczony z boku czaszy, z możliwością sterylizacji tegoż uchwyty? Uchwyt umożliwiający ustawianie czaszy w dowolnym położeniu.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14:

dot. pkt 14 OPZ

Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości oświetlenia $L1+L2 E_c 60\% = 87 \text{ cm}$? Parametr jest praktycznie niezauważalny dla użytkownika i zmiana w tej materii nie będzie odczuwalna.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 15:

dot. pkt 17 OPZ

Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą pola roboczego 17 cm z 1m?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 16:

dot. pkt 19 OPZ

Czy Zamawiający dopuści lampę z zasilaczem o maksymalnej mocy 50 W?. Ze względu na zastosowanie potencjometrów nie można mówić o stałym zużyciu prądu. W związku z tym, że lampa zużywa różną wartość prądową z racji regulacji natężenia producenci zaczęli określać zużycie prądu lampy poprzez wartość zastosowanego zasilacza. Pobór mocy nie powinien być parametrem odrzucającym lampę, jeśli spełnia pozostałe kryteria zwłaszcza w kwestii światła, które generuje.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 17:

dot. pkt 20 OPZ

Czy Zamawiający dopuści lampę o napięciu zasilania 100-240 V AC

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 18:

Z czego wykonane są ściany w miejscu montażu lamp?

Odpowiedź:

Ściany wykonane są z płyt GK (w systemie Siniat) – 2x płyta GK 1,25 cm + wzmocnienie w miejscach montażu lamp zabiegowych z płyty cementowo – wiórowej Duripanel.

Pytanie 19:

Czy w przypadku słabej ściany (płyta G-K), Zamawiający przewidział wzmocnienie ścian we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zostały wykonane wzmocnienia na potrzeby montażu lamp.

Pytanie 20:

Czy w miejscu montażu lamp zabiegowych doprowadzona jest instalacja elektryczna z dodatkowym wyłącznikiem na ścianie.

Odpowiedź:

Tak w miejscu montażu lampy (na wysokości 230 cm nad posadzką) przygotowane są wypusty elektryczne. Dla każdej lampy wykonano włącznik umieszczony na ścianie w pobliżu lampy.

Pytanie 21:

Pytania odnośnie montażu:

1. Czy ściana jest pionowa

Odpowiedź: Tak

2. Typ ściany (z jakiego materiału jest wykonana)

Odpowiedź: Ściany wykonane są z płyt GK (w systemie Siniat) – 2x płyta GK 1,25 cm + wzmocnienie w miejscach montażu lamp zabiegowych z płyty cementowo – wiórowej Duripanel

3. Czy doprowadzony jest przewód zasilający lampę:

Odpowiedź: Tak w miejscu montażu lampy (na wysokości 230 cm nad posadzką) przygotowane są wypusty elektryczne. Dla każdej lampy wykonano włącznik umieszczony na ścianie w pobliżu lampy.

4. Jeśli nie ma przewodu czy dopuszczone jest zasilenie lampy wraz z innymi lampami

(oświetleniem pomieszczenia)

Odpowiedź: w miejscu montażu lampy (na wysokości 230 cm nad posadzką) przygotowane są wypusty elektryczne. Dla każdej lampy wykonano włącznik umieszczony na ścianie w pobliżu lampy.

5. Jeśli nie ma przewodu jaka jest odległość do tablicy rozdzielczej/źródła prądu:

Odpowiedź: w miejscu montażu lampy (na wysokości 230 cm nad posadzką) przygotowane są wypusty elektryczne. Dla każdej lampy wykonano włącznik umieszczony na ścianie w pobliżu lampy.

6. Jeśli nie ma przewodu w jaki sposób przewód ma być przymocowany do ściany/sufitu:

Odpowiedź: w miejscu montażu lampy (na wysokości 230 cm nad posadzką) przygotowane są wypusty elektryczne. Dla każdej lampy wykonano włącznik umieszczony na ścianie w pobliżu lampy.

7. W jakie dni (robocze/wolne) możliwy jest montaż lampy?

Odpowiedź: poniedziałek-piątek 8-16

8. W jakich godzinach możliwy jest montaż lampy (ze względu na dostęp do pomieszczeń/hałas podczas montażu/kurz):

Odpowiedź: poniedziałek-piątek 8-16

9. Czy istnieje możliwość dojazdu do budynku w którym ma być montowana lampa/ koszty parkowania

Odpowiedź: Tak, dostępny jest parking płatny

10. Czy są wymagane inne prace związane z malowaniem/tynkowaniem itp.

Odpowiedź: Nie.

Z-ca Dyrektora

Biura Obsługi i Realizacji Zamówień Publicznych

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi