

Gdynia, dnia 01-07-2022 r.

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Zakup aparatów USG z dostawą do Szpitali Pomorskich Sp. z. o.o. do lokalizacji w Gdyni.**

**nr D25M/252/N/18-38rj/22**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872 z późn. zm.); zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

- Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/.... § 1 PRZEDMIOT UMOWY, ust. 2, lit. a, b, ZADANIE 3: Aparat USG przyłóżkowy 2 sztuki**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności instalacji i przeszkolenia personelu Zamawiającego oraz obowiązkowych przeglądów technicznych.

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt jest instalowany samodzielnie przez użytkownika. Użytkowanie aparatu nie wymaga instalacji oraz instruktażu, a wszelkie materiały dotyczące użytkowania są dostępne na stronie internetowej dedykowanej urządzeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie odstępuje od instalacji i przeszkolenia personelu Zamawiającego przez Wykonawcę, odstąpi od obowiązkowych przeglądów technicznych zgodnie z dokumentami od producenta.

- Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/.... § 1 CENA, ust. 3, ZADANIE 3: Aparat USG przyłóżkowy 2 sztuki**

Prosimy o modyfikację zgodnie z poniższym:

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym między innymi koszty: opakowania, załadunku, transportu aż do miejsca zainstalowania z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, ubezpieczenia na okres do czasu podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokołu zdawczo-odbiorczego sprzętu, przekazania nieograniczonej czasowo licencji na oprogramowanie służące do eksploatacji sprzętu i jego akcesoriów (jeżeli licencja jest konieczna) oraz uwzględnia wszelkie rabaty, upusty i marże.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)

**Uzasadnienie:**

Zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt jest instalowany samodzielnie przez użytkownika. Użytkowanie aparatu nie wymaga instalacji oraz instruktażu, a wszelkie materiały dotyczące użytkowania są dostępne na stronie internetowej dedykowanej urządzeniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**3. Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/... § 4 WARUNKI REALIZACJI UMOWY, ust. 7, ZADANIE 3: Aparat USG przyłóżkowy 2 sztuki**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od konieczności i przeszkolenia personelu Zamawiającego i usunięcie ust. 7.

**Uzasadnienie:**

Oferowany przez Wykonawcę przenośny aparat USG nie wymaga specjalistycznego szkolenia w zakresie użytkowania. Montaż oraz pierwsze uruchomienie odbywa się we własnym zakresie. Wykonawca dysponuje filmami instruktażowymi dostępnymi na stronie internetowej. W przypadku utrzymania zapisów umowy, koszty związane z montażem, uruchomieniem oraz przeszkoleniem zostaną uwzględnione w ofercie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**4. Dotyczy ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/... § 8 WADY, REKOJMIA, GWARANCJA JAKOŚCI, SERWIS W OKRESIE GWARANCJI, ust. 6, 12,14, ZADANIE 3: Aparat USG przyłóżkowy 2 sztuki**

Zwracamy się z prośbą o usunięcie ust. 6, gdyż zgodnie z dokumentem fabrycznym Producenta urządzenia oferowany przez Wykonawcę produkt nie wymaga wykonywania okresowych przeglądów przez autoryzowany serwis. Wszelkie przewidywane czynności konserwacyjne i sprawdzające mogą być wykonywane przez użytkownika, są one opisane w instrukcji obsługi urządzenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji.

**5. Dot. ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/ § 4 ust. 6, § 6 ust. 2 i § 7 ust. 1**  
Wykonawca wnosi o usunięcie z § 4 ust. 6, § 6 ust. 2 i § 7 ust. 1 Projektu umowy sformułowań „bez zastrzeżeń” lub „bez uwag i zastrzeżeń”. Umowa nie przewiduje bowiem dalszego, szczególnego sposobu postępowania w przypadku podpisania protokołu z uwagami/zastrzeżeniami.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332  
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201  
| kapitał zakładowy: 175 874 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148  
e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | [szpitalpomorskie.eu](http://szpitalpomorskie.eu)



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**6. Dot. ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/ Dot. § 7 ust. 2**

Wykonawca wnosi o usunięcie § 7 ust. 2 z projektu umowy jako uzależniającego podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego, a w konsekwencji wypłatę wynagrodzenia przez Zamawiającego od zrzeczenia się przez Wykonawcę wszelkich znanych mu roszczeń. Podkreślić należy, że tego typu postanowienie rażąco faworyzuje Zamawiającego, ponieważ bardzo ogranicza, a niemalże pozbawia, Wykonawcę możliwości dochodzenia innych roszczeń, które potencjalnie przysługiwałyby mu w związku z Umową, poza wynagrodzeniem. Tego rodzaju postanowienie umowne będzie musiało zostać uwzględnione przez wykonawców jako istotne ryzyko prawne, co niewątpliwie przełoży się na wyższe ceny ofertowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**7. Dot. ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/ Dot. § 9 ust. 1**

Wykonawca wnosi o zmniejszenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych do 10% łącznej wartości przedmiotu umowy. Obecny limit 70% skrajnie faworyzuje Zamawiającego jako stronę umowy. Tego rodzaju postanowienie umowne będzie musiało zostać uwzględnione przez wykonawców jako istotne ryzyko prawne, co niewątpliwie przełoży się na wyższe ceny ofertowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji i obniża limit kar umownych do 50% łącznej wartości przedmiotu umowy.

**8. Dot. ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/ § 9 ust. 1 pkt. 3 Projektu umowy**

Wykonawca wnosi o zmianę § 9 ust. 1 pkt. 3 poprzez usunięcie możliwości naliczenia kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niedotyczących Zamawiającego – w opinii Wykonawcy obecne postanowienia umowne i przepisy prawa nie przewidują bowiem możliwości takiego odstąpienia przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**9. Dot. ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA nr znak: D25M/252/N/18-38rj/22/ § 9 ust. 4 i §10 ust. 3 pkt. 1 ppkt. a) Projektu umowy**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w kategoriach siły wyższej traktowany będzie także ewentualny nawrót epidemii COVID-19.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

---

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Beata Martyn-Mrozowska

DYREKTOR  
DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I IT

*mgr Beata Martyn-Mrozowska*