

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 21.06.2023 r.

ZP/p/17/2023

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na dostawę i montaż angiografu, aparatu do znieczulania oraz aparatu stacjonarnego RTG wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, celem realizacji projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu zniwelowania skutków pandemii COVID-19 i zminimalizowania skutków pandemii i innych chorób zakaźnych w przyszłości”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 13

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tym samym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

W związku ze zmianami naniesionymi przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SWZ, zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek w punkcie J4c za spełniony w przypadku zaoferowania lampy zabiegowej o zakresie regulacji pola świetlnego 16-24 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku zaoferowania lampy zabiegowej o zakresie regulacji pola świetlnego 16-24 cm.

Zestaw zapytań nr 2

Pytanie 1:

W nawiązaniu do ZMIANA TREŚCI SWZ Nr 6 z dnia 20-06-2023 – wraz z publikacją załącznika: „6.Załącznik nr 2 do SWZ część 1 - zmiana 6.docx”, w celu uniknięcia sporów na etapie oceny ofert, wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie odpowiedzi dopuszczające są wiążące.

Wobec powyższego wnosimy o rezygnację i wykreślenie punktacji za rozwiązanie mobilne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza iż wszystkie odpowiedzi dopuszczające są wiążące oraz Załącznik nr 2 do SWZ część 1 – zmiana 6 jest wersją obowiązującą. Zamawiający nie wprowadza zmian i wymaga zgodnie z aktualnym SWZ.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
A. Waraczewska
mgr inż. Aleksandra Waraczewska

1/ strona internetowa prowadzonego postępowania
1/ a/a