



Zielona Góra 24.06.2022 r.

Nr referencyjny: LI.280.2.2022

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zakup mammografu cyfrowego wraz z wyposażeniem, TED: 2022/S 091-249794.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ IV

Zamawiający Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o. o. niniejszym informuje, iż na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 10.06.2022, p. II. 19

Aktualny wymóg:

19. Zakres wysokiego napięcia min. 22 – 35 kV

uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty . Prosimy o dopuszczenie aparatu o zakresie wysokiego napięcia min 23-35kV

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Prezes Zarządu

Marek Działoszyński

podpis na oryginale

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zgora/proceedings

a/a LI.280.2.2022