

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem przetargowym**

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/8/1/24

data: 17.04.2024 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 8/24/ZP „Zakup wraz z dostawą opatrunków”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytania:

Firma 1

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 zadaniu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16 serwety na stół Mayo 80x140cm, z padem chłonnym, składana rewersowo umożliwiając łatwy sposób aplikacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 2

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 zadaniu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,14,15,16, fartucha chirurgicznego niewzmocnionego L, SMS min. 35g/m², mankiety 100% poliester, owinięty w dodatkową serwetę umieszczony pod pierwszą połą owinięcia zestawu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 zadaniu 1 drenu Redona 14/4,67 CH/mm min. 50cm PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 zadaniu 11 nożyczki zagięte typu Metzenbaum tępo-tępe min. 14,5cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 zadaniu 11 pęsety chirurgicznej standardowej prostej min. 14cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

c.d. pytań

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie 10 zadaniu 2 i 5 miski nerkowej o pojemności min. 300ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 2

Pakiet 1, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1/2m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści ligninę wycenę za opakowanie a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga ligniny w opakowaniach a'5 kg.

Pakiet 3, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści watę opatrunkową o zawartości 50% bawełny i 50% wiskozy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 7, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem na port pionowy? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą na stół narzędziowy służąca również jako owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 260 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów z fartuchem chirurgicznym (dot. fartucha niewzmocnionego L) umieszczony jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu, bez owinięcia w papier krepowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 1, 14, 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na kończynę o wymiarach 30 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z drenem Redona CH14 o długości 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 1, 3, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z drenem do ssaka 24 CH o długości 300 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą główną 2-warstwową o wymiarach 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem 7 cm oraz dodatkowo dołożonym uchwytem typu rzep?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawów oznaczonych za pomocą kolorowej kropki, zamiast ramki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą do cięcia cesarskiego wykonaną z hydrofobowej włókniny SMS o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem z folią o wymiarach 25 cm x 30 cm z torbą na płyny wokół otworu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą do cięcia cesarskiego 2-warstwową wzmocnioną, o wymiarach 180/240 cm x 215 cm z przyklepnym otworem z folią w kształcie trapezu wym. 22,5 cm x 32 cm 22,5 cm z robą do zbiórki płynów 56 cm x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z czapczką dla noworodka w kolorze białym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z ręcznikami celulozowy o wymiarach 30 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 2, 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z miską nerkową o pojemności 800 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 3, 4, 7, 8, 9, 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 2-warstwową oraz służącą jako owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 260 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o wymiarach 200 cm x 320 wykonaną z hydrofobowej włókniny typu SMS z otworem wypełnionym folią 25 cm x 30 cm, bez folii na brzegach z dodatkowo dołożonym workiem o wymiarach 30 cm x 40 cm z możliwością przyklejenia w dogodnym miejscu otworu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z workiem o wymiarach 30 cm x 60 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z uchwytem rzepowym o wymiarach 2 cm x 22 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami miękkimi wykonane z gazy 17-nitkowej zapakowane w torebce papierowej? (dot. twarde z gazy z RTG 12 x 12 cm, 24 n)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm? (dot. 48 x 24 cm, 20 nitek)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 3, 4, 6, 7, 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem okrągły bez uchwytu o pojemności 1000 ml?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wymiarach 150 cm x 240 cm? (w miejsce serwety 250 x 170 cm)
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o wymiarach 230 cm x 260 cm z wycięciem w kształcie litery "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm z padem chłonnym?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kompresami przewiązаныmi papierową banderolą?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami miękkimi zapakowane w torebce papierowej? (dot. twarde z gazy z RTG 12 x 12 cm)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 2-warstwową o wymiarach 230 cm x 260 cm z wycięciem w kształcie litery „U” o wymiarach 20 cm x 100 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 5, 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z folią chirurgiczną o wymiarach 45 cm x 55 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 5, 7, 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszenią jednokomorową o wymiarach 40 cm x 30 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z uchwytem do ssaka CH21 dł. 26 cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem Redona CH18 o długości 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 5, 6, 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem Redona CH16 o długości 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z pojemnikiem okrągłym o pojemności 1000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami wykonanymi z gazy 17-nitkowej o wymiarach 25 cm x 25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ze skalpelem bezpiecznym nr 11P?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serweta główną 2-warstwową o wymiarach 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem 7 cm oraz dodatkowo dołożonym do serwety uchwytem rzepowym umożliwiając przymocowania uchwytu w dogodnym miejscu na serwecie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 7, 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z uchwytem do ssaka CH 21 26 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 7, 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem do ssaka o długości 300 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem Redona o długości 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 8, 9, 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z tupferami wykonane z gazy 17-nitkowej o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 8 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wymiarach 180 cm x 180 cm dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym? (w miejsce serwety 200 x 200 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą o wymiarach 180 cm x 180 cm dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym? (w miejsce serwety 170 x 200 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 2-warstwową o wymiarach 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 12 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 2-warstwową o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem o średnicy 7 cm? (w miejsce serwety 75 x 90 cm z otworem 10 cm)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 2-warstwową (laminat) o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem oraz przylepcem na dłuższym boku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 2-warstwową o wymiarach 230 cm x 260 cm z przyklepnym wycięciem „U” wym. 20 cm x 100 cm oraz posiadającą dodatkowo pad chłonny w obszarze krytycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z uchwytem do ssaka 21 CH?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 14 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z drenem Redona o dł. 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 10, poz. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną o wymiarach 200 cm x 320 cm wykonaną z hydrofobowej włókniny typu SMS z otworem 6 cm x 8 cm, z wbudowaną torbą do zbiórki płynów wraz z zintegrowanymi dwoma organizerami na przewodu (po dwa otwory)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą główną 2-warstwową o wymiarach 180/240 cm x 180 cm z przyklepnym otworem 10 cm x 15 cm z wbudowanym workiem do zbiórki płynów oraz osłonami na kończyny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 10, poz. 16 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszenią przyklepną 2-sekcyjną o wymiarach 40 cm x 30 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu na stół wyciągowy o składzie i parametrach:

1 x wzmocniona serweta na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150cm x 190cm. Rozmiar wzmocnienia 65cm x 190cm

1 x wzmocniona serweta główna o wymiarach 250cm x 300cm do operacji ortopedycznych na stole wyciągowym zintegrowana z osłoną na ekran oraz dwoma osłonami na kończyny dolne, wyposażona w dwa otwory o wymiarach 14cm x 43cm wypełnione folią chirurgiczną oraz wzmocnienie wyskokochłonne o wymiarach 85cm x 220cm


1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80cm x 145cm w postaci worka, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. Rozmiar wzmocnienia 60cm x 145cm

1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa o wymiarach 50cm x 60cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10cm x 50cm.

Serweta główna wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m², wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskokochłonne w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej 136 g/m²?



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 1.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie taśmy samoprzylepnej pakowanej a'1 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 14, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieszeni samoprzylepnej 1-sekcja, rozmiar 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 14, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieszeni samoprzylepnej 2-sekcje, rozmiar 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 14, poz. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety na stół narzędziowy o wymiarach 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 6.2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie serwety o wymiarach 90 x 120 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 3

Pakiet 1, poz. 9

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną, która wykonana jest z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych , opaska posiadająca rozciągliwość powyżej 130 %, zawierająca zapinkę wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pakiet 1, poz. 10

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 'a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blisterów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem zgodnie z działem XVIII pkt 8.

Pakiet 6, poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: W związku z brakiem możliwości dodawania nowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.

Firma 4

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1 - pozycja nr 10

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania gazików zapakowanych a' 2 szt. (jedno opakowanie zbiorcze zawiera dwa gaziki)? Pozostały opis jest zgodny z SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga 110 000 opakowań a'2 szt.

Pakiet nr 4 - pozycja nr 6

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek o rozciągliwości ok. 80%? Pozostały opis jest zgodny z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 5 - pozycja nr 1

• Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania przylepca na tkaninie wiskozowej? Pozostały opis jest zgodny z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7 - pozycja nr 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z ramką zamiast metki?
Pozostały opis jest zgodny z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8 - pozycje nr 1-3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych z czasem wiązania (formowania) 2-4 min., nawiniętych na szpulę tekturową? Pozostały opis jest zgodny z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 - pozycja nr 1

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego wymogi SWZ, jednakże z drenem o długości 400 cm (zamiast: 400 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 - pozycja nr 2 – 7, 9, 14 i 16

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego wymogi SWZ, jednakże z kompresami przewiązywanymi po 5 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 - pozycja nr 8

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego wymogi SWZ, jednakże z kompresami przewiązywanymi po 5 szt. oraz dodatkowo z dwoma osłonami uchwytu lampy w rozmiarze: 12 x 9,5 x 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 10 - pozycja nr 15

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego wymogi SWZ, jednakże z kompresami przewiązywanymi po 5 szt. oraz etykietą o treści „ARTRO BARK”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 12 - pozycja nr 3b

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku ocznego w rozmiarze: 70 x 85 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

SWZ Rozdział IX pkt. A

- Czy doszło do omyłki pisarskiej przy określaniu wymogu ilości dostarczonych próbek „pakiet 11 poz. 1, 2, 3 “Zestawy opatrunkowe” po 1 szt.”

Pakiet nr 11 opiewa jedynie na jedną pozycję. Zestawy opatrunkowe znajdują się w pakiecie nr 10.

Odpowiedź: Tak, doszło do omyłki pisarskiej. Wymagana ilość próbek dotyczy pakietu 10.

Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w Rozdziale IX pkt A 2.2. na:

„pakiet 10 poz. 1, 2, 3 “Zestawy opatrunkowe” po 1 szt.”

Firma 5

Pakiet 7 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej, który nie posiada metki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania wkłuc obwodowych w rozmiarze 6x8cm?

Odpowiedź: Podany rozmiar mieści się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.

Pakiet 7 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej, w rozmiarze 7 x 8,8 cm, którego skrzydełka są wzmocnione dodatkowo włókniną z wycięciem na port pionowy który nie posiada metki

Odpowiedź: Podany rozmiar mieści się w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ.

Firma 6

Pakiet 10 – Zestawy opatrunkowe:

Pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do artroskopii kolana o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 250 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,

2 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL; SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,

1 x ostrze do skalpela nr 20

1 x osłona PE na kable kamery 13 x 235 cm, składana teleskopowo, z tekturową prowadnicą

1 x osłona na kończynę 2-warstwowa 80cmx45cm

20 x kompres gazowy 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10 szt

2 x taśma przyklepna min. 9 x 50 cm

1 x zatrask plastikowy do bezpiecznego usuwania ostrza ze skalpela

1 x butelka Redona 400 ml

1 x opaska elastyczna 12 cm x 5 m

1 x DREN REDONA PVC CH14 50CM Z KONTRASTEM RTG I PERFORACJĄ NA DŁ 14/15CM, średnica drenu - 4,7 mm/2,7 mm (zewnątrzna/wewnętrzna)

1 x DREN DO ODSYSANIA POLA OPER CH25 350CM - KOŃCÓWKA ANTYZAGIĘCIOWA
ŻEŃSKA/ŻEŃSKA

1 x miska plastikowa 250 ml

1 x serweta do artroskopii 2-warstwowa 320cmx240cm cm z otworem o średnicy 6cm z elementem elastycznym (samouszczelniającym), wyposażona w worek na płyny,

1 x organizator na przewody

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem białą etykieta z niebieską ramką oraz napisem „ARTROSKOPIA”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa wzmacniona 190 x 150 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm

1 x serweta do cięcia cesarskiego kształt T 2 – warstwowa 325cmx250 cm z otworem 35cmx32cm wypełnionym folią chirurgiczną, wyposażona w organizator na przewody oraz worek na płyny

1 x ostrze do skalpela nr 24

1 x strzykawka Luer 20 ml

1 x kocyk dla noworodka z włókniny białej 120 x 60 cm

2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,

1 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL; SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester, wzmacnienia min. 35 g/m²

1 x czapeczka dla noworodka bawełna 100%

3 x ręcznik celulozowy min. 30 x 40 cm

3 x tupfer z gazy 30 x 40 cm, 17 nitek (tupfery umieszczone w misce 500 ml)

1 x miska okrągła 500 ml

1 x miska nerkowata 300 ml

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm

1 x taśma przyklepna min. 9 x 50 cm

1 x opatrunek chłonny przyklepny 35 x 10 cm

1 x igła iniekcyjna bezpieczna 1,2 x 40 mm

1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm

50 x kompres gazowy ze znacznikiem RTG 10 x 10 cm, 16 w 17 n, przewiązane a'10

6 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 6 warstw, 17 nitek, biała, wykonana z gazy wstępnie pranej.

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem biała etykieta z różową ramką oraz napisem „CIĘCIE”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 3:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do niedrożności jelit o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 250 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm

1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,

2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL; SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester, wzmocnienia min. 35 g/m²

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XXL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG

1 x jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą, nóż płaski - zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej, 2 przyciski: cut / coag - do cięcia i koagulacji, 3 bolce

1 x ostrze do skalpela nr 24

1 x serweta 2-warstwowa litera T 325cmx250cm z otworem 35cmx32cm wypełnionym folią chirurgiczną, wyposażona w organizator na przewody oraz worek na płyny

1 x pokrowiec np. na kończynę 60X35CM 2 warstwowy

1 x uchwyt rzepowy do kabli 2 x 25 cm

20 x kompres z gazy z RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10 szt

40 x kompres z gazy z RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10 szt

10 x tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm, 24 n, w tekturowym pudełku z przegródkami ułatwiającym szybką kontrolę wzrokową

5 x tupfer z gazy 30x40cm, 17 nitek (tupfery umieszczone w misce)

1 x miska plastikowa 250 ml

1 x miska plastikowa 500 ml

1 x KONCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER CH24 Z KONTROLĄ SIŁY SSANIA Z DRENEM CH25 DŁ 350CM

1 x kubek plastikowy z uchwytem 1000 ml

6 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstwy, 17 nitek, biała, wykonana z gazy wstępnie pranej

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem biała etykieta z czarną ramką oraz napisem „NIEDROŻNOŚĆ”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do żylaków o składzie:

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm

1 x serweta 2-warstwowa samoprzylepna 240 x 180 cm

1 x serweta samoprzylepna, wzmocniona padem chłonnym „U” (95cmx15cm) 260cmx200cm

1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 150 x 200 cm
1 x osłona na krocze 30X20CM
1 x taśma przylepna min. 9 x 50 cm
4 x ręcznik celulozowy min. 40 x 30 cm
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/ m², mankiety 100% poliester,
2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, SMS min. 35 g/ m², mankiety 100% poliester
4 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstwy, 17 nitek, biała, wykonana z gazy wstępnie pranej
1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm
1 x serweta na stół narzędziowy 250 x 200 cm (owinięcie zestawu)
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG
1 x miska plastikowa 250 ml
1 x miska plastikowa 500 ml
1 x kubek plastikowy z uchwytem 1000 ml
20 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek przewiązane po a'10
20 x kompres z gazy i nitka RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek przewiązane po a'10
10 x tupfer twardy z gazy z RTG 12 x 12 cm w pojemniku typu blister 10x20cm 2 komory
1 x jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą, nóż płaski - zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej, 2 przyciski: cut / coag - do cięcia i koagulacji, 3 bolce
Na zewnątrz opakowania z obłożeniem biała etykieta z fioletową ramką oraz napisem „ŻYLAKI”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do protezy biodra o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 250 cm na stół narzędziowy
1 x serweta 2-warstwowa 190 x 150 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm
1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,
3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester, wzmocnienia min. 40 g/m²
1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester, wzmocnienia min. 40 g/m²
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG
1 x jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą, nóż płaski - zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej, 2 przyciski: cut / coag - do cięcia i koagulacji, 3 bolce
1 x serweta 2-warstwowa 290cmx240cm z przylepnym wycięciem „U” 100cmx20cm oraz ze zintegrowanym dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym
1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m
1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm
1 x strzykawka Żaneta 100 ml
1 x folia chirurgiczna 55X45CM
2 x ostrze do skalpela nr 24
1 x kieszeń przylepna PE 1-komorowa 40X30CM
1 x osłona na kończynę 120X37cm 2-warstwowa

1 x uchwyt rzepowy do kabli min. 2x25cm
4 x ręcznik celulozowy min. 40X30 cm
2 x taśma przylepna min. 9 x 50 cm
80 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10
1 x miska nerkowata 300 ml
1 x KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER CH24 ZAGIĘTA, PERFOROWANA Z DRENEM CH24 3500MM
2 x DREN REDONA PVC CH8 50CM Z KONTRASTEM RTG I PERFORACJĄ NA DŁ 14/15CM
2 x BUTELKA REDONA DO DRENAŻU RAN NISKOCIŚN 400ML HARMONIJKA
1 x kubek plastikowy z uchwytem 1000 ml
4 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstwy, 17 nitek, biała, wykonana z gazy wstępnie pranej
1 x pojemnik plastikowy 250 ml
1 x pojemnik plastikowy 500 ml
Na zewnątrz opakowania z obłożeniem białą etykieta z zieloną ramką oraz napisem „BIODRO”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 6:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do laparoskopii o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (owinięcie zestawu)
1 x strzykawka Luer 2 ml
1 x osłona na kable kamery PE 235cmx13cm, składane teleskopowo, z tekturową prowadnicą
1 x serweta do laparoskopii 2-warstwowa 300cmx180cm z otworem w kształcie trapezu 28cmx20cmx19cm, dodatkowa warstwa chłonna w obszarze krytycznym
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,
2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester
1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm
1 x uchwyt typu rzep min 2x25cm
1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm
20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm 12 w 17 n, wiązane a'10 szt
3 x tupfer z gazy 20x20 cm 17 n (umieszczone w misce 250 ml)
3 x opatrunek chłonny samoprzylepny 8 x 15 cm
1 x miska plastikowa 250 ml
1 x skalpel bezpieczny nr 11
1 x igła Veressa 150 mm
3 x ręcznik celulozowy min. 40X30CM
1 x BUTELKA REDONA DO WYSOKOCIŚN DRENAŻU RAN POOPERACYJNYCH 400 ML Z DRENEM ŁĄCZĄCYM 125CM, KONEKTOR OD CH6 DO CH18
1 x miska plastikowa 500 ml
1 x kubek plastikowy z uchwytem 1000 ml
Na zewnątrz opakowania z obłożeniem białą etykieta z żółtą ramką oraz napisem „LAPARO”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 7:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do protezy kolana o składzie

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 250 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)
1 x serweta 2-warstwowa 190 x 150 cm na stół narzędziowy

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm
1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,
3 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XXL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG
1 x jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą, nóż płaski - zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej, 2 przyciski: cut / coag - do cięcia i koagulacji, 3 bolce
1 x serweta 2-warstwowa 320cmx240cm z samouszczelniającym się otworem 6cmx5cm cm z dodatkowym padem chłonnym wokół otworu
1 x strzykawka Żaneta 100 ml
1 x folia chirurgiczna 55X45CM
2 x ostrze do skalpela nr 24
1 x kieszeń przylepna PE 1-komorowa 40X30CM
80 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10
1 x miska 500 ml
1 x KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER CH24 ZAGIĘTA, PERFOROWANA Z DRENEM CH24 3500MM
2 x DREN REDONA PVC CH18 75CM Z KONTRASTEM RTG I PERFORACJĄ NA DŁ 12CM NJ
2 x BUTELKA REDONA DO WYSOKOCIŚN DRENAŻU RAN POOPERACYJNYCH 400 ML Z DRENEM ŁĄCZĄCYM 125CM, KONEKTOR OD CH6 DO CH18
1 x kubek plastikowy z uchwytem 1000 ml
1 x miska 250 ml
4 x chusta brzuszna z gazy z RTG, 45 x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek, biała, wykonana z gazy wstępnie pranej.

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem białą etykieta z niebieską ramką oraz napisem „KOLANO”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania:

Jałowy zestaw uniwersalny duży o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 250 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)
1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm
1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester
3 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,
1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm przylepny, kontrastujący w RTG
1 x jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą, nóż płaski - zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej, 2 przyciski: cut / coag - do cięcia i koagulacji, 3 bolce
1 x ostrze do skalpela nr 24
3 x tupfer z gazy 30 x 30 cm, 17 nitek (tupfery umieszczone w misce plastikowej 250 ml)
1 x miska plastikowa 250 ml
1 x miska plastikowa 500 ml
1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem w obszarze krytycznym
1 x serweta 2-warstwowa przylepna 200 x 170 cm z dodatkowym padem w obszarze krytycznym
2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm z dodatkowym padem w obszarze krytycznym

1 x KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER CH24 ZAGIĘTA, PERFOROWANA Z DRENEM CH24 3500MM

1 x uchwyt rzepowy do kabli min. 2X25cm

40 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

20 x kompres gazowy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

1 x kieszeń przylepna PE 1-sekcyjna 40X30CM

2 x chusta brzuszna z gazy z nitką RTG, 45 x 45 cm, 6 w, 17 n, biała, wykonana z gazy wstępnie pranej

1 x kubek plastikowy z uchwytem 1000 ml

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem biała etykieta z zieloną ramką oraz napisem „UNIWERS DUŻY

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw uniwersalny mały o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 250 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm

1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester

2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,

3 x tupfer z gazy 30x30cm, 17 nitek (umieszczone w misce 250 ml)

1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm z dodatkowym padem w obszarze krytycznym

1 x serweta 2-warstwowa przylepna 170 x 200 cm z dodatkowym padem w obszarze krytycznym

2 x serweta 2-warstwowa przylepna 75 x 90 cm z dodatkowym padem w obszarze krytycznym

10 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

10 x kompres gazowy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

1 x miska plastikowa 250 ml

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem biała etykieta z zieloną ramką oraz napisem „UNIWERS MAŁY”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 10:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do dłoni o składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150 x 190 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta 2-warstwowa do operacji dłoni 300cmx240cm z samouszczelniającym otworem o śr. 4 cm

1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 100 x 150 cm,

1 x uchwyt typu rzep min. 2x25cm,

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,

2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester

1 x miska plastikowa 500 ml,

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 19 cm

20 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 warstw 17 nitek wiązane a'10 sztuk,

2 x ręczniki celulozowe min. 40 x 30 cm;

1 x taśma przylepna min. 9 x 50 cm,

1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm.

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem białą etykieta z pomarańczową ramką oraz napisem „DŁOŃ”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw chirurgiczny o składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 75 x 90 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta przylepna 2-częściowa z regulacją otworu 75 x 90 cm
- 1 x skalpel jednorazowy nr 10
- 1 x nożyczki zagięte typu Metzenbaum tępo-tępe 14,5 cm
- 1 x imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 15 cm
- 1 x pęseta chirurgiczna standardowa prosta 15 cm
- 1 x kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted-Mosquito 12,5 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste 13 cm
- 1 x miska plastikowa 250 ml
- 5 x kompresów włókninowych 5 x 5 cm 4 w
- 10 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 w
- 3 x tufery z gazy 20 x 20 cm 17 nitek

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do wkłucia centralnego o składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe typu Pean 13 cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa nierzylepna 75 x 90 cm przylepnym z otworem 8 cm
- 1 x igła 0,7 x 40 mm
- 1 x igła 1,2 x 40 mm
- 1 x strzykawka 20 ml Luer Lock
- 1 x strzykawka 10 ml Luer Lock
- 1 x skalpel jednorazowy nr 11
- 1 x pęseta metalowa typu Adson min. 12,5 cm
- 1 x kleszczyk metalowy Webster do igły 13 cm
- 1 x nożyczki ostro-ostre min. 11 cm
- 1 x ręcznik celulozowy 40 x 30 cm
- 1 x miseczka plastikowa 120 ml
- 6 x kompres włókninowy 7,5 x 7,5 cm
- 2 x kompres z gazy 5 x 5 cm
- 1 x opatrunek z folii 10 x 12 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do znieczulenia regionalnego o składzie:

- 1 x serweta dwuwarstwowa nieprzylepna 75 x 90 cm
- 1 x serweta dwuwarstwowa 90cmx75cm z przylepnym otworem 8 cm
- 1 x igła 0,7 x 40 mm
- 1 x igła 1,2 x 40 mm
- 1 x strzykawka 5 ml Luer Lock
- 1 x kleszczyki typu Kocher 14 cm
- 6 x tuffer z gazy bawełnianej
- 1 x przyłepiec włókninowy z opatrunkiem 7,2 x 5 cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do protezy barku o składzie:

- 1 x serweta 2-warstwowa 200 x 250 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm
1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm
1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester
3 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester, wzmacnienia min. 40 g/m²
1 x serweta 2-warstwowa przylepna 240 x 150 cm
1 x Pokrowiec na kończynę, dwuwarstwowy, 80cmx45cm
1 x jednorazowy uchwyt monopolarny z elektrodą, nóż płaski - zdejmowane ostrze ze stali nierdzewnej, 2 przyciski: cut / coag - do cięcia i koagulacji, 3 bolce
1 x serweta 2-warstwowa 200 x 260 cm z przylepnym wycięciem „U” 85cmx9cm oraz z dodatkowym padem chłonnym w obszarze krytycznym
2 x taśma przylepna min. 9 x 50 cm,
4 x ręczniki celulozowe min. 40 x 30 cm,
1 x strzykawka Żaneta 100 ml
1 x opaska kohezyjna 10 cm x 4 m
40 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10
1 x miska 500 ml
1 x KOŃCÓWKA DO ODSYSANIA YANKAUER CH24 ZAGIĘTA
1 x DREN DO ODSYSANIA POLA OPER CH24 300CM - KOŃC ANTYZAGIĘCIOWA Ż/Ż
1 x DREN REDONA PVC CH16 50CM Z KONTRASTEM RTG I PERFORACJĄ NA DŁ 15CM
1 x BUTELKA REDONA DO WYSOKOCIŚN DRENAŻU RAN POOPERACYJNYCH 400 ML Z DRENEM ŁĄCZĄCYM 125CM, KONEKTOR OD CH6 DO CH18
2 x chusta brzuszna z gazy z nitką RTG, 45 x 45 cm, 6 w, 17 n, biała, wykonana z gazy wstępnie pranej.
Na zewnątrz opakowania z obłożeniem biała etykieta z szarą ramką oraz napisem „BARK”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pozycja 15:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do artroskopii barku o składzie

1 x serweta 2-warstwowa 200 x 250 na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm

1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester

2 x fartuch chirurgiczny wzmacniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester, wzmacnienia min. 40 g/m²

1 x serweta 2-warstwowa do artroskopii stawu barkowego 400 x 225 cm z otworem elastycznym 12 cm oraz wbudowanym workiem na płyny

1x organizator na przewody

1 x osłona na kończynę 80X45CMcm 2-warstwowa

2 x taśma przylepna min. 9 x 50 cm,

4 x ręczniki celulozowe min. 40 x 30 cm,

1 x opaska kohezyjna 10 cm x 4 m

20 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

1 x miska 500 ml

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem biała etykieta z szarą ramką oraz napisem „ARTROSKOPIA BARK”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 16:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania

Jałowy zestaw do zabiegów ginekologicznych o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 150 x 190 cm na stół narzędziowy (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo, z padem chłonnym w rozmiarze 76x85 cm

1 x pudełko do liczenia igieł i zabezpieczania innych ostrych elementów np. skalpela, pełna powierzchnia magnesu, chwytak do zdejmowania ostrza skalpela z rączki, 20-stanowiskowa gąbka, rozmiar: 11x5,5x3,5cm

1 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony L, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester,

2 x fartuch chirurgiczny niewzmocniony XL, SMS min. 35 g/m², mankiety 100% poliester

1 x serweta 2-warstwowa do zabiegów ginekologicznych 245cmx180cm z otworem 15cmx10cm oraz wbudowanymi osłonami na kończyny

1 x kieszeń przylepna PE 2-sekcyjna 42X35CM

1 x ostrze do skalpela nr 20

5 x tupfer z gazy 48 x 24 cm, 20 nitok (tupfery umieszczone w misce)

40 x kompres gazowy 5 x 5 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

1 x taśma przylepna min. 9 x 50 cm,

4 x ręczniki celulozowe min. 40 x 30 cm,

20 x kompres gazowy z nitką RTG 10 x 10 cm, 12 w 17 n, wiązane a'10

1 x miska 500 ml

1 x miska 250 ml

Na zewnątrz opakowania z obłożeniem biała etykieta z czerwoną ramką oraz napisem „GINEKOLOGIA”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Modyfikacji ulegają również zapisy SWZ:

- Dział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA – zmienia się pkt 3 na:

3. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **23.05.2024 r.**

- Dział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt> do dnia **24.04.2024 r.** do godziny **09:00:00.**

- Dział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **24.04.2024 r.** o godz. **09:15:00.**

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej

(podpis elektroniczny)

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym