



Znak: AE/ZP-27-33/23

Tarnów, 2023-05-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku.

W związku z zapytaniami jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści prowadnice w rozmiarach 2.0 długość 255 mm, 3.3 długość 340 mm, 4.7 długość 340 mm?
2. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1-2.** Czy Zamawiający dopuści rozmiary łyżek ujętych w pozycjach 1 i 2 z tolerancją +/- 2 mm?
3. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z kompletem 4 łyżek w rozmiarach 1, 2, 3, 4?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści diodę LED wkręcaną od zewnątrz rękojęści?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 3.** Czy Zamawiający dopuści montaż i demontaż światłowodu z wykorzystaniem narzędzi?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C przez 5 minut?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.: 2, 3, 4.** Czy Zamawiający na pewno ma na myśli maski wielorazowego użytku? Maski z pompowanym mankietem są maskami jednorazowymi.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.: 5, 6, 7.** Czy Zamawiający dopuści worek wyposażony w jednorazowy rezerwuar tlenu?
9. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.: 5, 6, 7.** Czy Zamawiający dopuści zawór pacjenta wykonany z poliwęglanu?
10. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.: 5, 6, 7.** Czy Zamawiający dopuści możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C przez 5 minut?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz.: 5, 6, 7.** Czy Zamawiający dopuści sterylizację z wyłączeniem rezerwuaru oraz drenu tlenowego?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 1600 ml wykonany z materiałów EVA oraz PP?
13. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 5.** Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 1?
14. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 1600 ml wykonany z materiałów EVA oraz PP?
15. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 6.** Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze 2?
16. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści zawór bezpieczeństwa 60 cm H₂O?
17. **Dotyczy Pakietu Nr 10 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści rezerwuar o objętości 2000 ml wykonany z materiałów EVA oraz PP?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 1 poz. 6** prowadnic w rozmiarach opisanych w pytaniu, pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1 i 2** łyżek z tolerancją +/- 2 mm ale tylko w zakresie długości i pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań SWZ.

Ad 3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w **Pakiecie Nr 9 poz. 1** laryngoskopów z kompletem łyżek w rozmiarach: 1, 2, 3, 4.

Ad 4-5 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 9 poz. 3.**



Ad. 6 Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące warunków sterylizacji przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz. 1.**

Ad 7 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 10 poz.: 2, 3, 4.**

Ad 8-9 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 10 poz.: 5, 6, 7.**

Ad. 10 Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące warunków sterylizacji przedmiotu zamówienia oferowanego w **Pakiecie Nr 10 poz.: 5, 6, 7.**

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie Nr 10 poz.: 5, 6, 7** wyłączenie z wymogu sterylizacji rezerwuaru oraz drenu tlenowego.

Ad 12-13 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 10 poz. 5.**

Ad 14-15 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 10 poz. 6.**

Ad 16-17 Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w SWZ dla przedmiotu zamówienia ujętego w **Pakiecie Nr 10 poz. 7.**

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora

mgr Danuta Nosek

