

**Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/19/1/24**

**data: 23.07.2024 r.**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych nr 19/24/ZP „Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych II”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej udziela odpowiedzi na pytania:

**Firma 1**

**Dotyczy pakietu nr 26, pozycji od 1 do 8 (ARTROMOT®):**

Czy Zamawiający w trosce o umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi przeglądu i naprawy specyficznej grupy szyn ortopedycznych CPM - Artromot, odróżniającej się znacząco od pozostałych przedmiotów zamówienia pod względem zastosowania terapeutycznego, poziomu technologicznego, oprogramowania, warunków certyfikacyjnych, rejestracyjnych, stawki vat oraz co w tej kwestii najistotniejsze opieki serwisowej, instalacji, szkolenia personelu, przeglądów, napraw i konserwacji wymaganych zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych **wyodrębni z pakietu nr 26 urządzenia z pozycji od 1 do 8 (ARTROMOT®) w formie oddzielnego pakietu?** Dzięki takiemu rozwiązaniu Zamawiający będzie miał szansę na wybór takiego Wykonawcy, który zrealizuje usługę naprawy rzetelnie, profesjonalnie.

**Odpowiedź: W związku z brakiem możliwości dodawania nowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.**

**Firma 2**

**Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu pompy histeroskopowej marki R. Wolf?

**Odpowiedź: W związku z brakiem możliwości dodawania nowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.**

**Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu zestawu laparoskopowego marki R. Wolf?

**Odpowiedź: W związku z brakiem możliwości dodawania nowych części zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający nie może wydzielić pozycji do nowego pakietu.**

**Dotyczy: załącznik nr 2 do SWZ pakiet nr 29**

Proszę o wyszczególnienie jakie sprzęty wchodzi w skład zestawu laparoskopowego marki R. Wolf w pakiecie nr 29?

**Odpowiedź: W skład zestawu laparoskopowego wchodzi; 1 kamera oraz narzędzia FULL 7905, rok produkcji 2010 Firmy WOLF i druga kamera wraz z narzędziami Eco CamX, MEDICAL HUNGARY.**

**Dotyczy: projekt umowy §3 ust.1 – dotyczy pakietów 4,13,14,29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ilości dni na naprawę do 30 dni roboczych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Dotyczy: projekt umowy §4 ust.1 – dotyczy pakietów 4,13,14,29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę gwarancji na usługę do 3 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.**

**Firma 3**

Opis siwz nie jest spójny z załącznikiem pakiet 7 (UMD czy SMEG ?, pakiet 8 ?

Pakiet 22 -AS669WPA zgodnie z Umową do 5 lat wszelkie awarie i przeglądy należy zgłaszać do serwisu fabrycznego SMS ... i serwis SMS zleca dalsze wykonanie usługi. W związku z tym autoryzowany serwis nie może przystąpić do przetargu.

**Odpowiedź: W pakiecie 7 i 8 wystąpił błąd w tytule.**

**Mając na uwadze własne spostrzeżenia Zamawiający modyfikuje również opis pakietu 22. Modyfikacja w załączeniu.**

**Pakiet 22 - wniosek Wykonawcy jest nieprecyzyjny i nie zrozumiały dla Zamawiającego, dlatego nie można udzielić wiążącej odpowiedzi.**

**Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w wymienionych działach na:**

**- Dział V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zmienia się pkt 4 w nazwach pakietów na:**

Pakiet 7	Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – myjnia narzędzi chirurgicznych SMEG
Pakiet 8	Przeglądy techniczne i naprawy bieżące – myjnia endoskopowa

**Dział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – zmienia się pkt 2 na:**

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27.08.2024 r.**

**- Dział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zozdt> do dnia **29.07.2024 r.** do godziny **09:00:00.**

**- Dział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT – zmienia się pkt 1 na:**

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. w dniu **29.07.2024 r.** o godz. **09:15:00.**

**Modyfikacji ulegają również:**

- załącznik nr 2 do SWZ – pakiet 7
- załącznik nr 2 do SWZ – pakiet 8
- załącznik nr 2 do SWZ – pakiet 22

Dyrektor  
Zespołu Opieki Zdrowotnej  
w Dąbrowie Tarnowskiej

*(podpis elektroniczny)*

Otrzymują:

1 x aa

1 x Platforma zakupowa

**FORMULARZ CENOWY****Pakiet 7 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - MYJNIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH SMEG**

L.p.	Nazwa	Jednostka wymagana	Ilość jednost. wymag.	Ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd/1h	Wartość netto przeglądów, napraw	Stawka VAT	Wartość brutto przeglądów, napraw
1.	Myjnia narzędzi chirurgicznych SMEG WD6010 r. prod. 2018, STERIMED W-Wa	szt.	1	1 x w roku				
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h	2	XXXXXXXXXX				
<b>GLOBALNA WARTOŚĆ</b>					<b>NETTO:</b>		<b>BRUTTO:</b>	

## 1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).
  - b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi.
  - c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów).
  - d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu.
  - e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji.
  - f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji.
  - g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu.
  - h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do napraw.y
  - i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
  3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
  4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
    - a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).
    - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu).
    - c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
  5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych.

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

**FORMULARZ CENOWY****Pakiet 8 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - MYJNIA ENDOSKOPOWA**

L.p.	Nazwa	Jednostka wymagana	Ilość jednost. wymag.	Ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd/1h	Wartość netto przeglądów, napraw	Stawka VAT	Wartość brutto przeglądów, napraw
1	Myjnia endoskopowa IRIS 5, r. prod. 2017, SONOLOGISTIC	szt.	1	1 x w roku				
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h	2	xxxxxxxxxx				
<b>GLOBALNA WARTOŚĆ</b>					<b>NETTO:</b>		<b>BRUTTO:</b>	

## 1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).
  - b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi.
  - c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów).
  - d) wymiana zestawów „przeglądowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu.
  - e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji.
  - f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji.
  - g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu.
  - h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy.
  - i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń.
2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
  3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
  4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
    - a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974).
    - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu).
    - c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
  5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych.

***Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.***

## FORMULARZ CENOWY

## Pakiet 22 - PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE - STERYLIZATOR / AUTOKLAW Z WYTWORNICĄ PARY

L.p.	Nazwa	Jednostka wymagana	Ilość jednost. wymag.	Ilość przeglądów	Cena netto za 1 przegląd/1h	Wartość netto przeglądów, napraw	Stawka VAT	Wartość brutto przeglądów, napraw
1.	Sterylizator z wytwornicą pary <b>AS 669/WPA</b> , r. prod. 2021, SMS Wa-a	szt.	1	2 x w roku				
	Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy	h	4	XXXXXXXXXX				
<b>GLOBALNA WARTOŚĆ</b>					<b>NETTO:</b>		<b>BRUTTO:</b>	

## 1. Zakres prac:

- a) okresowe przeglądy, konserwacje, kontrole stanu technicznego i naprawy sprzętu/urządzeń, zgodnie z ustalonym przez Zamawiającego harmonogramem oraz przepisami zapewniającymi sprawną i bezpieczną eksploatację Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
  - b) wykonanie usługi przez osobę posiadającą certyfikat/dyplom lub innego typu poświadczenie o nabytych umiejętności w zakresie serwisowania aparatury medycznej zgodnej z przedmiotem usługi
  - c) pełna kalibracja aparatu wraz z pomiarami technicznymi i elektrycznymi wg normy PN-EN 62353 (należy dołączyć wyniki pomiarów)
  - d) wymiana zestawów „przeładowych” przewidzianych do wymiany w określonym przedziale czasu
  - e) w przypadku konieczności naprawy przesłanie celem akceptacji kalkulacji cenowej obejmującej koszt naprawy i ewentualnych części niezbędnych do jej realizacji
  - f) dokonywanie bieżących wpisów do paszportów technicznych urządzeń, dotyczących wykonanych czynności w zakresie przeglądów, sprawności oraz dopuszczenia do dalszej eksploatacji
  - g) wystawianie protokołów serwisowych do każdej czynności serwisowej wykonanej przy aparacie; w dniu wykonania przeglądu
  - h) sporządzanie notatek o stanie technicznym, w tym nienadających się już do naprawy
  - i) wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń
2. Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy i uzgadnianie przyjazdu celem przeglądu z tygodniowym wyprzedzeniem.
  3. Potwierdzenie wykonania usługi: każdorazowo potwierdzany podpisem przez pracownika Zamawiającego protokół/karta serwisowa.
  4. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do:
    - a) przestrzegania zapisów ustawy z Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974)
    - b) stosowania zestawów przeglądowych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla tego typu urządzenia (dotyczy tego pakietu)
    - c) zagwarantowania wysokiego poziomu technicznego wykonywanych usług.
  5. Powyższe nie obejmuje części zamiennych

**Oferta winna zostać sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**