



Gdynia, dnia 03-04-2024 r

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Sukcesywne dostawy materiałów medycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.”
Nr sprawy - D25M/251/N/2-5rj/24

I. Zamawiający – Szpital Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 23 § 2 ust. 3 wzoru umowy

Wnosimy o potwierdzenie, że zdanie o treści „Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze” dotyczy niewykorzystania przez Zamawiającego 40% ilości asortymentu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 24 punkty 2 i 3 w Rozdziale III SWZ oraz § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o określenie przewidywanej/szacunkowej/orientacyjnej częstotliwości i wielkości dostaw wyrobów w poszczególnych kwartałach okresu obowiązywania umowy. Informacje te nie będą wiążące dla Zamawiającego, ale pozwolą na prawidłowe zaplanowanie i zorganizowanie produkcji i dostaw.

Informacje powyższe są niezbędne w celu prawidłowego przygotowania oferty. Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, opis przedmiotu zamówienia powinien uwzględniać wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Niniejsze zamówienie polega na powtarzających się okresowo dostawach na przestrzeni 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia o 8 miesięcy. W takich przypadkach do prawidłowego zaplanowania realizacji zamówienia potrzebna jest informacja o przynajmniej przybliżonych ilościach wyrobów, jakie wykonawca ma przygotować na poszczególne okresy obowiązywania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie może określić częstotliwości i wielkości dostaw.

Pytanie 25 punkt 6 w rozdziale III SWZ i § 4 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw z 48 godzin do 5 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26 § 5 ust. 1 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę tego postanowienia w ten sposób, że Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadach jakościowych lub ilościowych niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia? Jak najszybsze zgłoszenie wad, zwłaszcza jakościowych, ułatwia ich rozpatrzenie i zapobiega zwiększaniu ewentualnych negatywnych skutków ich wystąpienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 27 § 5 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by załatwienie reklamacji mogło polegać alternatywnie na wymianie wadliwych wyrobów albo korekcie faktury VAT i zwrocie ceny zapłaconej przez Zamawiającego za wadliwe wyroby?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 28 § 5 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji dotyczącej braków ilościowych z 1 do 3 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 29. § 5 ust. 3 wzoru umowy

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu realizacji reklamacji dotyczących wad jakościowych, których rozpatrzenie wymaga udziału producenta wyrobu, z 7 do 30 dni roboczych? Pozostałe reklamacje dotyczące wad jakościowych zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30 § 5 ust. 3 wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie, wnosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zapłaci cenę zarówno za reklamowane, jak i wymienione wyroby, jeżeli z uwagi na krótki termin rozpatrzenia reklamacji wykonawca nie zdoła zbadać reklamacji pod względem merytorycznym i wymieni reklamowany towar celem dotrzymania terminów umownych, a następnie producent wyrobu uzna reklamację za nieuzasadnioną?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że wszelka reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 7 dni, który jest znacząco krótszy od terminu płatności obowiązującego w projekcie umowy.

Pytanie 31 § 5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by termin rękojmi był równy terminowi ważności wyrobów medycznych, nie dłuższy jednak niż 24 miesiące od daty dostawy wyrobu do Zamawiającego?

Po upływie terminu ważności wyroby nie mogą być wykorzystywane. W konsekwencji wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności z tytułu rękojmi za ewentualne wady wyrobów, które nie ujawnią się w terminie ważności wyrobów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 32 § 6 ust. 1 lit. a) wzoru umowy

Czy w przypadku zrealizowania zamówienia częściowego w częściach/partiach w różnych terminach, kara za zwłokę w dostawie będzie liczona od wartości brutto poszczególnych części, z uwzględnieniem terminu dostarczenia poszczególnych części?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 33 § 6 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych z 70% do 40% łącznej wartości przedmiotu umowy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, ale dokonuje modyfikacji do wysokości 50%.

Pytanie 34 § 7 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie możliwości zmiany umowy, stosownie do przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, w formie aneksu do umowy, poprzez:

1 zmianę producenta wyrobów (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu zaoferowanego przez Wykonawcę), wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub nazwy wyrobu, jeżeli zmienione wyroby będą nadal spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie utrzymana cena z oferty,

2 dostarczenie partii wyrobów o krótszym niż wymagany terminie ważności, w przypadku braku na rynku wyrobów z wymaganym terminem ważności, np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii lub zakłóceń łańcucha dostaw, jeżeli będzie to korzystne dla Zamawiającego, np. wykonawca obniży cenę na wyroby z krótszym terminem ważności,

3 skrócenie terminu ważności wyrobów, w przypadku skrócenia tego terminu przez producenta i braku na rynku wyrobów o wymaganym terminie ważności,

4 wydłużenie terminu dostawy danej partii wyrobów w przypadku okresowych braków wyrobów, np. wskutek zaburzenia łańcucha dostaw, utrudnień w transporcie towarów, opóźnień w zwolnieniu serii, przerw w produkcji,

5 obniżenie cen jednostkowych w przypadku udzielenia przez Wykonawcę rabatu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 35 Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2, zadanie nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaokrąglenie ilości w przeliczeniu do pełnych, najmniejszych opakowań handlowych?



Poz. 1 – ilość szacunkowa 230 szt./6 szt. w opak. = 38,33 op., czyli zaokrąglenie w górę daje 39 op. = 234 szt.

Poz. 2 - ilość szacunkowa 5 szt./6 szt. w opak. = 0,83 op., czyli zaokrąglenie w górę daje 1 op. = 6 szt.

Poz. 3 - ilość szacunkowa 200 szt./18 szt. w opak. = 11,11 op., czyli zaokrąglenie w górę daje 12 op. = 216 szt.

Poz. 5 - ilość szacunkowa 10 szt./48 szt. w opak. = 0,56 op., czyli zaokrąglenie w górę daje 1 op. = 48 szt.

W przypadku poz. 2 oraz 5 nie jesteśmy w stanie sprzedawać niepełnych opakowań ze względu na wytyczne systemu jakości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36 Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2, zadanie nr 32, poz. 4

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, iż w poz. 4 Pakietu 32 Zamawiającemu chodziło o ACD-A 750 ml, czyli „Przeciwzakrzepowy roztwór cytrynianu dekstrozy A(ACDA), flakon 750 ml do wykorzystania podczas procedur przeprowadzanych na separatorze komórkowym. Płyn antykoagulacyjny ACD-A 750 ml zawierającym bezpieczny łącznik AC”

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza i poprawia omyłkę w sposób wyżej zaproponowany.

Pytanie 37 Czy zamawiający w części 45 w pozycji 1 dopuści Flocare zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. W zestawie plastikowy koszyk do zawieszenia butelki na stojaku. Dopuszczenie zestawu pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie produktu o wyżej wskazanych parametrach technicznych.

Pytanie 38 Czy zamawiający w części 45 w pozycji 1 wymaga w zestawie plastikowy koszyk do zawieszenia butelki na stojaku?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 39 Czy zamawiający w części 4 w pozycji 3 dopuści zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. W zestawie plastikowy koszyk do zawieszenia butelki na stojaku. Dopuszczenie zestawu pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40 dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści zestaw do tracheostomii przezskórnej (wprowadzany metodą Seldingera), z uwzględnieniem poniższych różnic w odniesieniu do poszczególnych podpunktów:

• BYŁO: Jednostopniowe rozszerzadło o kształcie rogu nosorożca z powłoką hydrofilną i wstępnie założonym cewnikiem prowadzącym.

BĘDZIE: Jednostopniowy rozszerzacz w kształcie „rogu nosorożca”, pokryty powłoką hydrofilną aktywowaną po zanurzeniu w wodzie wraz z wstępnie założonym cewnikiem wprowadzającym z ogranicznikiem bezpieczeństwa.

• BYŁO: Prowadnik ze znacznikami pozycjonującymi o średnicy 0,052 inch (1,32 mm).

BĘDZIE: Nitinolowa (odporna na zginania) prowadnica Seldingera typu J, umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy przy użyciu jednej ręki, o średnicy 1,27 mm.

• BYŁO: Rozszerzacze ładujące do rurki tracheostomijnej (7,5mm,8,5mm,9mm lub 6,5mm, 7,0mm,7,5mm, 8mm lub 8,5mm, 9mm, 10mm).

BĘDZIE: Bez rozszerzaczy.

• BYŁO: 2x Igła wprowadzająca (z koszulką i bez) 7 cm, rozmiar 15 G.

BĘDZIE: 1x igła punkcyjna 14G z kaniulą teflonową.

• BYŁO: Krótkie rozszerzadło o rozmiarze 14,0 Fr; 6,5 cm.

BĘDZIE: Krótkie rozszerzadło 14Ch, 5 cm.

• BYŁO: Skalpel jednorazowego użytku nr 15.

BĘDZIE: Bezpieczny skalpel.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



- BYŁO: Strzykawka Monoject 6ml.
BĘDZIE: Strzykawka 10ml.
- BYŁO: Czerwony pojemnik na zużyte igły.
BĘDZIE: Bez pojemnika na zużyte igły.
- BYŁO: Żel poślizgowy.
BĘDZIE: Bez żelu poślizgowego.
- BYŁO: 4 gąbki z gazy.
BĘDZIE: 4 opatrunki gazowe.
- BYŁO: Zakrzywione kleszczyki hemostatyczne.
BĘDZIE: Bez kleszczyków.
- BYŁO: Bez rurki tracheostomijnej w zestawie.

BĘDZIE: W zestawie z rurką tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania wydzieliny z przestrzeni podgłośniowej. Rurka wraz ze specjalnie dedykowanym stożkowym przewodnikiem do wprowadzania rurki do tchawicy z otworem na przewodnicę Seldingera i z silikonową tuleją wypełniającą szczelinę pomiędzy przewodnikiem a końcem rurki. Konstrukcja rurki dodatkowo umożliwi ruchy rotacyjne kołnierza wzdłuż osi pionowej i poziomej, dzięki czemu kołnierz podąża za ruchami głowy pacjenta. Ponadto w zestawie znajdują się 2 kaniule wewnętrzne z łącznikiem 15 mm z możliwością blokady przed wyciągnięciem, jałowy żel poślizgowy 2,7g, zestaw łączników do odsysania oraz tasiemka mocująca. Rurka wykonana z poliuretanu (mankiet rurki z wysokiej klasy medycznego PCV – nie zawierającego DEHP). W rozmiarze 7, 8, 9 lub 10 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 41 Pakiet 7, poz. 1

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga maski z samym drenem do średnich stężeń, czy też z rezerwuarem do wysokich stężeń ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga maski do wysokich stężeń z rezerwuarem.

Pytanie 42 Pakiet 7, poz. 5

Proszę o dopuszczenie wąsów o długości 200 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43 Pakiet 7, poz. 6

Proszę o dopuszczenie wąsów o długości 600 cm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 44 Pakiet 18, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45 Pakiet 18, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek zwężonych na długości nie większej niż 35% długości tłoka. Zwężenie w części chwytnej tłoka jest wygodniejsze, a co za tym idzie bezpieczniejsze dla przeprowadzanych procedur medycznych, ponieważ zapewnia pewny chwyt i daje gwarancję precyzyjnej pracy strzykawką.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46 Pakiet 18, poz. 1-4

Proszę o doprecyzowanie, jaki wpływ na procedurę medyczną ma parametr: „tłok prosty bez przewężeń przylegający na całej długości do cylindra jak i powyżej, tłok bez przewężeń na min 99% jego długości”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ z uwagi na empiryczne doświadczenie z produktem o takim parametrze, który w ocenie zamawiającego dzięki takiemu parametrowi jest produktem bezpieczniejszym w zastosowaniu.



Pytanie 47 Pakiet 18, poz. 1-4 Dodatkowo pragniemy podkreślić, że przyleganie tłoka w dolnej części (w miejscu styczności płynu z tłokiem) jest kluczowe dla zachowania szczelności całej strzykawki. Przyleganie tłoka na całej powierzchni może natomiast powodować zbyt duży opór oraz brak płynności pracy strzykawki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że ta wypowiedź nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 48 Pakiet 18, poz. 5-8

Proszę o dopuszczenie strzykawek zwężonych na długości nie większej niż 35% długości tłoka. Zwężenie w części chwytnej tłoka jest wygodniejsze, a co za tym idzie bezpieczniejsze dla przeprowadzanych procedur medycznych, ponieważ zapewnia pewnych chwyt i daje gwarancję precyzyjnej pracy strzykawką.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza Zamawiający zgodnie z opisem wymaga tłoka przylegającego w całości do cylindra.

Pytanie 49 Pakiet 18, poz. 5-8 Proszę o doprecyzowanie jaki wpływ na procedurę medyczną ma parametr: „tłok prosty bez przewężeń przylegający na całej długości do cylindra”.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ z uwagi na empiryczne doświadczenie z produktem o takim parametrze, który w ocenie zamawiającego dzięki takiemu parametrowi jest produktem bezpieczniejszym w zastosowaniu.

Pytanie 50 Pakiet 18, poz. 5-8 Dodatkowo pragniemy podkreślić, że przyleganie tłoka w dolnej części (w miejscu styczności płynu z tłokiem) jest kluczowe dla zachowania szczelności całej strzykawki. Przyleganie tłoka na całej powierzchni może natomiast powodować zbyt duży opór oraz brak płynności pracy strzykawki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że ta wypowiedź nie stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 51 Pakiet 18, poz. 8

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52 Pakiet 18, poz. 12

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53 Pakiet 18, poz. 13

Proszę o dopuszczenie strzykawki z korpusem w kolorze pomarańczowym (bursztynowym)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, przy czym Zamawiający informuje, iż oczekuje strzykawki chroniącej przed promieniami UV.

Pytanie 54 Pakiet 18, poz. 13

Proszę o dopuszczenie strzykawki z oświadczeniem producenta strzykawek o kompatybilności z pompami, wraz ze wskazaniem na jakim ustawieniu należy używać danej strzykawki. Dla łatwiejszej identyfikacji na opakowaniu jednostkowym każdej strzykawki również znajduje się wskazanie jakiego ustawienia pompy należy użyć.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55 Pakiet 18, poz. 14

Proszę o wyjaśnienie - skoro zamawiający wymaga wtopionej igły w strzykawkę to jak Zamawiający wyobraża sobie opakowanie KAŻDEJ IGŁY znakowane kolorystycznie?

Zapis o wtopionej igle i znakowaniu kolorystycznym opakowania każdej igły zaprzeczają sobie nawzajem.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstępuje od oznakowania barwnego na opakowaniu jednostkowym.

Pytanie 56 Pakiet 19

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Proszę o odstąpienie od wymogu jednego producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstępuje.

Pytanie 57 Pakiet 22, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58 Pakiet 22, poz. 2

Proszę o dopuszczenie przyrządu i worka wycenianych osobno ze względu na różne stawki podatku VAT

Odpowiedź Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdział XVI, pkt 4 „W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

Pytanie 59 Pakiet 22, poz. 2

Proszę o odstąpienie od wymogu pakowania przyrządu i worka fabrycznie przez producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 60 Pakiet 22, poz. 2

Proszę o dopuszczenie worka w rozmiarze 21 cm x 30 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych w toku postępowania.

Pytanie 61 Pakiet 30, poz. 1

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłami 0,5 x 16 i 0,45 x 13 mm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 62 Pakiet 30, poz. 2

Proszę o dopuszczenie strzykawek z podziałką na 100 jednostek o rozmiarach igieł 0,5 x 16 mm i 0,33 x 13 mm do wyboru Zamawiającego oraz z podziałką na 40 jednostek 0,4 x 13 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63 Pakiet 39, poz. 1

Proszę o odstąpienie od wymogu kodu ONB nadanego przez FDA ponieważ wymóg ten dotyczy rynku amerykańskiego, a nie europejskiego, na którym funkcjonujemy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający odstępuje.

Pytanie 64 Pakiet 44, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 65 Pakiet 44, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

Pytanie 66 Pakiet 44, poz. 3-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek w opakowaniach po 25 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Pytanie 67 Pakiet 44, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie strzykawek o długości całkowitej min. 15 cm

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza .

68 Pakiet 53, poz. 5

Proszę o dopuszczenie strzykawki z podwójnym zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 69 Pakiet 53, poz. 3

Proszę o dopuszczenie strzykawki 10 ml ze skalą co 0,2 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70 Pakiet 53, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga podwójnej skali na tłoku?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 71 Pakiet 53, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga dodatkowej skali na tłoku?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 72 Pakiet 53, poz. 8-10

Proszę o dopuszczenie strzykawek sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 73 Zadanie nr 3, poz.1,2,

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej (wolny od DEHP), służący do bezpośredniego połączenia opakowania PACK i butelki każdej pojemności, ze złącznikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego, posiadający na drenie umiejscowiony port boczny z męskim złączem typu ENFIT. Zakończenie na końcu drenu musi posiadać łącznik typu ENFIT i jednocześnie przejściówkę do zwykłych złączników zakończonych łącznikiem typu lejek lub konektor, w zestawie zawieszka lub worek umożliwiający zawieszenie opakowania typu butelka .Opakowanie folia-papier. Próbką 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza produkt o wyżej wskazanych parametrach.

Lub

Pytanie 74 Zadanie nr 3, poz.1,2,Zadanie nr 3, poz.2

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestaw do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej (wolny od DEHP), służący do bezpośredniego połączenia opakowania PACK i butelki każdej pojemności, ze złącznikiem umożliwiającym żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego, posiadający na drenie umiejscowiony port boczny z męskim złączem typu ENFIT. Zakończenie na końcu drenu musi posiadać łącznik typu ENFIT i jednocześnie przejściówkę do zwykłych złączników zakończonych łącznikiem typu lejek lub konektor, w zestawie zawieszka lub worek umożliwiający zawieszenie opakowania typu butelka .Opakowanie folia-papier. Próbką 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, produkt o wyżej wskazanych parametrach próbkę nie wymaga.

Pytanie 75 Zadanie nr 5, poz. 5.

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania rurki tracheotomijnej ze stałym sztyldem. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ .

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza produkt o wskazanym wyżej parametrze. Pozostałe wymagania bez zmian z zastrzeżeniem modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego.

Pytanie 76 Zadanie nr 5, poz. 3.

Prosimy Zmawiającego o możliwość zaoferowania rurki tracheotomijnej z pojedynczym mankietem, wykonane z termoplastycznego PCW, które sprawia że sztywność rurki jest wystarczająca do jej założenia, natomiast w temperaturze ciała materiałem miękkie, co znacząco podnosi komfort pacjenta. Pozostałe parametry rurki :

- Łuk wygięcia rurki 105°.
- Miękki, atraumatyczny, cienkościenny mankiet niskociśnieniowy Soft-Seal® z systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu zapewnia minimalną powierzchnię styku ze ściankami tchawicy, gwarantując przy tym skuteczne uszczelnienie.
- Elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki.
- Stożkowe zakończenie rurki i zaobloni samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera ułatwiają założenie bądź wymianę rurki.
- W całości widoczne w promieniach RTG, sterylne, jednorazowe, dostarczana łącznie z tasiemką do mocowania.
-

Lub

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 77 Zadanie nr 5, poz. 3.

Rurka tracheostomijna ze stałym sztydem rozmiar od 7 do 10 (wszystkie rozmiary z uwzględnieniem 0,5 rozmiaru) z dwoma mankietami niskociśnieniowymi :

Charakterystyka:

- wykonana z termoplastycznego PVC, silikonowana
- dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe
- linia rtg na całej długości
- miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka sztydu
- wersja ze stałym
- prowadnica
- 2 tasiemki mocujące
- baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki
- bez lateksu, bez ftalanów
- jałowa, jednorazowego użytku

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78 Zadanie nr 22, poz. 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych z OCZ, w skład którego wchodzi zestaw drenów wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix® Air, kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, zakończenie lock, oraz skali pomiarowej wielorazowego użytku do każdych 10 szt. zamawianych sterylnych zestawów.

Prosimy, również o możliwość wyceny 420 szt. przyrządów z OCZ i 42 szt. skali pomiarowych, uwzględniając wycenę niezbędnych elementów w pozycji nr 1.

Realizowany w wcześniejszych umowach przetargowych produkt został wycofany z obrotu, zakończona produkcja.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79 Zadanie nr 22, poz. 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania przyrządu przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem:

Właściwości :

- dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/workami
- kolec wykonany z ABS
- hydrofobowy filtr powietrza zamykany niebieską klapką
- tworzy system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH

- duża komora kroplowa z PVC (55 mm w części przezroczystej)
- zaciskacz rolkowy z miejscem na dren
- dren wykonany z PVC bez ftalanów o długości 150 cm
- pakowany fabrycznie razem z workiem osłaniającym (roz. 368x215 mm)
- nie zawiera ftalanów (oznaczenie na opakowaniu jednostkowym)
- nazwa producenta w dowolnym miejscu na przyrządzie umożliwiającą identyfikację producenta / dystrybutora
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 80 Zadanie nr 50, poz.1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania zestaw do transfuzji bez ftalanów. Komora kroplowa o długości 110 mm (85 mm część przezroczysta) zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną zatyczką. Pozostałe Parametry Zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Lub

Pytanie 81 Zadanie nr 50, poz.1.

Komora kroplowa o długości 110 mm (90 mm część przezroczysta) bez odpowietrznika. Pozostałe Parametry Zgodnie z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 82 Zadanie nr 55, poz.1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania drenu łączącego długości 190- 210 cm, o średnicy wewnętrznej: 5mm i 6,2 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Pozostałe Parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 83 Zadanie nr 55, poz.3.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania drenu odsysający do przycinania niesterylnej o stałym przekroju średnicy min. 7 mm, w zwoju o długości 30 m, posiadający co 100cm uwypuklenia doklejany podwójny łącznik ze znacznikiem do przecięcia, pozwalający na uzyskanie odcinków o żądanej długości. Po przecięciu drenu po obu stronach będą końcówki żeńskie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 84 Zadanie nr 55, poz. 5,6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaoferowania łączników, zgodnie z dostępnością rozmiarów, do wyboru przez zamawiającego . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Łączniki do drenów

- wykonane z przezroczystego tworzywa sztucznego
- rozmiary kodowane cyframi – oznaczenie na łączniku

ŁĄCZNIKI / Y-CONNECTORS / КОНЕКТОРЫ-Y-ТИПА				
oznaczenie mark отметка	O.D. (mm)	I.D. (mm)	nr kat. / ref./ но. кат.	
			steryjne sterile стерильные	niesterylne non-sterile не стерильные
1	7	5	9Y-0710	9Y-0700
2	9	6	9Y-0910	9Y-0900
3	11	9	9Y-1110	9Y-1100
4	13	10	9Y-1310	9Y-1300
5	16	13	9Y-1610	9Y-1600
6	18	15	9Y-1810	9Y-1800



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sqd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Pytanie 85 Zadanie nr 55, poz. 7

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o możliwość zaofiarowania zestawu Y z drenami o średnicy 25CH (6,2mm) lub 30CH (7,4mm) i dł. 200cm -210 cm . Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86 Dotyczy zadanie 37

1. Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 37 nie są to leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 37 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87 Dotyczy zadanie 37

(dot. formularza asortymentowo cenowego, pakiet 37 poz. 2) Czy w formularzu asortymentowo-cenowym, pakiet 37, poz. 2, kolumna „przedmiot zamówienia” nie zaszła omyłka pisarska? Prosimy o określenie zaofiarowania jakiego produktu Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający koryguje omyłkę:

Dren insuflacyjny, silikonowy, nadający się do sterylizacji, do zastosowania z KS ENDOFLATOR 40 i 50

Pytanie 88 Dotyczy zadanie 37

(Dotyczy daty ważności min. 12 m-cy.) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89 Dotyczy zadanie 37 (dot. wzoru umowy § ust. 1 pkt. a) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za zwłokę w dostawie z 0,5% do 0,2% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w wysokości 0,25%.

Pytanie 90 Dotyczy zadanie 37 (dot. wzoru umowy §6 ust. 1 pkt. b) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży wysokość kary za nie dochowanie terminów określonych w §5 z 0,5% do 0,2% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w wysokości 0,25%.

Pytanie 91 Dotyczy zadanie 37 (dot. wzoru umowy §6 ust. 3) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży maksymalną wysokość kar umownych z 70% do 30% wartości przedmiotu zamówienia? Ustalane kary są rażąco wysokie i odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia wysokość kar łącznie na 50%.

Pytanie 92. Czy w związku z tym, że opisane w pakiecie 37 poz 6 dreny są sprzedawane w opakowaniach handlowych po 10 szt w opakowaniu, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze szt. na opakowania oraz skorygowane wymagają ilość w przeliczeniu na opakowania?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 93. Czy w związku z tym, że oferowane w pakiecie 37, poz. 6 dreny są pakowane w opakowania handlowe po 10 szt w opakowaniu, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 94 W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 20.03.2014 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o weryfikację odpowiedzi na pytanie 13 i 17 oraz 14 i 18 i w ramach uzupełnienia prosimy Zamawiającego



o dopuszczenie produktów o opisanych niżej parametrach, które stanowią system zamknięty w rozumieniu NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.

Zadanie 52:

Poz.1:

1. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,999994 %- oraz wirusów (VFE) min. 99,99964%. (potwierdzona wynikiem badań z niezależnego laboratorium dołączonym do oferty), który stanowi system zamknięty w rozumieniu NIOSH i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Komora kroplowa jednoczęściowa z miękkiego elastycznego tworzywa nie zawierającego PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, elastyczna i przezroczysta, dren o dł. 150 cm, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje uprzednią odpowiedź z dnia 20.03.202r.

Pytanie 95 Zadanie 52

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, bez zawartości PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, dren dł.150cm zakończony łącznikiem luer-lock. Przyrząd stanowi system zamknięty w rozumieniu NIOSH i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylny.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Wspecyfikowany w Formularzu Asortymentowo-Cenowym asortyment odpowiada potrzebom Zamawiającego.

Pytanie 96 Zadanie 52:

Poz. 2:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania jako rozwiązania równoważnego do opisanego, przyrządu jednorazowego użytku do przetaczania płynów (infuzji) IS polskiego producenta firmy Margomed, oznaczenie producenta na przyrządzie (zaciskaczu rolkowym), komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, bez zawartości PCV o długości min. 60 mm w części przezroczystej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza, całość wolna od ftalanów i lateksu(informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), dren dł.150cm zakończony łącznikiem luer-lock nieprzezroczystym (mlecznym), co nie wpływa na obniżenie walorów użytkowych produktu w porównaniu do pierwotnie wymaganego łącznika przezroczystego (jest on nakręcany do kaniuli zatem przezroczysty łącznik identycznie jak łącznik w kolorze mlecznym jest bez znaczenia) , przyrząd stanowi system zamknięty w rozumieniu NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Opakowanie kolorystyczne folia-papier z nadrukowaną nazwą producenta i nr katalogowym, sterylny. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o podanie uzasadnienia merytorycznego

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 97 Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rurę dodatkową o długości 120 cm po rozciągnięciu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 98 Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik Y z portami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 99 Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kolanko z portem LUER z koreczkiem na wcisk?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 100 Zadanie nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maskę ze standardowym, pojedynczym podbródkiem oraz standardowym mankietem wykonanym z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 101 Zadanie nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dwa otwory po obu stronach maski na wysokości nosa wielkości 5x20 mm i jednym otworze z każdej strony maski na wysokości ust o wielkości 6x15 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 102 Zadanie nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maskę ze standardowym mankietem wykonanym z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 103 Zadanie nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści wąsy tlenowe wykonane z PCV pozbawionego DEHP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 104 Zadanie nr 7 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105 Zadanie nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści System do kontrolowanej zbiórki stolca o następujących parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml) z filtrem węglowym
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Niesterylne
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawka 60ml, 2x przyklepne opatrunki
- Możliwość użytkowania systemu przez 29 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 106 Zadanie nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „system przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni)”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstępuje od wymogu.

Pytanie 107 Zadanie nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 2000ml (skalowanie co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym, mikrobiologicznie czyste?



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 108 Zadanie nr 34

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania linii do pomiaru CO2 do krótkotrwałej czy też długotrwałej intubacji? do długotrwałej

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zaoferowania linii krótkotrwałej intubacji .

Pytanie 109 Zadanie nr 46

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 110 Zadanie nr 46 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość igły 88 mm zamiast 75 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że pytanie nie dotyczy asortymentu z zadania 46.

Pytanie 111 Zadanie nr 46 poz. 2, 3, 4, 5

Czy Zamawiający dopuści długość igły 88 mm zamiast 90 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że pytanie nie dotyczy asortymentu z zadania 46.

Pytanie 112 Zadanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści zestaw zawierający śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 113 Zadanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości 8,5 cm (8cm część przezroczysta)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 114 Zadanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści przyrząd nieposiadający skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego.

Pytanie 115 Zadanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści zacisk rolkowy z zaczepem do podwieszenia drenu, natomiast bez pochewki na igłę biorczą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 116 Zadanie nr 50

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier-folia z nazwą „PRZYRZĄD DO PRZETACZANIA KRWI” natomiast bez czerwonego kodu identyfikującego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 117 Zadanie nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji min. 95%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 118 Zadanie nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości 45 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 119 Zadanie nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zawierający śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Pytanie 120 Zadanie nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową zawierającą PCV?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 121 Zadanie nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dot. definicji NIOSH?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 122 Zadanie nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści komorę kroplową o długości 45 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 123 Zadanie nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji min. 95%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 124 Zadanie nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dot. definicji NIOSH?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 125 Zadanie nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd zawierający śladowe ilości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 126 Zadanie nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zacisk rolkowy z zaczepem do podwieszenia drenu, natomiast bez możliwości zabezpieczenia igły biorczej po użyciu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127 Zadanie nr 52 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści o długości min. 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 128 Zadanie nr 52 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści o długości min. 170 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 129 Zadanie nr 52 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści skuteczność filtracji min. 95%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 130 Zadanie nr 52 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „nazwa firmy na komorze kroplowej”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstępuje.

Pytanie 131 Zadanie nr 52 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dot. definicji NIOSH?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstępuje.

Pytanie 132 Zadanie nr 55 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 133 Zadanie nr 55 poz. 1

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Czy Zamawiający dopuści dren wyłącznie o średnicy wewnętrznej 5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 134 Zadanie nr 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5 mm i 7 mm (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 135 Zadanie nr 55 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren odsysający do przycinania posiadający co 100 cm balonowe rozszerzenie drenu, bez znaczników do przecięcia, pozwalające na uzyskanie z dwóch stron końcówki żeńskiej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 136 Zadanie nr 55 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 137 Zadanie nr 55 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy min. 6 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 138 Zadanie nr 55 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów typu „Y” o następujących rozmiarach: ID: 6 mm, OD: 9 mm oraz ID: 9 mm, OD: 11 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 139 Zadanie nr 55 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści łącznik do drenów typu „Y” o następujących rozmiarach: ID: 6 mm, OD: 9 mm oraz ID: 9 mm, OD: 11 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 140 Zadanie nr 55 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści brak drenu po stronie źródła ssania, jedynie samą końcówkę drenową przystosowaną do połączenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 141 Zadanie nr 55 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści po stronie pacjenta łącznik żeński bez zatyczki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 142 Zadanie nr 55 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści po stronie źródła ssania łącznik żeński bez zatyczki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 143 Zadanie nr 55 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 24-25CH?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 144 Zadanie nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 1,8 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 145 Zadanie nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę rozciągliwą do długości 1,2 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 146 Zadanie nr 61 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dodatkową rurę rozciągliwą do długości 1,5 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 147 Zadanie nr 61 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ramię worka rozciągliwe do długości 120 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 148 Zadanie nr 61 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ramię worka rozciągliwe do długości 150 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 149 Zadanie nr 61 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści długość 2,0 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 150 Zadanie nr 61 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 1,8 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 151 Zadanie nr 61 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści długość 2,0 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 152 Zadanie nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o standardowej budowie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 153 Zadanie nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą końcówkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 154 Zadanie nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 155 Zadanie nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy 4,1-4,2 mm / 7,5-7,6 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 156 Zadanie nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości całkowitej 27 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 157 Zadanie nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 3 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 158

Zadanie nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści końcówkę oraz dren wstępnie niepodłączone?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 159 Zadanie nr 62 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „3 szczeliny w części dystalnej”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 160 Zadanie nr 62 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 161 Zadanie nr 62 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści więcej rzędów otworów w nasadce niż 4?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 162 Zadanie nr 62 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH15?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 163 Zadanie nr 62 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości całkowitej 25 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 164 Zadanie nr 62 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 3 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 165 Zadanie nr 62 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści końcówkę oraz dren dołączony osobno?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 166 Zadanie nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „3 szczeliny w części dystalnej”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 167 Zadanie nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę wyposażoną w 4 otwory boczne zapobiegające zatykaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 168 Zadanie nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą końcówkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 169 Zadanie nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 170 Zadanie nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy 4,1-4,2 mm / 7,5-7,6 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 171 Zadanie nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości całkowitej 27 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 172 Zadanie nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m?



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 173 Zadanie nr 62 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę oraz dren wstępnie niepodłączone?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 174 Zadanie nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „3 szczeliny w części dystalnej”?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 175 Zadanie nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę wyposażoną w 4 otwory boczne zapobiegające zatykaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 176 Zadanie nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą końcówkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 177 Zadanie nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 178 Zadanie nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy 4,1-4,2 mm / 7,5-7,6 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 179 Zadanie nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości całkowitej 27 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 180 Zadanie nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 3 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 181 Zadanie nr 62 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści końcówkę oraz dren wstępnie niepodłączone?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 182 Zadanie nr 62 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o pojedynczym świetle?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 183 Zadanie nr 62 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą końcówkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 184 Zadanie nr 62 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 185 Zadanie nr 62 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę w rozmiarze CH28?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 186

Zadanie nr 62 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości całkowitej 27 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187 Zadanie nr 62 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 3 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 188 Zadanie nr 62 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści końcówkę oraz dren wstępnie niepodłączone?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 189 Zadanie nr 62 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o standardowej budowie?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 190 Zadanie nr 62 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą końcówkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 191 Zadanie nr 62 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 192 Zadanie nr 62 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy 4,1-4,2 mm / 7,5-7,6 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 193 Zadanie nr 62 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości całkowitej 27 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 194 Zadanie nr 62 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 195 Zadanie nr 62 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści końcówkę oraz dren wstępnie niepodłączone?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 196 Zadanie nr 62 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przezroczystą końcówkę?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 197 Zadanie nr 62 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści śladową ilość ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 198 Zadanie nr 62 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy 4,1-4,2 mm / 7,5-7,6 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 199 Zadanie nr 62 poz. 7

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Czy Zamawiający dopuści końcówkę o długości całkowitej 27 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 200 Zadanie nr 62 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2,1 m?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 201 Zadanie nr 62 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści końcówkę oraz dren wstępnie niepodłączone?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 202 Zadanie 7, poz. 2,3,5,7

Czy zamawiający dopuści długość drenu min. 200 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 203 Zadanie 22, poz.2

Czy zamawiający dopuści wycenę w osobnej pozycji z uwagi na inną stawkę Vat, osłona posiada 23% Vat, natomiast przyrząd IS Bursztynowy jest na 8% VAT?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdział XVI, pkt 4 „W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

Pytanie 204 Czy zamawiający dopuści worek 200 x 300 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 205 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga oznaczenia na opakowaniu jednostkowym, nie uszczegóławia formy oznaczenia.

Pytanie 206 Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 207 Czy zamawiający wymaga opakowanie przyrządu bursztynowego typu papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opisał sposób pakowania, nie uszczegóławia tego parametru.

Pytanie 208 Zadanie 44, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści wymiar strzykawki: długość 15,3 cm, w stanie rozłożonym 25 cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 209 Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu (z założenia) przez wykwalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg ten znacząco ogranicza konkurencję, co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 210 Czy zamawiający wymaga aby strzykawki były niepirogenne i nietoksyczne, z informacją na opakowaniu jednostkowym, natomiast dopuści oświadczenie o braku zawartości lateksu i dopuści brak oznaczenia latex free na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 211 Zadanie 44, poz. 3-4

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA w celu ułatwienia identyfikacji strzykawki bez opakowania. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada również nazwę producenta i podstawowe dane techniczne zgodne z rozporządzeniem właściwego Ministra

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 212 Zadanie 52, poz.1

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z bezpiecznego, medycznego PVC.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 213 Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga oznaczenia na opakowaniu jednostkowym, nie uszczegóławia formy oznaczenia.

Pytanie 214 Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 215 Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający opisał sposób pakowania, nie uszczegóławia tego parametru.

Pytanie 216 Zadanie 52, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS z komorą kroplową o standardowej elastyczności i twardości oraz klasycznej budowie, o wymiarach :całkowita długość 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm (w tym część całkowicie przezroczysta 42 mm)?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 217 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry bez zmian z zastrzeżeniem modyfikacji wprowadzonych przez Zamawiającego.

Pytanie 218 Zadanie 52, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwi. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 219 Pakiet 14 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jałowe zatyczki uniwersalne do cewników, które są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiać podłączenie m.in. cewników o średnicy 9mm. Te uniwersalne

zatyczki zostały opracowane z myślą o zapewnieniu elastyczności oraz bezpieczeństwa w użyciu, spełniając tym samym potrzeby szerokiego zakresu procedur medycznych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że pytanie nie dotyczy pakietu nr 14.

Pytanie 220 Pakiet 58 W nawiązaniu do postępowania przetargowego na dostawę cewników typu DUFOR 3-drożnego, pragniemy zapytać, czy Zamawiający rozważy dopuszczenie do oferty cewników trójdrożnych o specyfikacji rozmiarów i pojemności balona, jak przedstawiono: 18 Fr - 50ml, 20 Fr - 60ml, 22 Fr - 70ml, oraz 24 Fr - 80ml. Nasze cewniki charakteryzują się nie tylko wymaganą przez Zamawiającego 100% zawartością silikonu, ale również oferują dodatkowe atuty, takie jak wysoka odporność na inkrustację, doskonała tolerancja przez tkanki, zaawansowana wydajność odwadniania, a także są sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku i sterylizowane za pomocą metody tlenku etylenu (EO). Ponadto, zapewniamy podwójne opakowania naszych produktów (papier oraz wewnętrzne opakowanie foliowe) oraz posiadamy certyfikat CE, co potwierdza zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 221 Zadanie nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia z dodatkową rurą o długości 180cm, łącznik Y trwale połączony z rurami, z łącznikiem Y z dwoma portami z zatyczkami przymocowanymi do obwodu, łącznik Y twarde dający stabilne połączenie kolanko z portem luer lock z zakręcanym koreczkiem wyjmowalne z łącznika Y, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 222 Zadanie nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy składający się z 2 rur o długości 150cm z łącznikami elastycznymi ryflowanymi dającymi pewne i stabilne połączenie (tak jak niszowo zatrzaskowe) oraz rurą dodatkową długości 75cm z zatyczkami szczelnie zamykającymi zamocowanymi na stałe w trójniku Y, oddziela czerwona zatyczka 22mmF zabezpieczająca układ przed wpadaniem ciał obcych i pozwalająca na przeprowadzenie testu szczelności?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 223 Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy o długości 150cm, gładki wewnętrznie zapobiegający zaleganiu bakterii z elastycznymi złączami z PCV dającymi stabilne połączenie jak niszowo-zatrzaskowe?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 224 Zadanie nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości 180 cm, z rur karbowanych z materiału PE (polietylenu) z możliwym czasem pracy do 7 dni dla jednego pacjenta z uchwytem do zawieszenia na wieszaku respiratora, złącza obwodu w systemie łączników stożkowych ISO zapewniających pewne i stabilne połączenie (tak jak niszowo-zatrzaskowe)

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 225 Zadanie nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową: jednorazowego użytku z mankietem gwarantującym utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych.

Z mocno uwypukloną kopułą i dużym otworem oddechowym (co zgodnie z badaniami skutecznie chroni przed ewentualnym wklonowaniem nagłośni). Kanał wypełnienia mankieta poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, balon kontrolny z oznaczeniem objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary: 1,1.5:2: 2.5: 3:4:5: Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankieta. Materiał: mankieta i korpus PVC wolny od wszystkich ftalanów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 226 Zadanie nr 27 poz. 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24

Czy Zmawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową z rurką wygiętą i usztywnioną zgonie z budową anatomiczną gardła (kąt wygięcia 70-90°), jednorazowego użytku z mankietem gwarantującym utrzymanie szczelności przy wartości ciśnienia do 20cm H₂O w drogach oddechowych.

Z mocno uwypukloną kopułą i dużym otworem oddechowym (co zgodnie z badaniami skutecznie chroni przed ewentualnym wklinowaniem nagłośni). Kanał wypełnienia mankieta poprowadzony swobodnie poza szafem kanału oddechowego umożliwiając odsunięcie go od zgryzu pacjenta, balon kontrolny z oznaczeniem objętości do zastosowania z manometrem. Rozmiary: 1,1.5:2: 2.5: 3:4:5: Produkt sterylny, wyposażony w plastikową osłonę mankieta. Materiał: mankieta i korpus PVC wolny od wszystkich ftalanów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 227 Zadanie nr 41 po. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne złącze typu T dla dorosłych bez silikonowego korka? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 228 Zadanie nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do aparatu do znieczuleń karbowany (wykonany z polietylenu) o długości 300cm oraz dodatkową gałęzią długości 150cm, z możliwością stosowania u pacjentów > 4,5kg (dla noworodków, dzieci i dorosłych) , ilość w opakowaniu 30 szt., opakowanie bez oznaczenia kierunku otwierania (który nie ma znaczenia) , końcówki obwodu w kolorze mlecznobiałym jak całe obwody, ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 229 Zadanie nr 42 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów „wydajność termiczna 5,4/4,5 stopni C”? Prośbę swą motywujemy tym iż podane parametry są możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Temperatura bardzo zależy od temperatury otoczenia na sali gdzie przebywa pacjent i indywidualnych właściwości cieplnych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 230 Zadanie nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ oddechowy do aparatu do znieczuleń karbowany (wykonany z polietylenu) o długości 180cm oraz dodatkową gałęzią długości 150cm, z możliwością stosowania u pacjentów >4,5 kg (dla noworodków, dzieci i dorosłych), opakowanie bez oznaczenia kierunku otwierania (który nie ma znaczenia)? Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 231 Zadanie nr 42 poz. 2

Czy Zamawiający odstąpi od parametrów „wydajność termiczna 4,0/3,7 stopni C”? Prośbę swą motywujemy tym iż podane parametry są możliwe do uzyskania tylko i wyłącznie w warunkach laboratoryjnych. Temperatura bardzo zależy od temperatury otoczenia na sali gdzie przebywa pacjent i indywidualnych właściwości cieplnych pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie.

Pytanie 232 – dotyczy zadania 46

Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych brytyjskiej firmy Intersurgical z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym eliminującym konieczność stosowania metalowego klipsu, wyposażonych w dren bąbelkowy o długości 2,1 m i spełniających pozostałe wymogi SWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 233 Prosimy o wskazanie szacunkowej ilości na okres 24 m-ce /kolumna 4/ w Zadaniu nr 19 poz. 4, 5, 7, 9 i 10.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje i tym samym modyfikuje Załącznik nr 2 FAC – w zakresie zadania 19

Poz. 4 = 13500 op.



Poz. 5 = 10 op.
Poz. 7 = 10 op.
Poz. 9 = 1800 op.
Poz. 10 = 21800 op.

Pytanie 234 Czy Zamawiający w Zadaniu 19 w poz. 5 dopuści op. a'50sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 235 Czy Zamawiający w Zadaniu 19 w poz. 6 dopuści op. a'50sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 236 Czy Zamawiający w Zadaniu 19 wymaga, celem lepszej identyfikacji, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga.

Pytanie 237 Czy Zamawiający w Zadaniu 48 w poz. 2 i 3 dopuści rozmiar, odpowiednio: 1,2x88mm i 1,1x88mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 238 Czy Zamawiający w Zadaniu 44 w poz. 3 dopuści op. a'20sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 239 Czy Zamawiający w Zadaniu 44 w poz. 4 dopuści op. a'25sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 240 Czy Zamawiający w Zadaniu 44 w poz. 3 i 4 dopuści nazwę strzykawki na cylindrze w pełni identyfikującą producenta, zamiast nazwy producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 241 Zadanie 18: Poz.1-8:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną/podwójną skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 242 Zadanie 18 poz. 5-8:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą pomiarową, co daje możliwość użycia mniejszej strzykawki do pośredniej objętości.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 243 Zadanie 18 Poz. 13

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 50/60 ml z korpusem z polipropylen (kolor bursztynowy), tłoczysko – polietylen (kolor mleczny)
- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej 20 ml z przezroczystym korpusem z polipropylen (i przezroczystym tłoczyskiem z polietylenu

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 244 Zadanie 18 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z wbudowaną igłą 0,33 x 12,5 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 245 Zadanie 18 Poz. 5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu do odsysania pola operacyjnego, sterylny, śr. wew 6 mm, długość 3 m, o antypoślizgowej powierzchni, wzmocniony na zewnątrz aby zapobiec zapadaniu się drenu, dren zakończony żebrowanymi złączami żeńskimi i wstępnie przymocowanym łącznikiem o długości 4,8-5 cm, pakowany podwójnie (zew. typu papier/folia oraz wew. folia), na opakowaniu napisy w języku polskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 246 Pakiet 58

Czy Zamawiający oczekuje, aby cewnik Dufour posiadał atraumatyczną zaokrągloną zamkniętą końcówką z dużym otworem drenażowym, umożliwiającą wprowadzenie cewnika z użyciem mandrynu (jak na zdjęciu)?



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem w Załączniku nr 2 oraz SWZ.

Pytanie 247 Pakiet 1 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnego wyrobu medycznego z dodatkową rurą rozciągliwą od 0,5 m do 1,5m z możliwością osiągnięcia 90cm. Pozostałe zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 248 pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego odpowiednika spełniającego opis : Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia dla dorosłych wykonane z rur wewnątrz gładkich od strony pionowej membrany, karbowanych od ścianek zewnętrznych o średnicy 22mm i długości 180cm posiadający w swoim zestawie zdejmowany łącznik kolanko z portem kapno z zakręcanym koreczkiem, dodatkową rurę rozciągliwą do 190 cm z możliwością osiągnięcia 120cm oraz worek oddechowy o pojemności 2L, dodatkowa rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Układ wolny od DEHP. Pakowany folia, sterylny lub mikrobiologicznie czysty, waga układu 170 g bez akcesoriów . Układ posiadający wszystkie stabilne końcówki na wlocie i wylocie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 249 pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do aparatu do znieczulenia dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na linie, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezłateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Układ posiadający wszystkie stabilne końcówki na wlocie i wylocie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 250 pakiet 1 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą rozciągliwą w zakresie 0,6 – 1,8m, z 2L workiem bezłateksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. W zestawie wewnętrzny (zintegrowany) przewód do próbkowania gazu długości 2,75m z łącznikami typu męskiego wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe. Układ posiadający wszystkie stabilne końcówki na wlocie i wylocie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 251 pakiet 1 Poz. 2

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



1. Czy Zamawiający wymaga obwodu posiadającego gładką membranę umożliwiającą transfer ciepła do ramienia wdechowego co przekłada się na skuteczniejsze utrzymanie normotermii w ramach profilaktyki występowania niezamierzonej hipotermii śródoperacyjnej?
2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania obwodu oddechowego, którego waga wynosi max 170 g bez akcesoriów co przekłada się na wywieranie mniejszego nacisku na rurkę intubacyjną/ maskę krtaniową lub inne akcesoria?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga asortymentu zgodnego z opisem w SWZ oraz Załączniku nr 2 FAC.

Pytanie 252 Pakiet 2 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika spełniającego opis: Układ oddechowy dwururowy, karbowany, do aparatu do znieczulania, pediatryczny, o średnicy 15mm, rury rozciągliwe od 0,6m do 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Bez systemu mocowania i kapturek pakowany osobno. Dopuszczenie umożliwi złożenie oferty szerszej grupie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 253 Pakiet 2 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego o długości 1,8 m , w zestawie antybakteryjny filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, bez powłoki antybakteryjnej z jonów srebra, systemu mocowania niszowo-zatrzaskowym i kapturka zabezpieczającego z pinem do odwieszenia. Waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Wszystkie elementy (układ oddechowy i filtr) w jednym oryginalnym opakowaniu producenta, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 254 Pakiet 7 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego Zamiennika tj. maski tlenowej dla dzieci do wysokich stężeń tlenu (rozmiar wydłużony umożliwiający dopasowanie do anatomii pacjenta pediatrycznego), produkt mikrobiologicznie czysty. Z obrotowym łącznikiem ułatwiającym dostosowanie maski do pozycji pacjenta. Nadmieniamy, że nie istnieją ogólne standardy dotyczące wymiarów dla rozmiarów S, M dla masek tlenowych więc w przypadku niedopuszczenia uniwersalnej maski wydłużonej prosimy o podanie szczegółowych wymagań i uzasadnienie merytoryczne tych wymagań.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 255 Pakiet 7 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: maska tlenowa dla dorosłych do wysokich stężeń tlenu, maska wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego przezroczystego winylu, bez elastomerowego mankietu z polipropylenu, przezroczysta nasada nosa uszczelniona elastycznym zaciskiem na nos zapobiegającym przedostawaniu się tlenu do oczu pacjenta, w masce znajdują się dwa zawory boczne po obu stronach maski na wysokości nosa , dren o przekroju gwiazdkowym 210cm, produkt mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 256 Pakiet 7 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Maska tlenowa dla dzieci z mankiem wywiniętym na zewnątrz , wykonana z miękkiego winylu, z drenem tlenowym gwiazdkowym o dł min. 210 cm, produkt mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 257 Pakiet 7 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Cewniki do podawania tlenu przez nos "wąsy" dla dorosłych z końcówką ułatwiającą rozpraszanie tlenu dł 400-420 cm. Produkt mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 258 Pakiet 7 poz. 7 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Cewnik do podawania tlenu przez nos jednorazowego użytku, z miękkiego, przezroczystego PVC, część donosowa zakrzywiona, rozpraszająca tlen równomiernie, anatomiczna końcówka do nosa z miękkiego materiału eliminującego podrażnienia śluzówki, odległość między końcówkami donosowymi : 5 mm, dren o przekroju gwiazdkowym na całej długości łącznie z częścią opasającą głowę, długość drenu 2.1m, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, , jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP, bisfenolu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 259 Pakiet 7 poz. 8 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: wykonany z polipropylenu, bezpieczne ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach nie powodują przecinania pępownicy , ząbkowane ramiona stabilizują zaciskacz na pępownicy, po zamknięciu nie ma możliwości ponownego otwarcia zaciskacza, podwójna blokada zapobiega przypadkowemu otwarciu ramion zaciskacza ,rozmiar uniwersalny ,jednorazowego użytku , niepirogenny, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów , sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 260 Pakiet 11 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przygotowywania i pobierania leków z standardowym kolcem, posiadający szczelny zawór bezigłowy z płaską membraną bez dodatkowej osłony z wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,2µm z możliwością użycia do 7 dni lub 140 aktywacji. Sterylny, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 261 pakiet 11 Poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrząd podłączeniowy, bez komory kroplowej, dren 41cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 262 Pakiet 26 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Maska krtaniowa silikonowa z samouszczelniającym nadmuchiwanym mankietem w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych. W mankiecie umieszczony port wyrównawczy umożliwiający napełnienie mankieta proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przez płucnego lub ciśnienia wentylacji. Dostępne również w wersji z klasycznie pompowanym mankietem. Maska wyposażona w kanał gastryczny pozwalający na przeprowadzenie sondy gastrycznej oraz zabezpieczenie przed wklinowaniem nagłośni. Przewód tlenowy spłaszczony, wzmocnienie przeciwzgrzyzieniowe, oraz uchwyt fiksacyjny. Kształt anatomiczny. 8 rozmiarów do wyboru: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI. W przypadku nie wyrażenia zgody na dopuszczenie prosimy o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 263 Pakiet 27 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi. W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 264 Pakiet 27 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie funkcjonalnego zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Maska krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski samouszczelniający się w oparciu o ciśnienie w drogach oddechowych, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklonowaniem. W mankiecie umieszczony port umożliwiający napełnienie mankieta proporcjonalnie do wzrostu ciśnienia przezpłucnego lub ciśnienia wentylacji. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej oznaczenia dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maska wolna od lateksu i PHT, bezpieczna w środowisku MRI (oznaczenia na opakowaniu oraz na rurce maski). Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 265 Pakiet 42 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym. Końcówki zapewniające szczelność i stabilne połączenie różniące się kolorem dla ramienia wydechowego. Pozbawiony elementów metalowych eliminujących możliwość stosowania w warunkach MRI. Na opakowaniu bez oznaczenia w postaci strzałek.

Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,18 cm H₂O i wydechowy 0,22 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 266 Pakiet 42 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezlateksowym. Pozbawiony elementów metalowych eliminujących możliwość stosowania w warunkach MRI. Na opakowaniu bez oznaczenia w postaci strzałek.

Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdechowy 0,14 cm H₂O i wydechowy 0,16 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 267 Pakiet 44 Poz. 1 i 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawk z nazwą producenta i nazwą własną strzykawki na cylindrze?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego z opisem w SWZ oraz Załączniku nr 2 FAC.

Pytanie 268 Pakiet 50 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do transfuzji komora kroplową bez zawartości PCV o długości 8 cm w części przezroczystej, bez dodatkowych skrzydełek dociskowych, z pierścieniem ułatwiającym wklucie do pojemnika z krwią

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 269 Pakiet 53 Poz. 1-4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk z rozszerzoną skalą pomiarową

Skala rozszerzona umożliwi skorzystanie zarówno tylko ze skali nominalnej, która jest graficznie oznaczona na cylindrze strzykawki jak i jednocześnie umożliwi pobranie większych, pośrednich pojemności, wg potrzeb użytkownika. Umożliwia to też optymalizację i ułatwienie procesu składania zamówień i utrzymania stanów magazynowych

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 270 pakiet 53 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 20 ml pakowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 271 pakiet 53 Poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej luer-lock 50-60 ml op. 30 szt., nazwa producenta na cylindrze, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowym

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 272 Pakiet 61 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiennika co umożliwi złożenie oferty szerszemu gronu Wykonawców. Parametry oferowanego produktu: Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i długości 2,7 m, z kolankiem z portem kapno, do aparatu do znieczulenia, z dodatkową rurą długości 1,5 m z 2L workiem bezłateksowym.

Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C /1m przy przepływie 4 l/min., opór dla całego układu: wdychowy 0,18 cm H₂O i wydechowy 0,22 cm H₂O przy przepływie 10 l/min, waga układu 231 g bez akcesoriów. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 273 Pakiet 61 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Ramię worka nierozciągliwe o długości 150-180 cm bez lub z złączami niszowo-zatrząskowymi

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 274 Pakiet 61 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Linia do monitorowania gazów oddechowych, do środków anestetycznych i CO₂. Średnica wewnętrzna około 3,00mm, męski luer lock/męski luer, długość 2m; mikrobiologicznie czysta; Wykonana z medycznego PCV.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 275 Pakiet 61 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Linia do monitorowania gazów oddechowych, do środków anestetycznych i CO₂. Średnica wewnętrzna około 3,00mm, męski luer lock/męski luer, długość 3m; mikrobiologicznie czysta; Wykonana z medycznego PCV.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 276 Do wadium : Zwracam się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium. Rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, przyczyni się do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększy dostępność rynku zamówień publicznych dla wykonawców oraz pobudzi koniunkturę gospodarczą.

Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania. Jako przesłanki mogące przemawiać za możliwością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp) wskazuje się okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmywy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku wydaje się bezcelowe.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i nie odstępuje od wymogu wadium.

Pytanie 278 Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści opakowanie ostrzy bez kolorystycznego oznaczenia?



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 279 Pakiet 23 Czy Zamawiający dopuści ostrza w rozmiarach: 10, 10A, 11, 12, 15, 15C, 18, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 280 Zadanie 6 poz 1-2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opak a'100szt. wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 281 Zadanie 7 poz 2

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z pojedynczym podbródkiem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 282

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nieelastomerowym mankietem ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 283 Zadanie 7 poz 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu dla noworodków o długości 200cm wykonane z medycznego pcv?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 284 Zadanie 7 poz 7

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu dla noworodków posiadający śladowe ilości DEHP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 285 Zadanie 7 poz 8

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz o długości całkowitej 50mm oraz szerokości 10mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 286 Zadanie 14 poz 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 287 Zadanie 14 poz 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 288 Zadanie 18 poz 1-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenie pojemności nominalnej tj. strzykawkę o poj. 2ml z rozszerzeniem do 2,2ml, 5ml do 5,5ml itd.?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24

Pytanie 289 Zadanie 18 poz 1-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez kolorystycznego zróżnicowania rozmiaru na opakowaniu jednostkowym strzykawki?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 290 Zadanie 18 poz 1-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z tłokiem z przewężeniem jak na zdjęciu poniżej:



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 291 Zadanie 18 poz 1-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z pojedynczą kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 292 Zadanie 18 poz 4, 8, 12

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w opak a'50 wraz z ich wycena i przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 293 Zadanie 18 poz 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w całości wykonane z PP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 294 Zadanie 18 poz 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą co 0,5ml lub 0,01?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 295 Zadanie 18 poz 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z cylindrem wykonanym z poliwęglanu oraz tłokiem z PP?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 296 Zadanie 18 poz 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp przezroczyste?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 297 Zadanie 18 poz 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki insulinowe z niezintegrowaną igłą 0,4x13mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 298 Zadanie 19 poz 1

Czy Zamawiający dopuści igły do penów w rozmiarach: 0,25x6mm, 0,25x6mm, 0,30x8mm, 0,33x12mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 299 Zadanie 19 poz 2

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x22 zamiast 0,45x25mm? Reszta parametrów zgodnie z swz.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 300 Zadanie 19 poz 5

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze:

0,8mm x 25mm

0,8mm x 40mm

0,8mm x 50mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 301 Zadanie 19 poz 6

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,9x25 lub 0,9x40mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 302 Zadanie 19 poz 8

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 18G 1,2x40mm lub 1,2x50mm, Typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 303 Zadanie 19 poz 9

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 1,2x40 oraz 1,2x25, tępe, polerowane elektronicznie ścięcie pod kątem 40°?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 304 Zadanie 19 poz 10

Czy Zamawiający dopuści igłę w klasie IIa?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 305 Zadanie 22 poz 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (przyrząd do infuzji + osłonka na butelkę / worek) jako dwie oddzielne pozycje ze względu na rozbieżną stawkę podatku VAT?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ, Rozdział XVI, pkt 4 „W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

Pytanie 306 Zadanie 22 poz 2

Czy Zamawiający dopuści zaproponowanie zestawu (przyrząd do infuzji oraz worek) pakowane osobno?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 307 Zadanie 22 poz 2

Czy Zamawiający dopuści worki ochronne o rozmiarze 12x21 lub 20x30?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami, rozmiar 20x30.

Pytanie 308 Zadanie 29 poz 1

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 309 Zadanie 30 poz 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do tuberkuliny o rozmiarze 0,45x13 zamiast 0,45x12?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 310 Zadanie 30 poz 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę ze skalą co 0,01ml?

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu | szpitalepomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 311 Zadanie 43 poz 6

Czy Zamawiający dopuści cewniki do kontrolowanego odsysania od rozmiaru Ch6 do Ch 18?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 312 Zadanie 44 poz 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z pojedynczą skalą pomiarowa?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 313 Zadanie 44 poz 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę do pomp o długości ok 15cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 314 Zadanie 44 poz 3-4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki za opak a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 315 Zadanie 44 poz 3-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe ze stożkiem ściętym pod kątem 45°?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 316 Zadanie 46 poz 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową sterylną pakowana papier folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 317 Zadanie 46 poz 1

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową sterylną z drenem o długości 210cm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 318 Zadanie 48 poz 2-5

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć bez przewodnicy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 319 Zadanie 50 poz 1

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć z przewodnicą o wymiarach 0,45x90?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że pytanie nie dotyczy zadania nr 50.

Pytanie 320 Zadanie 50 poz 2

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć bez przewodnicy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że pytanie nie dotyczy zadania nr 50.

Pytanie 321 Zadanie 50 poz 2

Czy Zamawiający dopuści igły o wymiarach 0,5x90 lub 0,5x120

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że pytanie nie dotyczy zadania nr 50.

Pytanie 322 Zadanie 50 poz 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do transfuzji bez skrzydełek dociskowych?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 323 Zadanie 52 poz 2

Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia oświadczenia producenta dotyczącego skuteczności filtracji - NlOSH?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstąpi.



Pytanie 324 Zadanie 52 poz 1, 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby skuteczność filtracji była potwierdzona badaniem?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie odstąpi.

Pytanie 325 Zadanie 52 poz 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komora kroplowa o długości 60mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 326 Zadanie 52 poz 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z jednakowo elastyczną komora kroplową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 327 Zadanie 52 poz 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z komora kroplową z pcv bez zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 328 Zadanie 52 poz 2

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 329 Zadanie 52 poz 1-2

W związku z tym , że na rynku pojawiły się produkty z wytłoczoną nazwą dystrybutora, a nie producenta na zaciskaczu rolkowym, prosimy o informacje czy Zamawiający dla bezpieczeństwa pacjenta oraz w celu łatwej identyfikacji, oczekuje produktu z nazwą producenta na zaciskaczu rolkowym?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie oczekuje.

Pytanie 330 Zadanie 52 poz 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o opisie:

Wykonany z wysokiej jakości materiałów, przy wykorzystaniu najnowszych technologii
Dwukanałowy, ostry kołec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami
Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 10 µm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawianiem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu
Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków
Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia
Uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu
Nie zawiera lateksu oraz ftalanów
Sterylizowany tlenkiem etylenu
Jednorazowego użytku
Termin ważności: 5 lat
Opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier/folia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 331 Zadanie 52 poz 3

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji o opisie:

- Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wyposażony w Air Pass , który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia
- Opatentowana zastawka (pływak) umieszczona w komorze kroplowej automatycznie blokuje przepływ, zabezpiecza przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiega wstępnemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji
- Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką
- Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml
- Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami o skuteczności filtrowania 15 µm umieszczony na końcu drenu
- Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków
- Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass
- Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy
- Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów
- Niepirogenny
- Jednorazowy, sterylizowany EO
- Opakowanie: papier/folia

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 332 Zadanie 52 poz 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji bez nazwy producenta na komorze kroplowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 333 Zadanie 53 poz 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczściową z Kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 334 Zadanie 53 poz 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę dwuczściową z Przedłużoną skalą uwzględniającą 10 % rozszerzenie pojemności nominalnej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 335 Zadanie 53 poz 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę bez kolorystycznego oznaczenia rozmiaru na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 336 Zadanie 53 poz 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opak a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 337 Zadanie 53 poz 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opak a'25 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 338 Zadanie 53 poz 6-7

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opak a'50 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 339 Zadanie 53 poz 9-10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w opak a'100 wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 340 Zadanie 53 poz 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z Uszczelnieniem w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka i Kryzą ograniczającą, zabezpieczającą przed

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24



przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 341 Zadanie 53 poz 7

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skala co 0,5?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 342 Zadanie 53 poz 8-10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 343 Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 344 Dotyczy §6 ust. 1d) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 345 Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy

W naszej opinii zaproponowana łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych na poziomie nieprzekraczającym 70% jest za wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych, wynosi najczęściej 20 – 30%. W związku z powyższym prosimy Zamawiającego do obniżenia łącznej maksymalnej wysokości wszystkich kar umownych do poziomu nie przekraczającego 30% wartości umowy (danej części) i prosimy o modyfikację zapisów umowy w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, ale dokonuje modyfikacji do wysokości 50%.

Pytanie 346 Dotyczy §3 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 30 na 60 dni?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wskazuje, że termin płatności wynika z przepisów kodeksu cywilnego.

Pytanie 347 Dotyczy formularza cenowego Pakiet 14 .

Mając na uwadze podniesienie konkurencji i zaoferowanie alternatywnego zestawu do kontrolowanej zbiórki stolca o szerszych parametrach niż oczekiwał zamawiający, czy zamawiający da zgodę na zaoferowanie systemu zgodnie z parametrami jak poniżej :

Zestaw do odprowadzania stolca płynnego i półpłynnego:

1. Zestaw składający się z przewodu cewnika, worka odbiorczego, strzykawki 50 ml, strzykawki z żelem smarującym oraz biologicznego eliminatora zapachów.

2. System bez elementów wykonanych z naturalnego

3. Skład opakowania zestawu:

- Worek odbiorczy 1 l. (skalowany od 50 ml co 100 ml)
- Strzykawka 50 ml
- Strzykawka z żelem smarującym (10 ml)
- Instrukcja użycia
- 1 buteleczka (30 ml) preparatu Medi-aire™ Biologiczny eliminator zapachów
- Zacisk na przewody

4. Zestaw przewodu cewnika składa się z : trzon cewnika i worek odbiorczy wykonane w większości z kopolimeru Permalene, połączonych z niskociśnieniowym mankietem mocującym i strefą przechodzącą przez zwieracz, wykonanych głównie z silikonu.

5. Otwór przewodu cewnika w obrębie mankieta ma kształt lejka w celu ułatwienia kierowania stolca do przewodu odprowadzającego, o średnicy wewnętrznej min 1.34 in², max 1,4 in²

Szpital Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24

6. Przewód odprowadzający wyposażony w cztery porty, każdy z oddzielnym dostępem.

- Zielony port do napełniania („INF(45ML)/INFLATE TO 45ML”) jest przeznaczony do napełniania/oprózniczenia mankietu.
- Przezroczysty port irygacji („IRRIG”) służy do wprowadzania wody na końcu mankietu mocującego i umożliwia dostęp do podawania leków.
- Fioletowy port do przepłukiwania („FLUSH”) jest stosowany do wlewu wody przez szczeliny na całej długości przewodu odprowadzającego w celu ułatwienia odprowadzania stolca.
- Port do pobierania próbek na przewodzie odprowadzającym umożliwia pobieranie próbek stolca przy użyciu strzykawki z wsuwaną końcówką

7. Mocowanie zestawu przewodu cewnika z workiem odbiorczym za pomocą złącza i zaworu tłoczkowego

8. System zarządzania stolcem wyposażony w mechanizm samozamykania aby zminimalizować kontakt na działanie szkodliwych mikroorganizmów zmiany worków.

9. Przewód odprowadzający (długość 167cm.) wyposażony w zintegrowany, łatwy w użyciu port do pobierania próbek kału zmniejszający możliwość zanieczyszczenia podczas pobierania próbek

10. Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w wewnętrzną (membranę) zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.

11. System przebadany klinicznie, (czas utrzymania do 29 dni)

12. Opakowanie handlowe systemu do zbiórki stolca - 2 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 348 Dotyczy Formularza cenowego Pakiet 14

Czy zamawiający dopuści worki kompatybilne z proponowanym systemem do zbiórki stolca zgodnie z parametrami jak poniżej :

Worek odbiorczy :

- Wymienny worek odbiorczy pojemność 1000 ml., skalowany od 50 ml co 100 ml, kompatybilny z proponowanym systemem do zbiórki stolca.
- Gniazdo worka odbiorczego, systemu do zbiórki stolca wyposażone w wewnętrzną (membranę) zastawkę ograniczającą wydobywanie się szkodliwych mikroorganizmów i zapachów.



- Opakowanie zbiorcze 10 szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 349 Dotyczy Formularza cenowego Pakiet 14

Czy dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i jakości dostarczanego produktu, zamawiający będzie wymagał badań klinicznych dla zamawianego zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki stolca w zadaniu 14

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 350 Zadanie 54, poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze o parametrach



trójplaszczynowe ostrze zmniejsza do minimum przykre odczucia
specjalnie zaprojektowana konstrukcja pozwala na pewny i stabilny chwyt
dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszki palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu
prawidłowo dobrany rozmiar nakłuwacza pozwala pobrać optymalną ilość krwi przy minimalnym bólu pacjenta
optymalna powierzchnia kontaktu nakłuwacza umożliwia dokładne przyłożenie w wybranym miejscu i wykonanie nakłucia o pożądanej głębokości
konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz pacjenta eliminując przypadkowe ukłucie i zakażenie
doskonałe prowadzenie igły nakłuwacza w korpusie redukuje wibracje, tym samym zmniejszając odczuwanie bólu przez pacjenta i zapobiega uszkodzeniom tkanki skórnej
Występuje w dwóch rozmiarach:
23G, głębokość nakłucia 1,8 mm – dedykowany dla kobiet i dzieci
21G, głębokość nakłucia 2,4 mm – dedykowany dla mężczyzn
Nie zawiera lateksu
Nie zawiera ftalanów
Jednorazowego użytku
Sterylizowany radiacyjnie
Pakowanie: 100 szt. / box

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 351 Zadanie 58, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik DUFOR o pojemności balonu 50 – 80ml dla rozmiarów 18 i 20 FR oraz 80-100 ml dla 22 i 24 FR?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

II. Zamawiający – Szpital Pomorski Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia zmianę treści SWZ:

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni to jest do dnia 10-07-2024.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARTCIU OFERT

1. Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć do dnia 12-04-2024 r. do godz. 09:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie>). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża
2. Wykonawcę.
3. Próbkę jako element oferty należy złożyć do dnia 12-04-2024 do godz. 09.00 w Kancelarii Szpitala, ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, budynek nr 6. Próbkę muszą być zabezpieczone i zapakowane oraz opisane „Próbka do postępowania na Sukcesywne dostawy materiałów medycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – nie otwierać przed 12-04-2024 godz. 09:30” – dotyczy zadania
4. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się o godz. 09:30 w dniu, o którym mowa w punkcie 1.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

W ZAŁĄCZENIU ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY oraz Ogłoszenie sprostowane.

Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Beata Martyn Mrozowska

Szpital Pomorski Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia | tel. + 48 58 72 60 119; fax +48 58 72 60 332

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000492201

| kapitał zakładowy: 179 314 500,00 zł

NIP 586 22 86 770 | REGON 190 14 16 12 | Bank PKO BP S.A. nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148

e-mail: sekretariat@szpitalpomorskie.eu | szpitalpomorskie.eu

D25M/251/N/2-5rj/24

DYREKTOR
DS. ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I IT

mgr. Beata Martyn Mrozowska