



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 14

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/2893/2022

Data: 14.07.2022r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o. ” Znak: 2062/2022

Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1 – dotyczy Pakietu 86 Poz. 1 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły do strzykiwania w teflonowej osłonce odpornej na złamania, śr. ostrza 22-25G dł. ostrza 4 lub 6 mm; dł. 230cm posiadające mechanizm blokujący zabezpieczający przed przypadkowym wysunięciem igły oraz słyszalne kliknięcie sygnalizujące wysuwanie oraz całkowite schowanie igły?

Na pozostałe podpunkty nie umiem zadać pytań

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Odpowiedź Zamawiającego dotyczy tylko Poz. 1 Pakietu 86.

PYTANIE nr 2 – dotyczy Pakietu 87 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści szczotki z dwiema końcówkami (dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce). Duża odporność na zginanie i dwustronne wprowadzenie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu przed uszkodzeniem. Dł. robocza ok.230cm. Pasujące do kanału roboczego:2.0mm i 2.8mm?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości czyszczenia wszystkich kanałów, tj. 2,0; 2,8; 3,0.

PYTANIE nr 3 – dotyczy Pakietu 88 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne: długość robocza 1200mm, pasujące do kanału roboczego 2.0 mm, średnica szczotki 3.0 mm, średnica osłonki 1,8mm?

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 4 – dotyczy Pakietu 156 - Załącznika nr 4 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy cewnik rozpylający pozwalający na rozpylenie na błonie śluzowej środka barwiącego ułatwiającego wizualizację

Odpowiedź:Zamawiający dopuszcza pod warunkiem możliwości stosowania do miejscowego rozpylania

środków znieczulających w drogach oddechowych oraz leków, pasującego do kanału roboczego 2,0 mm, długość robocza 1050 mm..

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem