

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Łódź, 21 .01.2021 r.

e-mail: ewa.twardowska@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 35/ZP/2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Jednorazowy sprzęt medyczny radiologiczny wraz z dzierżawą”.

Szanowni Państwo!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, działając w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) informuje.:

1. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do 29.01.2021 r. do godz. 09:00.
2. Zamawiający informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2021 r. o godz. 10:00.
3. Zamawiający informuje, iż Oferent jest związany przez okres 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
4. Wpłynęły następujące zapytania do treści SIWZ:

Pytanie 1

Dotyczy Pakiet nr 6, poz. 13

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 13 z pakietu 6 i dopuszczenie SUBSTANCJI DO EMBOLIZACJI naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu o poniższych parametrach:

- Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH
- DMSO dimetylosulfotlenek jako rozpuszczalnik do EVOH
- Zawiera mikronizowany pył tantalowy, celem wizualizacji we fluoroskopie
- Dostępny w trzech lepkościach 18, 20 oraz 34.
- W zestawie 1 fiolka EVOH 1,5ml, jedna fiolka DMSO 1,5ml i trzy strzykawkki.

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Pakiet nr 10

Czy w pakiecie nr 10 w formularzu cenowym w deklarowanych terminach Zamawiający wpisał omyłkowo tygodnie zamiast dni oraz lat zamiast miesięcy?

Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka. Powinno być dni i miesięcy.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

mgr Agnieszka Szwiatłowska

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Gł. O/WNIV KSIEGOWY
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1
im. N. Barlickiego w Łodzi

mgr Aneta Olejniczak