

Dębno, dnia 16.05.2022 r.

Nasz znak: 8/zp/2022

Odpowiedź nr 7

Na zapytanie do siwz dotyczące postępowania o zamówienie publiczne pn.
„Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie
im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. - 2022.”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00153098/01
z dnia 2022-05-11

W dniu 13.05.2022 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Pytanie 1

Pakiet nr 22

Czy zamawiający mając na myśli zastawkę jednokierunkową z trokarem w wersji rozszerzonej oczekuje Bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej I Otrzewnej - Torakocentezy I Paracentezy, Sterylny. Skład Zestawu: Iгла Veresa, strzykawka Luer-Lock 50ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Iгла wprowadzająca igła veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy zapobiegający powstawaniu odmy oraz dwu kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. zestaw z cewnikiem poliuretanowym długości 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8F/CH.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1. - Tak.

PROKURENT
Elżbieta Glowacka

Otrzymują:

1. Wykonawca
2. Strona internetowa https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_debno → Dostawa sprzętu jednorazowego dla Szpitala w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. – 2022

Anna Kłosowska
mgr farmacji