



**109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie**



Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 13.05.2019 r.

Znak sprawy: RPoZP 10/2019

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę trokarów, staplerów i klipsownic do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie z podziałem na siedem zadań

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

1. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 5, poz.4,5,6,7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 5 poz. 4,5,6,7 do odrębnego zadania, umożliwiając tym samym złożenie oferty konkurencyjnej cenowo i jakościowo w ramach tych pozycji?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 5, poz.4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w tej pozycji i dopuści złożenie oferty na równoważny względem opisanego w tej pozycji przedmiotu zamówienia jednorazowy stapler liniowy, o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj.: jednorazowy stapler liniowy, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,5mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiadający dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiadający 64 zszywki w ładunku, przycisk szybkiego zwalniania(otwierania), wskaźnik końca linii cięcia oraz system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki (Zamawiający przy składaniu zamówienia, każdorazowo określi rozmiar zszywek)?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

3. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 5, poz.5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w tej pozycji i dopuści złożenie oferty na równoważny względem opisanego w tej pozycji przedmiotu zamówienia jednorazowy stapler liniowy, o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj.: jednorazowy stapler liniowy, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,5mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiadający dwustronną dźwignię do wystrzelenia ładunku; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiadający 84 zszywki w ładunku, przycisk szybkiego zwalniania(otwierania), wskaźnik końca linii cięcia oraz system kontroli dźwigni, zapewniający równoczesne zamykanie końcówek roboczych narzędzia i równomierną kompresję tkanki (Zamawiający przy składaniu zamówienia, każdorazowo określi rozmiar zszywek)?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

4. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 5, poz.6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w tej pozycji i dopuści złożenie oferty na równoważny względem opisanego w tej pozycji przedmiotu zamówienia ładunek do jednorazowego staplera liniowego, o następujących parametrach techniczno-użytkowych, tj.: ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,5mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; ładunek posiadający 64 zszywki (Zamawiający przy składaniu zamówienia, każdorazowo określi rozmiar zszywek)?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

5. Dot. Załącznik nr 1 do SIWZ, Zadanie nr 5, poz.7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w tej pozycji i dopuści złożenie oferty na równoważny względem opisanego w tej pozycji przedmiotu zamówienia ładunek do jednorazowego staplera liniowego, o następujących parametrach



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie




Certyfikat nr 485732
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

techniczno-użytkowych, tj.: ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii zszywek 85mm i długości linii cięcia 79mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub zszywki o wysokości 4,5mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowający się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; ładunek posiadający 84 zszywki (Zamawiający przy składaniu zamówienia, każdorazowo określi rozmiar zszywek)?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

KOMENDANT


płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

M.J. 91/ 810 59 82