

Lubań, 18.03.2022r.

**Wszyscy Wykonawcy  
Wyjaśnienia dotyczące SWZ Nr 2**

**dotyczy: Dostawy rękawic diagnostycznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o., post. ZP/02/2022**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1**

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie rękawic w opakowaniach po 200 szt.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oraz wymaga podania w Załączniku Nr 1 A do SWZ ilości sztuk w opakowaniu.**

**Pytanie 2**

Pakiet 1, poz. 1

Proszę o dopuszczenie rękawic o grubościach:

Grubość na palcu – 0,08 mm

Grubość na dłoni – 0,05 mm

Grubość na mankiecie – 0,05 mm

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**