



## WYKONAWCY

Łódź, dnia 24.01.2024 r.

ZP/ 147/2023

***Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę jednorazowej odzieży operacyjnej, pieluchomajtek i koszul dla dzieci oraz jednorazowego sprzętu specjalistycznego na potrzeby Klinik/Oddziałów CSK UM w Łodzi***

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

### **Pytanie 1**

#### **Dot. Pakietu 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylny wzmocniony o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna z włókniny spunlace o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, warstwa chłonna 60 x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, warstwa chłonna 65 x 190 cm

Serwety samoprzylepne (pozycja 1, 2, 3) wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m<sup>2</sup>. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H<sub>2</sub>O. Spełnia wymagania aktualnej normy 13795-1:2019.

Opakowanie typu Header Bag wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 2**

#### **Dot. Pakietu 3, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji ginekologicznych o składzie:

1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

4 x ręcznik chłonny z włókniny spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm


1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H<sub>2</sub>O.

Serwety wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.

Spełnia wymagania standardowe aktualnej normy 13795-1:2019.



**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie 3

#### Dot. Pakietu 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą operacyjną w kształcie litery „T” o wymiarach 200/260cm x 310cm z otworem wypełnionym folią 30cm x 30 cm z wycięciem w kształcie gruszki w wymiarach 16 cm x 18 cm, z zintegrowanym workiem do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 80cm, gramatura 56g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie 4

#### Dot. Pakietu 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z setonem gazowym o wymiarach 2cm x 5m, z gazy 17-nitkowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie 5

#### Dot. Pakietu 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetami operacyjnymi z gazy 17-nitkowej 8-warstwowej (zamiast 12-warstwowej) z nitką RTG oraz tasiemką w wymiarach 45cm x 45cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie 6

#### Dot. Pakietu 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki z warstwą chłonną o wymiarach 190cm x 65 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

### Pytanie 7

#### Dot. Pakietu 3, poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza zestaw z ręcznikami celulozowymi o wymiarach 30x30cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### Pytanie 8

#### Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z Załącznika nr 2 pakiet 4 wymagania numer 7 o brzmieniu: „Praca z wykorzystaniem 10-cio parametrycznych pasków, charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki (podać nazwę zastosowanej substancji). Nie dopuszcza się pasków oznaczających stężenie kwasu askorbinowego.” Uzasadnienie: wymaganie numer 7 nie dotyczy przedmiotu zamówienia w pakiecie 4.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

## **Pytanie 9**

### **Dot. Pakietu 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności sensora wynosił co najmniej 12 miesięcy od dnia dostarczenia sensora?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

## **PYTANIE 10**

### **Dot. pakietu 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny, wzmocniony (dodatkowe łaty chłonne w częściach krytycznych) o następującym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 150 cm x 190 cm (wzmocnienie 66 cm x 190 cm)  
1 x obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie 76 cm x 85 cm)  
1 x samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm (wzmocnienie 37,5 cm x 70 cm)  
1 x samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 170 cm (wzmocnienie 37,5 cm x 70 cm)  
2 x samoprzylepne serwety operacyjne 75 cm x 90 cm (wzmocnienie 37,5 cm x 70 cm)  
1 x organizator w postaci taśmy medycznej lepnej 9 cm x 50 cm, niewkomponowany w serwetę główną, dający się przykleić w dowolnym miejscu do fartucha lub serwety głównej w trakcie zabiegu  
2 x ręczniki z włókniny kompresowej min. 40 g/m<sup>2</sup>, chłonności min. 800% 20 cm x 40 cm  
Obłożenie pacjenta (serweta górna, dolna oraz boczne) wykonane z laminatu włókniny i folii o gramaturze min. 62 g/m<sup>2</sup>, w obszarze krytycznym wzmocnione włókninowymi łatami chłonnymi o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w obszarze wzmocnionym min. 125 g/m<sup>2</sup> (licząc warstwy kleju). Barierowość dla wody min. 150 cm H<sub>2</sub>O (wymagania w SWZ min. 100 cmH<sub>2</sub>O), wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 120 kPa. Laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia (wg PN - EN ISO 10993 - 10) i nie jest cytotoksyczny (wg PN - EN ISO 10993 - 5). Opakowanie papierowo-foliowe, posiada etykietę jednostkową z 4 etykietami samoprzylepnymi typu TAG. Każda z etykietek zawiera dane: REF, LOT, data ważności, data produkcji, oznaczenie producenta, nazwę handlową oraz opis, Wyrób zgodny z obowiązującą normą PN-EN 13795.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

## **PYTANIE 11**

### **Dot. pakietu 3, poz. 2**

Czy można zaoferować sterylne obłożenie do operacji ginekologicznych dolnych, wzmocniony na całej powierzchni, wykonany z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73 g/m<sup>2</sup> o wysokich, przekraczających wymagane w SWZ parametrach nieprzemakalności i wytrzymałości, skład zestawu:

1. serweta ginekologiczna o rozmiarze 250 cm x 250 cm z zintegrowanymi nogawicami i ekranem anestetycznym, w workiem z sitem, z otworem owalnym samoprzylepnym o rozmiarze 12 cm x 8 cm – 1 szt.
2. organizator w postaci taśmy medycznej lepnej 9 cm x 50 cm, niewkomponowany w serwetę główną, dający się przykleić w dowolnym miejscu do fartucha lub serwety głównej w trakcie zabiegu – 1 szt.,
3. ręczniki włókninowe chłonne o rozmiarze 20 cm x 40 cm – 2 szt.,
4. serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) 190 cm x 150 cm – 1 szt.,
5. serweta na stolik Mayo w postaci worka 145 cm x 80 cm – 1 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

## **PYTANIE 12**

### **Dot. pakietu 3, poz. 3**

Czy można zaoferować sterylne obłożenie pola operacyjnego do cięcia cesarskiego o wymiarach serwety głównej 325 cm x 250 cm w kształcie litery T, gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, otwór o wymiarach 35 x 32 cm, wypełniony folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki, serweta wyposażona w okalający otwór worek do przechwytywania płynów o wymiarach 89 cm x 76 cm wyposażony w sztywne, podłączenie ssaka, a także organizator przewodów, skład zestawu:

- fartuch chirurgiczny rozmiar XL, zgodny z SWZ – 3 szt,
- seton gazowy 1 cm x 5 m 4 warstwowy – 2 szt,
- opatrunek pooperacyjny, chłonny 10x25cm – 1 szt,
- kompres gazowy/serweta gazowa 45 cm x 45 cm 17N 8W z RTG – 5 szt.,
- tupfer kula gazowy z nitką RTG zgodny z SWZ – 2 szt,
- kompres gazowy 17 nitek 12 warstw 10x10cm z RTG, zgodny z SWZ – 40 sztuk
- ręczniki włókninowe, chłonne o rozmiarze 20 cm x 40 cm – 4 szt.,

- serweta na stół (owinięcie zestawu) 150 cm x 190 cm z warstwą chłonną o szerokości 66 cm na całej długości serwety,
- serweta Mayo zgodna z SWZ – 1 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **PYTANIE 13**

##### **Pytania do SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie pełnomocnictwa bez wskazania postępowania, którego dotyczy?

**ODPOWIEDŹ: Z pełnomocnictwa musi wynikać co najmniej, iż pełnomocnik posiada pełnomocnictwo do podejmowania czynności w postępowaniach prowadzonych zgodnie z Pzp.**

#### **PYTANIE 14**

##### **Dot. Pakietu 1, pozycja 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej bluzy operacyjnej wykonanej z nieprzejrzystej, miękkiej i przyjaznej w dotyku włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, niezawierającej lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 6 CFU/100 cm<sup>2</sup>. Wytrzymałość na rozrywanie min. 100 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki, dekol w kształcie litery V, wykończone lamówką, bluza wyposażona w trzy kieszenie. Dwie kieszenie dolne o wymiarach min. 16 cm x 16 cm, kieszeń górna o wymiarach min. 12 cm x 10 cm. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Na złożonej, zapakowanej bluzie widoczne naszywki z nazwą producenta. Dostępne w kolorach: niebieskim i zielonym. Pakowane w woreczki polietylenowe PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, numer katalogowy, opis w języku polskim, kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii. Pakowane po 50 sztuk w kartonie transportowym.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **PYTANIE 15**

##### **Dot. Pakietu 1, pozycja 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych spodni operacyjnych wykonanych z nieprzejrzystej, miękkiej i przyjaznej w dotyku włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, niezawierającej lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 6 CFU/100 cm<sup>2</sup>. Wytrzymałość na rozrywanie min. 100 kPa. Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy, wyposażone w dużą, głęboką kieszeń (o wymiarach min. 20 cm x 15 cm), umieszczoną na boku nogawki. Zakończone podszyciem, nie strzępiące się. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim i zielonym. Pakowane w woreczki polietylenowe PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, numer katalogowy, opis w języku polskim, kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii. Pakowane po 50 sztuk w kartonie transportowym.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **PYTANIE 16**

##### **Dot. Pakietu 1, pozycja 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu hełm wiązanego na szyi, wykonanego z włókniny o strukturze Cluster-Keyback, składającej się w 71 % z jedwabiu wiskozowego oraz w 29% mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, szerokość części górnej hełmu 17 cm, dostępny w kolorze niebieskim i zielonym. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

#### **PYTANIE 17**

##### **Dot. Pakietu 1, pozycja 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu hełm wiązanego na szyi z włókniny o strukturze Cluster-Keyback, składającej się w 71 % z jedwabiu wiskozowego oraz w 29% mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z paskiem chłonnym, umieszczonym w czołowej części hełmu, szerokość części górnej hełmu 17 cm, dostępny w kolorze niebieskim. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowany po 100 szt.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

## **PYTANIE 18**

### **Dot. Pakietu 3, pozycja 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniem, skład zestawu:

1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50 $\mu$  z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup> odpornego na penetrację płynów (>175 cmH<sub>2</sub>O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log 10$ ). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyjących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m<sup>2</sup> ), o łącznej gramaturze w 121 g/m<sup>2</sup>. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

## **PYTANIE 19**

### **Dot. Pakietu 3, pozycja 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Sterylnego zestawu ginekologicznego z torbą na płyny, skład zestawu:

1x serweta na stół narzędziowy 140x190cm z folii PE 50  $\mu$  ze wzmocnieniem w części krytycznej

1x taśma przylepna 9x50cm

2x ręcznik chłonny 30x20cm z mikrościecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1x serweta z bilaminatu 75x90cm

1x serweta do zabiegów ginekologicznych 290/175/242cm ze zintegrowanymi nogawicami z przylepnym paskiem do fiksacji serwety w okolicy łonowej 15X5 cm, z przylepnym otworem 10x17cm, z torbą na płyny z gęstym filtrem i portem do ssaka z zatyczką i sztywnikiem do regulacji worka, z dwoma trokami z włókniny typu Spunlance (możliwość mocowania z fartuchem operatora). Serweta główna wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawiona pyjących włókien celulozy i wiskozy o gramaturze max.58g/m<sup>2</sup>, (współczynnik pylenia  $\leq 1,7 \log 10$ ). Materiał odporny na przenikanie płynów > 175 cm H<sub>2</sub>O. I klasa palności Konstrukcja serwety zapewnia osłonę kończyn warstwą chłonną od strony pacjentki .Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy PN EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie zbiorcze - worek foliowy i karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

## **PYTANIE 20**

### **Dot. Pakietu 3, pozycja 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego, skład zestawu:

1 x serweta na stół instrumentariuszki 140x190 cm (materiał niepyjący – polipropylen, polietylen), ze wzmocnieniem w części centralnej

1 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35g/cm<sup>2</sup>, L-120 cm  
1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm (materiał niepalący – polipropylen, polietylen), ze wzmocnieniem w części centralnej  
2 x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS, gramatura 35g/cm<sup>2</sup>, XL-140 cm  
2 x ręcznik chłonny 30x39cm  
1 x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm  
20 x kompresy gazowe 10x10cm 12W 17N z nitką RTG  
5 x serweta laparotomijna 45x70cm 4W 20N z nitką RTG, biała  
1 x skalpel z ostrzem nr 23  
1 x zaciskacz do pępowiny  
1 x miska 250ml, skalowana, niebieska  
1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm, materiał bawełnopodobny Spunlace  
1 x serweta do cięcia cesarskiego 195x259x307 cm ±1 z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzuszным wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 40x50 +/- 3 cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze max. 43 g/m<sup>2</sup>, wzmocnienie chłonne wykonane laminatu, łączna gramatura materiału min. 115 g/m<sup>2</sup> o odporności na penetrację płynów min. 200 cmH<sub>2</sub>O, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. I klasa palności.  
Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany jednostkowo w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zaopatrzonej w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające numer katalogowy, nazwę producenta, nazwę zestawu, datę ważności i kod EAN . Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton ze strunowym systemem otwierania, który umożliwia otwarcie bez używania ostrych narzędzi. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi wyjaśnia co następuje:

**Uwaga**

- 1. W przypadku dopuszczenia parametrów, zapisów innych niż opisane w SWZ, Zamawiający prosi, aby zaznaczyć, iż parametry, zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SWZ z powołaniem odpowiedniego numeru odpowiedzi.**
- 2. Powyższe wyjaśnienia oraz modyfikacje stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Zamawiający na stronie internetowej: : [https://platformazakupowa.pl/pn/csk\\_umed](https://platformazakupowa.pl/pn/csk_umed) udostępnił:  
- treść zapytań wraz z wyjaśnieniami**

Sekretarz Komisji Przetargowej  
Agnieszka Bonczkowska