

**Centrum Zamówień Publicznych
Dział Zamówień Publicznych**
**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
zestaw nr 3

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.57.2024.ER prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa wirówki do dużych pojemności z rotorem dla Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi.

W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przesłane przez Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz w związku z art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
<u>Dotyczy Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz ofertowy pkt nr 5 parametr techniczny: możliwość doposażenia sprzętu w system do napełniania butelek wirowniczych</u>		
1.	Prosimy o wyjaśnienie jaki dokładnie system Zamawiający ma na myśli ?	Zamawiający wymaga, aby istniała możliwość doposażenia oferowanej wirówki w system do napełniania butelek wirowniczych. W chwili obecnej Zamawiający nie wymaga jego dostawy, dlatego też nie precyzuje szczegółowo jego parametrów.
<u>Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. I</u>		
2	Pkt. 1 – Czy Zamawiający dopuści rotor oferujący taką samą objętość minimalną 6000 ml, jednak rozłożoną na 4 naczynia, po 1500 ml. Rozwiązanie takie ułatwia zbieranie materiału oraz późniejsze czyszczenie naczyń	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia” w pkt I ppkt 1) – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia – z dnia06.2024 r”.
<u>Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. II</u>		
3.	Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści rotor oferujący taką samą objętość minimalną 6000 ml, jednak rozłożoną na 4 naczynia, po 1500 ml. Rozwiązanie takie ułatwia zbieranie materiału oraz późniejsze czyszczenie naczyń.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia” w pkt II ppkt 2) – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia – z dnia ¹³ ..06.2024 r”.

4.	Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści rotor stało kątowy, na 4 x 1500 ml, posiadający pokrywkę.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ – opisem przedmiotu zamówienia – rotor musi posiadać pokrywkę. Jednocześnie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 3.
5.	Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści rotor stało kątowy, na 6 x 1000 ml o prędkości maksymalnej 7000 rpm.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia” w pkt II ppkt 4) – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia – z dnia <u>13</u> ...06.2024 r”.
6.	Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści rotor stało kątowy, na 4 x 1500 ml, o prędkości maksymalnej 8500 rpm.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ – opisem przedmiotu zamówienia – rotor musi posiadać maksymalną prędkość wirowania – minimum 7000 rpm. Jednocześnie Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie 5.
7.	Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści rotor na 4 x 1500 ml, nie posiadający wyciąganych kubków wirowniczych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa i mniejszą ilością ruchomych elementów w rotorze.	Zamawiający nie wyraża zgody.
8.	Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści rotor na 6 x 1000 ml, nie posiadający wyciąganych kubków wirowniczych, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa i mniejszą ilością ruchomych elementów w rotorze.	Zamawiający nie wyraża zgody.
9.	Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści rotor na 4 x 1500 ml, nie posiadający wymiennych adapterów, ze względów bezpieczeństwa, jednak oferujący wirowanie możliwość wirowania bez minimalnego limitu pojemności, co tym samym zapewni możliwość wirowania różnych objętości, bez potrzeby wymiany i szukania odpowiednich adapterów.	Zamawiający nie wyraża zgody.
10.	Pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści rotor na 6 x 1000 ml, nie posiadający wymiennych adapterów, ze względów bezpieczeństwa, jednak oferujący możliwość wirowania bez minimalnego limitu pojemności, co tym samym zapewni możliwość wirowania różnych objętości, bez potrzeby wymiany i szukania odpowiednich adapterów.	Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Pkt. III		
11.	Pkt. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompatybilnych z rotorem butelek o pojemności 1500 ml, wraz z zakrętkami.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika

		nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia” w pkt III ppkt 1) – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia – z dnia <u>13</u> .06.2024 r”.
12.	Pkt. 2 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompatybilnego z butelkami 1500 ml kosza do ich przenoszenia.	Zamawiający wyraża zgodę. Tym samym Zamawiający zmienia treść „Załącznika nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia” w pkt III ppkt 2) – zgodnie z załączonym zmodyfikowanym „Załącznikiem nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia – z dnia <u>13</u> .06.2024 r”.

W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 Pzp przedłuża termin składania ofert w następujący sposób:

- ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2024 r. do godz. 11:00:00,
- otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2024 r. o godz. 11:05:00, jednak nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert wskazany w rozdz. XII pkt 4 SWZ.

Tym samym zmianie ulega również termin związania ofertą, określony w rozdz. XIV pkt 1 SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmodyfikowane następujące dokumenty:

- 1) SWZ o nazwie „SWZ z dnia 13.06.2024 r.”, która zastępuje dotychczasową SWZ,
- 2) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ o nazwie „Załącznik nr 6 do SWZ opis przedmiotu zamówienia z dnia 13.06.2024 r.”, który zastępuje dotychczasowy Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ.

Wprowadzone nowe dokumenty są obowiązujące dla prawidłowo złożonej oferty.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Z poważaniem



prof. dr hab. Piotr Stepnowski
czł. koresp. PAN