

Znak: EZP.270.61.2024

Zamawiający**Narodowe Centrum Badań Jądrowych****05-400 Otwock-Świerk****ul. Andrzeja Sołtana 7****Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa wyposażenia/urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Badań Przedklinicznych”

Na podstawie art. 135 ust. 2 oraz w oparciu o art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy części 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie komory laminarnej o szerokości roboczej 1192 mm?
Komora mniejsza o 8 mm nie wpływa na warunki pracy urządzenia zgodnie z normą PN-EN12469

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie komory laminarnej o szerokości roboczej 1192 mm.

Pytanie 2:

Dotyczy części 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory laminarnej o głębokości transportowej 800 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej o głębokości transportowej 800 mm.

Pytanie 3:

Dotyczy części 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory bez V-kształtnego wlotu powietrza na kurtynie? Zawężenie specyfikacji wyłącznie do produktów z V-kształtnym wlotem powietrza spowoduje znaczne zawężenie zakresu możliwych do zaoferowania Zamawiającemu produktów i wykluczy dla części z wykonawców możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory bez V-kształtnego wlotu powietrza na kurtynie.

Pytanie 4:

Dotyczy części 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z 2 silnikami zoptymalizowanymi pod względem zużycie energii, zmniejszając emisję CO2 do środowiska? Zawężenie specyfikacji wyłącznie do produktów z 3 silnikami spowoduje znaczne zawężenie zakresu możliwych do zaoferowania Zamawiającemu produktów i wykluczy dla części z wykonawców możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z 2 silnikami.

Pytanie 5:

Dotyczy części 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z kołami blokowanymi stopkami poziomującymi, bez możliwości regulacji blatu roboczego? Taki rozwiązanie z regulacją jest trudne do przeprowadzenia przez użytkownika z powodu wagi komory ok 190 kg. Chyba że wymaga zaoferowania stelaża z eklektycznym podnośnikiem w zakresie 200 mm +/- 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z kołami blokowanymi stopkami poziomującymi, bez możliwości regulacji blatu roboczego.

Pytanie 6:

Dotyczy części 4

Czy zamawiający wymaga zaoferowania złącza diagnostycznego typu USB lub RS232 umożliwiającego podłączenie modułu do zdalnej weryfikacji parametrów komory?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złącza diagnostycznego umieszczonego w łatwo dostępnym miejscu, umożliwiającego podłączenie opcjonalnego modułu do zdalnej weryfikacji parametrów pracy komory przez autoryzowany serwis lub producenta poprzez sieć GSM.

Pytanie 7:

Dotyczy części 4

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komory z panelem LCD i klawiaturą membranową, bez pokrętki? Zawężenie specyfikacji wyłącznie do produktów z pokrętką spowoduje znaczne zawężenie zakresu możliwych do zaoferowania Zamawiającemu produktów i wykluczy dla części z wykonawców możliwość złożenia oferty w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z panelem LCD i klawiaturą membranową, bez pokrętki.

Pytanie 8:

Dot. Wzór umowy część 1, § 4 GWARANCJA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY, pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu 2 wizyt serwisowych (na własny koszt) w celu przeprowadzenia kalibracji i kontroli pracy zestawu urządzeń ?

Producent nie wymaga przeglądów/ wizyt serwisowych/kalibracji/kontroli podczas pracy urządzeń, co nie wpływa na przebieg i warunki gwarancji oraz na prawidłową pracę urządzeń.

Przeglądy są to usługi dodatkowo płatne - w przypadku wymogu zostaną doliczone do ceny w ofercie wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu 2 wizyt serwisowych (na własny koszt) w celu przeprowadzenia kalibracji i kontroli pracy zestawu urządzeń.

Pytanie 9:

Dot. Wzór umowy część 1, § 8 KARY UMOWNE, pkt. 1.e

NOMATEN CoRE

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w przeprowadzeniu przeglądu serwisowego w terminie wskazanym w §4 ust. 8 z 1 000,00 zł brutto do 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych za zwłokę w przeprowadzeniu przeglądu serwisowego w terminie wskazanym w §4 ust. 8 z 1 000,00 zł brutto do 200,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 10:

Dot. Wzór umowy część 1, § 8 KARY UMOWNE, pkt. 1.d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za brak przeprowadzenia, bądź uchylanie się od przeprowadzenia szkolenia o którym mowa w §2 ust. 11 z 10 000,00 zł brutto do 2 000,00 zł brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych za brak przeprowadzenia, bądź uchylanie się od przeprowadzenia szkolenia o którym mowa w §2 ust. 11 z 10 000,00 zł brutto do 2 000,00 zł brutto.

Pytanie 11:

Dot. Wzór umowy część 1, § 8 KARY UMOWNE, pkt. 1.f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za zwłokę w zareagowaniu na zgłoszenie , o których mowa w §4 ust. 4 z 1 000 zł brutto do 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych za zwłokę w zareagowaniu na zgłoszenie , o których mowa w §4 ust. 4 z 1 000 zł brutto do 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 12:

Dot. ZAŁ. NR 1 DO SWZ- OPZ (część 1), 2 szt. INKUBATORY CO2 DO HODOWLI KOMÓRKOWYCH oraz FORMULARZ 2.2.1

Czy Zamawiający planuje ustawić inkubatory jeden na drugim czy oddzielnie? W przypadku ustawiania inkubatorów jeden na drugim konieczne są oryginalne stelaże (dolny z kółkami oraz górny łączący urządzenia) producenta inkubatorów, aby zapewnić stabilną i bezpieczną pracę. Zatem czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z inkubatorami oryginalnych stelaży producenta (dolny z kółkami i górny łączący urządzenia) ? Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z inkubatorami oryginalnych stelaży producenta (dolny z kółkami i górny łączący urządzenia).

Pytanie 13:

Pytania do części nr 1:

Dot. TOM I - SWZ, PKT. 7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oraz Tom II PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU), § 2 WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, pkt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia dla części nr 1 z 6 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia dla części nr 1 z 6 do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 14:

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ, część 5, ustęp 19 i 20, formularza 2.2.5, ustęp 19 i 20 oraz wzoru umowy, § 4, ustęp 4 – część 5

W treści umowy Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się do zareagowania na zgłoszenie w ciągu **maksymalnie 2 dni roboczych**. Zgłoszenie może być zrealizowane poprzez informację telefoniczną lub e-mailową na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu i adres e-mail. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin, ustalenia rodzaju wady, naprawy aparatury i przywrócenia jej prawidłowej pracy w ciągu **10 dni roboczych** po zgłoszeniu wady (awarii). Wyjątkiem jest sytuacja, gdy usunięcie przyczyny nieprawidłowej pracy urządzenia wymaga sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Wtedy czas przywrócenia prawidłowej pracy sprzętu wydłuża się do **14 dni roboczych** (w przypadku konieczności sprowadzenia części z terenu Unii Europejskiej) lub **30 dni roboczych** (gdy konieczne jest sprowadzenie części spoza Unii Europejskiej).”

Wnosimy o uwzględnienie w treści umowy zapisów o których mowa w ustępach 19 i 20 i załącznika nr 1 do SWZ jak i formularza 2.2.5.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na uwzględnienie w treści umowy zapisów o których mowa w ustępach 19 i 20 i załącznika nr 1 do SWZ jak i formularza 2.2.5.

Pytanie 15:

Dotyczy rozdziału 6 ustęp 4 SWZ, rozdział 21 SWZ, ustęp 21.1.2., załącznika nr 1 do SWZ, część 5, ustęp 15, formularza 2.2.5, ustęp 15 oraz wzoru umowy, § 4, ustęp 1 – część 5

Wnosimy o ujednolicenie treści SWZ oraz wzoru umowy z treścią załącznika nr 1 do SWZ oraz formularza 2.2.5 tak aby minimalny termin gwarancji wynosił 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający ujednolica zapisy w formularzu 2.2.5 ustęp 15 tak, aby były zgodne z zapisami SWZ: rozdział 21 ustęp 21.1.2.

Pytanie 16:

Dotyczy wzoru umowy, §1, ustęp 3 – część 5

Zamawiający zapisał:

„Dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia i wolne od jakichkolwiek wad i dopuszczone do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Dostarczone Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia i wolne od jakichkolwiek wad i dopuszczone do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – **o ile wymóg ten dotyczy.**”

Aparatura wymieniona w części 5 postępowania, służy tylko i wyłącznie do badań naukowych. Prawa nie nakłada na wprowadzającego na rynek Polski posiadania jakichkolwiek dokumentów dopuszczających do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia i wolne od jakichkolwiek wad i dopuszczone do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – o ile wymóg ten dotyczy.”

Pytanie 17:

Dotyczy wzoru umowy, §4, ustęp 7 – część 5

Zamawiający zapisał:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej dostępności części zamiennych elementów Urządzeń przez okres **minimum 8 lat po** zakończeniu okresu gwarancyjnego.”

Wnosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej dostępności części zamiennych elementów Urządzeń przez okres **minimum 5 lat po** zakończeniu okresu gwarancyjnego.”

Producent którego reprezentujemy, gwarantuje dostępność części zamiennych do 5 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Konieczność spełnienia obecnego warunku zmusza wykonawcę do utworzenia magazynu części serwisowych. Koszt utworzenia specjalnego magazynu wpłynęłaby niekorzystnie na cenę końcową oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zapis „Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej dostępności części zamiennych elementów urządzeń przez okres minimum 5 lat po zakończeniu okresu gwarancyjnego.”

Pytanie 18:

Dotyczy: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY E.ZP.271[...]2024.ZP, część 5 (automatyczny licznik komórek) § 2, pkt 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie wymogu dostarczenia poniższych dokumentów?

„Wskazane w Tom III SWZ certyfikaty tj.:

- IEC 61010-1
- IEC 61010-2-101
- IVD 98/79/EC
- IVD 98/79/EG”

Prośbę motywujemy tym, iż aparat będący w naszej ofercie jest aparatem do badań naukowych, nie jest aparatem diagnostycznym i posiada jedynie certyfikat CE.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wymogu dostarczenia poniższych dokumentów wskazanych w Tom III SWZ certyfikaty tj.: IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IVD 98/79/EC, IVD 98/79/EG.

Pytanie 19:

Dotyczy: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY E.ZP.271[...]2024.ZP, część 5 (automatyczny licznik komórek) § 4, pkt 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia z gwarancją na okres 12 miesięcy? Jest to standardowa gwarancja producenta. Wydłużenie jej do 24 miesięcy spowoduje konieczność doliczenia dodatkowe kontraktu serwisowego do oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia z gwarancją na okres 12 miesięcy.

Pytanie 20:

NOMATEN CoRE

Dotyczy: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY EZP.271[...]2024.ZP, część 5 (automatyczny licznik komórek) § 4, pkt 1.

Czy Zamawiający wrazi zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oględzin, ustalania rodzaju wady itd. w w przeciągu 10 dni roboczych?

W przypadku awarii, nasz serwis nie dokonuje oględzin aparatu, po zgłoszeniu usterki diagnostyka jest robiona zdalnie i jedynie na tej podstawie zostaje podjęta decyzja o wymianie urządzenia na rekondycjonowane w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia. Urządzenie samo w sobie nie jest naprawiane lecz wymieniane na nowe lub rekondycjonowane, które przechodzi na własność Zamawiającego a wadliwy aparat jest odbierany.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oględzin, ustalania rodzaju wady itd. w przeciągu 10 dni roboczych.

Pytanie 21:

Dotyczy: Dotyczy: PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY EZP.271[...]2024.ZP, część 5 (automatyczny licznik komórek) § 4, pkt 8.

Uprzejmie prosimy o wykreślenie tego wymogu. Dla oferowanego przez nasz licznika nie są dokonywane przeglądy, nie ma takiej konieczności a Wykonawca nie ma w swojej ofercie takiej usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w wymogu.

Pytanie 22:

Dotyczy: FORMULARZ 2.2.5, część 5, Automatyczny licznik komórek, pkt 7.

Czy Zamawiający ma na myśli kamerę?

Automatyczne liczniki komórek wyposażone są w kamery a nie w aparaty fotograficzne.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli kamerę cyfrową.

Pytanie 23:

Dotyczy: FORMULARZ 2.2.5, część 5, Automatyczny licznik komórek, pkt 5.

Czy Zamawiający może określić jakie ogniwa ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli „Zakres średnic komórek: ~4–60 μm ”.

Pytanie 24:

Dotyczy: FORMULARZ 2.2.5, część 5, Automatyczny licznik komórek, pkt 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu? W przypadku stwierdzenia usterki, aparat nie jest naprawiany lecz wymieniany na rekondycjonowany w ciągu 21 dni (zgodnie z pkt 20 w/w formularza)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu.

Pytanie 25:

Części 8: Spektrofotometr UV-VIS:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do **8 tygodni** od dnia zawarcia umowy? Wydłużenie czasu dostawy umożliwi sprowadzenie urządzenia spoza granic Polski i terminowe dostarczenie do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 26:

Części 8: Spektrofotometr UV-VIS:

Prosimy o usunięcie z umowy wymogu dostarczenia wraz z urządzeniem następujących certyfikatów:

- IEC 61010-1
- IEC 61010-2-101
- IVD 98/79/EC
- IVD 98/79/EG

W dostarczonej z urządzeniem deklaracji zgodności CE będzie znajdować się odwołanie do norm EN 61010-1 i EN 61326-1.

Natomiast prośba o odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatów dla urządzeń medycznych wynika z faktu, iż urządzenie jakim jest spektrofotometr UV-VIS, nie jest urządzeniem medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z umowy wymogu dostarczenia wraz z urządzeniem następujących certyfikatów: IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IVD 98/79/EC, IVD 98/79/EG.

Pytanie 27:

Dotyczy części 3.

Dotyczy: Wzoru umowy, § 2 WARUNKI WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Zamawiający pisze: 3. Wykonawca dostarczy wraz z Urządzeniami następujące dokumenty: Wskazane w Tom III SWZ certyfikaty tj.:

- IEC 61010-1
- IEC 61010-2-101
- IVD 98/79/EC
- IVD 98/79/EG

W TOM III nie zostały wskazane jakiegokolwiek certyfikaty. Wielomodułowy czytnik płytek wielodołkowych jest urządzeniem dedykowanym do badań naukowych i jako taki nie jest klasyfikowany jako urządzenie medyczne wymagające certyfikatu IVD. Urządzenie posiada deklarację zgodności CE potwierdzającą zgodność z wymaganiami IEC 61010-1. Prosimy o wykreślenie punktu 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie punktu 3 ze Wzoru umowy.

Pytanie 28:

Dotyczy części 3.

Dotyczy: Wzoru umowy, § 4 GWARANCJA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY, Punkt 4 i 5
Wykonawca informuje, że serwis gwarancyjny (naprawy oraz przeglądy techniczne) przeprowadzany jest poprzez przesłanie urządzenia do naszego centrum serwisowego (Walldorf, Niemcy). W celu zagwarantowania wysokiej jakości usług serwisowych nie udzielamy autoryzacji serwisu innym przedsiębiorstwom. Oferowana cena przedmiotu umowy obejmuje koszty transportu w ramach napraw gwarancyjnych oraz okresowych przeglądów. Prosimy o akceptację i dopasowanie tekstu umowy dla części 3.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w punkcie 4 i 5 umowy.

Pytanie 29:

Dotyczy części 7:

Kołyska laboratoryjna

Czy Zamawiający dopuści kołyskę z kątem nachylenia 9°?

Czy Zamawiający dopuści kołyskę z częstotliwością drgań od 10 do 70 na minutę?

Czy Zamawiający dopuści kołyskę z mocą wejścia 40W/wyjścia 24W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza kołyski z kątem nachylenia 9°, z częstotliwością drgań od 10 do 70 na minutę i mocą wejścia/wyjścia odpowiednio 40W/24W.

Pytanie 30:

Dotyczy części 7:

Wytrząsarka mikroptytek z inkubatorem

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę mikroptytek z inkubacją z dokładnością temperatury $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$?

Czy Zamawiający dopuści wytrząsarkę mikroptytek z inkubacją z regulacją czasu mieszania / inkubacji: 1 min do 99h59 min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wytrząsarki mikroptytek z inkubacją z dokładnością temperatury $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ oraz z regulacją czasu mieszania / inkubacji: 1 min. do 99 h 59 min.

Pytanie 31:

Dotyczy części 7:

Wytrząsarka typu Vortex

Czy Zamawiający dopuści Vortex z amplitudą 4mm?

Czy Zamawiający dopuści Vortex o mocy 60W?

Czy Zamawiający dopuści Vortex o wymiarach: szer.127 x gł.160 x wys.130mm?

Czy Zamawiający dopuści Vortex ze stopniem ochrony IP21?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wytrząsarki typu Vortex z amplitudą 4 mm, o mocy 60W, o wymiarach: szer.127 x gł.160 x wys.130 mm oraz stopniem ochrony IP21.

Zamawiający w celu ujednolicenia zmian zamieszcza nowe załączniki:

OPZ Część 1 zmiana z dnia 13.01.2025

OPZ Część 5 zmiana z dnia 13.01.2025

Modyfikacja SWZ zmiana z dnia 13.01.2025

Wzór umowy_Część 1 zmiana z dnia 13.01.2025

Wzór umowy_Część 3 zmiana z dnia 13.01.2025

Wzór umowy_Część 5 zmiana z dnia 13.01.2025

Wzór umowy_Część 8 zmiana z dnia 13.01.2025

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby przez niego upoważnionej)