

---

### **Udzielenie wyjaśnień treści SWZ**

udostępniono zgodnie z art.284 ust.6 ustawy PZP, tj. na stronie prowadzonego postępowania dotyczy: postępowania nr SPZZOZ-ZP-19/2024 pn.:

**Zakup tomografu optycznego dla Poradni Okulistycznej w SPZZOZ w Pionkach**

IV.

**Dotyczy: Załącznika nr 1.1 do SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH**

Pytanie 1 dot. lp. 22

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez trybu skanowania „Raster 21”, pozostałe tryby skanowania bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez trybu skanowania „Raster 21, pozostałe tryby skanowania bez zmian.**

opracowanie merytoryczne treści odpowiedzi: Mateusz Maluga – specjalista ds. aparatury medycznej  
osoba sporządzająca: Główny Specjalista ds. Zamówień Publicznych Emilia Lenartowicz-Gębka

Kierownik zamawiającego: Bernarda Dudek