

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 0-12 614 25 51  
fax. 0-12 614 25 51  
e-mail: [przetargi@szpitaljp2.krakow.pl](mailto:przetargi@szpitaljp2.krakow.pl)

DZ.271.40.358.2019

Kraków, dnia 06.05.2019 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, że wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.40.2019 na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku.

**Pytanie nr 1**

Pakiet 1, poz. 8

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 2**

Pakiet 2, poz. 2-3

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów zawartych w pakiecie 2 wydzieli pozycje: 2-3 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie na strzykawki do pomp ASCOR i MEDIMA. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 3**

Pakiet 2, poz. 3

Czy zamawiający dopuści strzykawki trzyczęściowe luer lock jednorazowego użytku, sterylne (sterylizowane tlenkiem etylenu), wykonane z medycznej klasy polipropylenu (cylinder, tłok) i poliizoprenu (uszczelka)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 4**

Pakiet 4, poz. 1,2,4

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,2,4 z pakietu 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 5**

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 4, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowa, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, *długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm*, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 7**

Pakiet 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowa, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, *długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm*, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 8**

Pakiet 4, poz. 2,4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych oraz IS bursztynowy bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz ale dopuszcza zaoferowanie przyrządu do podawania leków światłoczułych z rolkowym regulatorem przepływu bez zaczepek na dren.

**Pytanie nr 9**

Pakiet 7, poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 10**

Pakiet 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i jednocześnie wyjaśnia, iż parametr określony w pakiecie 7 w pozycji 3 w pkt 4 jest parametrem punktowanym. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 4.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie korka do kaniul w opakowaniu jednostkowym typu Tyvec.

**Pytanie nr 11**

Pakiet 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem ? Prosimy o dopuszczenie niniejszej budowy koreczka, gdyż nie sama budowa produktu odpowiada za aseptyczne otwarcie, a także warunki, które muszą być spełnione w celu zachowania sterylności produktu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i jednocześnie wyjaśnia, iż parametr określony w pakiecie 7 w pozycji 3 w pkt 4 jest parametrem punktowanym. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 4.

**Pytanie nr 12**

Pakiet 7, poz. 3

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualnie w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz ale dopuszcza zaoferowanie korka do kaniul w opakowaniu jednostkowym typu Tyvec.

**Pytanie nr 13**

Pakiet 7, poz. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe jednakże Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie ilości sztuk w opakowaniu dla zaoferowanego wyrobu. Iloczyn ilości oferowanych opakowań oraz ilości sztuk w opakowaniu powinien odpowiadać minimalnej ilości sztuk podanych w siwz.

Cena za opakowanie winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 14**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 11 z pakietu 1 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycji 11 zaoferowanie równoważnych igieł do penów sterylizowanych tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i jednocześnie wyjaśnia, iż parametr określony w pakiecie 1 w pozycji 11 w pkt 5 jest parametrem punktowanym. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 4.

**Pytanie nr 16**

Pakiet 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania leków światłoczułych z rolkowym regulatorem przepływu bez zaczepu na dren, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 17**

Pakiet 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych z komorą kroplową i drenem bez ftalanów, pompka tworzywo z ftalanami, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i jednocześnie wyjaśnia, iż parametr określony w pakiecie 4 w pozycji 5 w pkt 5 jest parametrem punktowanym. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 4.

Zamawiający uzna za spełnienie parametru dotyczącego braku zawartości ftalanów (DEHP) w przypadku, gdy przyrząd posiada ftalany wyłącznie w pompce.

**Pytanie nr 18**

Pakiet 10 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe w rozmiarach 22,24 i 28, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19**

Pakiet 10 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy w rozmiarze CH 10, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 20**

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 21**

Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści igły do pena wyłącznie w rozmiarze: 0,33 x12mm, 0,30 x 8 mm, 0,25 x 6mm, 0,25 x 4mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 22**

Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 29G x 12,7 mm zamiast 29G x 12 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 23**

Pakiet nr 1 poz. 11

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu rozmiaru 32 G x 8 mm. Pozostałe rozmiary zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaferowanie igły do penów bez rozmiaru 32G x 8 [mm].

**Pytanie nr 24**

Pakiet 4 poz. 2, 4

Czy Zamawiający oczekuje przyrządów z zabezpieczeniem igły biorczej po użyciu, w postaci otworu przy zaciskaczu rolkowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaferowania wyrobu zgodnie z zapisami siwz.

**Pytanie nr 25**

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd powszechnie stosowany w polskich placówkach zdrowia, polskiego producenta Polfa Lublin, który posiada ftalany wyłącznie w pompce.

Opis przyrządu jak poniżej:

- Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości z kryzą ograniczającą
- Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką
- Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm
- Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm<sup>2</sup>
- Rolkowy regulator przepływu, z zaczepem na dren
- Łącznik LUER-LOCK z osłonką
- Długość przyrządu min. 150 cm
- Opakowanie jednostkowe typu blister-pack
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- 

wersja przyrządu	rodzaj tworzywa do produkcji	ilość sztuk w opakowaniu handlowym	numer katalogowy
z pompką umożliwiającą szybkie przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych	<b>komora kroplowa i dren bez ftalanów</b> , pompka tworzywo z ftalanami	40	210901

<http://polfa.pl/przyrzady-medyczne/przyrzady-do-przetaczania-krwi-i-preparatow-krwi-ts/>

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz i jednocześnie wyjaśnia, iż parametr określony w pakiecie 4 w pozycji 5 w pkt 5 jest parametrem punktowanym. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 4.

Zamawiający uzna za spełnienie parametru dotyczącego braku zawartości ftalanów (DEHP) w przypadku, gdy przyrząd posiada ftalany wyłącznie w pompce.

**Pytanie nr 26**

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 27**

Pakiet nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 28**

Pakiet nr 6 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z optycznym indykatorem położenia o/z, bez wersji wyczuwalnej ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 29**

PAKIET NR 6 poz. 3-5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu z przyrządami typu mini spike. Powoli to Państwu na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment w pakiecie. Nasza prośbę motywujemy tym, iż dostępność przyrządu do aspiracji z butelek z wbudowaną zastawką antyzwrotną jest znacznie utrudniona na polskim rynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 30**

PAKIET NR 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie przyrządu bez zastawki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 31**

PAKIET NR 6 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie przyrządu z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2 µm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 32**

PAKIET NR 6 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie przyrządu typu mini spike bez zaworu bezigłowego, z zatyczką zatrząskową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 33**

Pakiet nr 7 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z portem bocznym umieszczonym w osi skrzydełek, symetrycznie, ale nie idealnie centralnie ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 34**

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18G x 38 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 35**

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule z oznaczeniem producenta bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym, bez oznaczenia bezpośrednio na kaniuli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 36**

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 37**

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule tylko w rozmiarze 18G x 45 mm, o przepływie 95 ml/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 38**

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule tylko w rozmiarze 18G x 32 mm, o przepływie 95ml/min?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 39**

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 40**

Pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z zastawką w porcie bocznym kaniuli, zamiast na końcu kaniuli?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 41**

Pakiet nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli korek do osobnego pakietu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 42**

Pakiet nr 7 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 25 G x 20mm, 27G x 20 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.



**Pytanie nr 43**

Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 5 poz. 5-7:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 5-7, co umożliwi złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 44**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1, 2, 3:

- 1. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej realizacji zamówienia.

- 2. W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby medyczne, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, w ramach którego dostarczono wadliwe wyroby medyczne.

- 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w razie realizacji poszczególnych zamówień nieterminowo, dostarczania wyrobu medycznego po upływie terminu jego ważności lub powtarzających się reklamacji ilościowo-jakościowych, i naliczenia tytułem odszkodowania kary w wysokości 10% ceny określonej w § 2 ust. 3 umowy w zakresie jej niezrealizowanej części, niezależnie od kar naliczonych na podstawie ust. 1 i 2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 45**

Dotyczy Formularza Cenowego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe jednakże Wykonawca zobowiązany jest do podania w swojej ofercie ilości sztuk w opakowaniu dla zaoferowanego wyrobu. Iloczyn ilości oferowanych opakowań oraz ilości sztuk w opakowaniu powinien odpowiadać minimalnej ilości sztuk podanych w siwz.

Cena za opakowanie winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 46**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie, jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak aby można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie.

**Odpowiedź:**

Nie. Zamówienia do Wykonawcy w trakcie realizowania umowy mogą być przesyłane w godzinach pracy tj. do godziny 14:35 w dni robocze i nie będą traktowane jako przesłane następnego dnia.

**Pytanie nr 47**

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej z igłą o średnicy 0,3mm 30G pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 48**

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej ze skalą U-100 ml, pakowanych po 10 szt. w woreczku PE, w sposób zapewniający sterylność każdej pojedynczej strzykawki, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 49**

Pakiet 1 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki insulinowej z igłą 0,3mm 29G pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 50**

Pakiet 1 poz. 4-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za sztukę produktu z dokładnością do 4 miejsc po przecinku lub podanie ceny za opakowanie handlowe, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż ofertę dla pakiecie 1 należy sporządzić w oparciu o tabelę zamieszczoną w załączniku nr 5 z uwzględnieniem zapisów zawartych w uwagach w pkt 1 poniżej tabeli. Zamawiający dopuszcza przeliczenie z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Cena za opakowanie winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 51**

Pakiet 1 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 0,6 oraz 0,7 na długość 32 mm, pozostałe rozmiary i parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 52**

Pakiet 1 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do Pena w rozmiarach: 29Gx12,5mm; 31Gx5mm; 31Gx6mm; 31Gx8mm; 32Gx4mm, sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz. Zamawiający wyjaśnia, iż parametr określony w pakiecie 1 w pozycji 11 w pkt 5 jest parametrem punktowanym. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 4

**Pytanie nr 53**

Pakiet 6 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji, z filtrem przeciwbakteryjnym, bez zastawki antyzwrotnej, z osłonką portu dostępowego luer lock w postaci koreczka zamykanego manualnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapis siwz.

**Pytanie nr 54**

Pakiet 6 poz. 3-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr przeciwbakteryjny ma być na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami siwz.

Z poważaniem