

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

WSSE.DEA OZPA 272.31.2023

Łódź, 03.10.2023r.

WYJAŚNIENIE  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do wszystkich Uczestników

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji, którego przedmiotem jest **Dostawa aparatury laboratoryjnej do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi w podziale na części:**

**CZĘŚĆ 1: Łaźnia wodna z cyrkulacją -1szt.**

**CZĘŚĆ 2: Cyfrowa łaźnia sucha z wymiennymi blokami grzejnymi-1szt.**

**CZĘŚĆ 3: Łaźnia ultradźwiękowa-1szt.**

**CZĘŚĆ 4: Pionowa zamrażarka biomedyczna laboratoryjna poj.ok.500l-1szt.**

**CZĘŚĆ 5: Pionowa zamrażarka biomedyczna laboratoryjna poj.ok.370l-1szt.**

**CZĘŚĆ 6. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna - 5szt.**

**CZĘŚĆ 7. Chłodziarka laboratoryjna-1szt.**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, działając na podst. art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień do wniosków o wyjaśnienie Treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), zgodnie z poniższym:

**CZĘŚĆ 4: Pionowa zamrażarka biomedyczna laboratoryjna poj.ok.500l-1szt.**

1. Prosimy o zgodę na zamrażarkę w której 2 podstawa zamrażarki zarówno w dolnej i górnej części może być wykorzystana jako półka



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zamrażarek, w której 2 podstawa zamrażarki zarówno w dolnej i górnej części może być wykorzystana jako półka

2. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 10.

Zamawiający wymaga pięciu półek +/- 1 półka.

Jednocześnie zgodnie z odpowiedzią nr 5 z dnia 02.10.2023 r. nie wyraził zgody na liczbę półek w ilości 5 sztuk łącznie w dwóch komorach zamrażarki.

Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający nie zgodził się na podaną liczbę półek w ilości 5 sztuk (3 półki w I komorze, 2 półki w II komorze), jeżeli taki jest wymóg opisany w Formularzu przedmiotowym. Zwracamy uwagę, że dno komory jest półką, na której przechowywane są próbki. W związku z tym takie rozwiązanie nie oznacza mniej miejsca do przechowywania.

Odp.

W pkt. numer 10 Załącznika nr 2 do SWZ dla Części 4 widnieje informacja, że Zamawiający wymaga pięciu półek +/- 1 półka. Dno komory nie jest półką, w związku tym Wykonawca oferuje 3 półki, co nie spełnia kryteriów umieszczonych w Załączniku.

3. Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ, pkt 6.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści ofertę na zamrażarkę z regulacją zakresu temperatury od -10 °C do – 30 °C.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podany zakres temperatury. Zamawiający dopuszcza szerszy zakres temperatury pod warunkiem utrzymania minimalnego zakresu podanego w pkt.6 Załącznika nr 2 do SWZ dla Części 4.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ stanowią jej integralną część i z dniem 03.10.2023r stają się wiążące dla każdego Wykonawcy.

W dniu 03.10.2023r zatwierdził:  
Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
z up.  
Waldemar Mańkowski  
z-ca Dyrektora  
ds. ekonomiczno-administracyjnych  
WSSE w Łodzi