



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 19 października 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 04x20mm, długość igieł wyrażona w calach jest taka sama - 3/4", pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** igieł w rozmiarze 04x20mm, długość igieł wyrażona w calach jest taka sama - 3/4", pozostałe zgodnie z SWZ.

2) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 06x32mm, długość igieł wyrażona w calach jest taka sama - 1 1/4", pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** igieł w rozmiarze 06x32mm, długość igieł wyrażona w calach jest taka sama - 1 1/4", pozostałe zgodnie z SWZ.

3) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł w rozmiarze 07x32mm, długość igieł wyrażona w calach jest taka sama - 1 1/4", pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** igieł w rozmiarze 07x32mm, długość igieł wyrażona w calach jest taka sama - 1 1/4", pozostałe zgodnie z SWZ.

4) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm) długość 25 i 40mm -do wyboru Zamawiającego sterylizowane tlenkiem etylenu, sterylne, op. a 100 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** igły tępej, z otworem ułożonym centralnie, ostrze igły ścięte pod kątem 45 stopni, rozmiar 18G (1,2mm) długość 25 i 40mm -do wyboru Zamawiającego sterylizowane tlenkiem etylenu, sterylne, op. a 100 szt.

5) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komorą kroplową wolną od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym),bez zawartości bisfenolu A (BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** przyrządu do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komorą kroplową wolną od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, całość bez zawartości ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym),bez zawartości bisfenolu A (BPA), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, dren o dł. 150 cm wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, folia-papier, sterylna, opakowanie 180 szt.

6) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd do przetaczania krwi ma być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ale **nie wymaga**, aby przyrząd do przetaczania krwi miał być wyposażony w zaciskacz rolkowy z miejscem na zabezpieczenie igły po zakończonej infuzji oraz miejsce na podwieszenie drenu.

7) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ale **nie wymaga** zaoferowania przyrządów do przetaczania krwi bez ftalanów i lateksu - informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym.

8) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania przyrządów do przetaczania w całości wolne od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ale **nie wymaga** zaoferowania przyrządów do przetaczania w całości wolnych od ftalanów i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), bez zawartości Bisfenolu A (BPA), igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu.

9) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem. Dostęp zabezpieczony koreczkiem domykanym ręcznie. Objętość wypełnienia całego systemu 0,27ml. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek z kolcem standardowym, którego parametry opisano powyżej.

10) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek, z kolcem micro. Posiada filtr bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce. Dostęp zabezpieczony białym koreczkiem. Filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwi ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego zestawu 0,2ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwiają maksymalne pobranie leku z fiołki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** uniwersalnego bezigłowego przyrządu do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek z kolcem micro, którego parametry opisano powyżej.

11) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki tuberkulinowej z igłą 0,4 x 12,5mm z kontrastującym tłokiem, pojemność 1ml, wyraźna czarna skala.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** strzykawkę tuberkulinową z igłą 0,4 x 12,5 mm z kontrastującym tłokiem, pojemność 1 ml, wyraźna czarna skala, z zachowaniem pozostałych parametrów w poz. 21 w Formularzu cenowym- Załączniku nr 2.2 bez zmian.

12) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 22-28

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek renomowanego producenta o pojemności odpowiadającej skali nominalnej strzykawki, tłok kontrastujący, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** strzykawki renomowanego producenta o pojemności odpowiadającej skali nominalnej strzykawki, tłok kontrastujący, pozostałe zgodnie z SWZ.

13) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu (systemu) bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 360 użyc, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, przezroczysty, membrana jednorodna, przezroczysta, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi. objętość wypełnienia, przepływ min. 350 ml/min. przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** port (system) bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie o parametrach opisanych powyżej.

14) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu (łącznika) bezigłowego dostępu naczyniowego o długości roboczej 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, o przepływie min. 165 ml/min, dostosowanym do średnic kaniul. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu) , wewnątrz pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu. Zawór o objętości wypełnienia maks. 0,04 ml, o ciśnieniu zwrotnym i ciśnieniu płynu iniekcyjnego min. 60 psi, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 700 aktywacji (użyć).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** port (łącznik) bezigłowy dostępu naczyniowego o parametrach opisanych powyżej.

15) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 30

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy droga płynu ma być widoczna na całej długości zaworu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ale **nie wymaga**, aby droga płynu miała być widoczna na całej długości zaworu.

16) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pudełka do liczenia zużytych igieł i ostrzy z blokiem z pianki (z nadrukiem numerycznym od 1 do 20szt.) i pojedynczym czarnym magnesem, z uchwytem do zdejmowania ostrzy, z paskami samoprzylepnymi na zewnątrz, z boku podwójne zabezpieczenie przed otwarciem -automatyczne/ zatraskowe i taśma lepna, na drugim z boków półokrągłe zawiasy. Połówki pudełka można rozdzielać. Pojemność min. 20szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie dopuszcza** sterylnego pudełka do liczenia zużytych igieł i ostrzy o parametrach opisanych powyżej.

17) Dotyczy Zadania nr 2, poz. 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego pudełka do liczenia zużytych igieł i ostrzy z blokiem z pianki (z nadrukiem numerycznym od 1 do 20szt.) i pojedynczym czarnym magnesem, z uchwytem do zdejmowania ostrzy, z paskami samoprzylepnymi na zewnątrz, z boku podwójne zabezpieczenie przed otwarciem -automatyczne/ zatraskowe i taśma lepna, na drugim z boków półokrągłe zawiasy. Połówki pudełka można rozdzielać. Pojemność min. 40szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** sterylne pudełko do liczenia zużytych igieł i ostrzy o parametrach opisanych powyżej.

Odpowiedzi udzieliła: Natalia KUNERT- St. Referent ds. Administracji i Zaopatrzenia