



ZP.261.33.2021

Lębork, dn. 10.09.2021 r.

ID postępowania:

ocds-148610-be82545b-fff3-11eb-b885-f28f91688073

### Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu hematologii wraz z dzierżawą analizatorów: ZP-PN/UE/29/21.**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku w odpowiedzi na otrzymane wnioski o wyjaśnienie treści SWZ dot. w/w postępowania udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby analizatory były wyposażone w automatyczny podajnik na min. 50 próbek?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby analizatory były wyposażone w automatyczny podajnik na min. 50 próbek.**

2. Czy ze względu na małą ilość miejsca w laboratorium Zamawiający wymaga urządzeń kompaktowych, które nie posiadają zewnętrznych urządzeń wspomagających typu kompresor?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby analizatory nie posiadały dodatkowych urządzeń wspomagających.**

3. Czy Zamawiający wymaga, aby analizatory były wyposażone w fabrycznie nowe UPSy?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby UPS-y były fabrycznie nowe.**

4. Czy Zamawiający wymaga, aby ustawienie probówek w statywie nie wymagało nakierowania kodu kreskowego próbki w okienko statywu tylko odbywało się w dowolny sposób (możliwość obrotu probówki przez aparat w celu zeskanowania kodu)?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza.**

## **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że dokonuje zmiany treści SWZ. Zmienione zapisy znajdują się w Załączniku nr 3 do SWZ. Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.

W wyniku dokonanych zmian Zamawiający nie dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.