



WSPRiTS/ZP/146/2022
ZP.261.16.2022

Warszawa, dnia 04 maja 2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2022/S 082-220507 z dnia 27.04.2022 r. na zakup 2 ambulansów typu B i C dla WSPRiTS "Meditrans" SP ZOZ w Warszawie [Nr postępowania: 16/ZP/2022].

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ (Cz. III)

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia treść SWZ:

Dotyczy Części 1 „Zakup ambulansu ratunkowego dla pacjentek i pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie” oraz Części 2 „Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie”:

1) PYTANIE: dot. noszy samojezdnych – Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności do postępowania nosze elektryczne spełniające poniższe wymagania: przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 76 stopni, z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy, z dodatkowym zestawem uprząży do transportu dzieci o wadze do 45 kg, nosze posiadające trwałe oznakowane graficznie elementy związane z ich obsługą, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy, z możliwością montażu statywu do kroplówki z mocowaniem 2 toreb/butelek z płynami infuzyjnymi, w komplecie wieszak, z możliwością poszerzenia leża noszy na boki z przeznaczeniem do transportu pacjentów bariatrycznych wraz z wypełnieniem poszerzenia do poszerzenia leża, nosze zabezpieczone przed korozją po przez wykonanie ich z odpowiedniego materiału niekorodującego materiału, wyposażone w nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi i brudu oraz przystosowany do dezynfekcji, materac zabezpieczony przed przesuwaniem się względem noszy, obciążenie dopuszczalne noszy 318 kg, deklaracja zgodności producenta z aktualną normą PN EN 1789+A2 oraz PN EN 1865-3, z systemem składanego elektrycznie podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera z/do ambulansu, możliwość programowania wysokości załadunkowej do co najmniej 90 cm, zakres temperatury pracy noszy elektryczno-hydraulicznych od -40 do 55 stopni, posiada system doświetlenia noszy ułatwiający transport noszy w nocy, możliwość skrócenia długości ramy noszy do 160cm w celu łatwego operowania noszami w warunkach ograniczonej przestrzeni, całkowita długość noszy 204,5 cm, płynna regulacja wysokości sterowana od strony nóg pacjenta, wszystkie kółka jezdne o średnicy 152 cm i szerokości 45 cm, skrętne w zakresie 360 stopni, możliwość prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, blokada przednich kółek do jazdy na wprost, kółka umożliwiają jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i po za nimi na otwartych, przesyczeniach, 2 kółka wyposażone w hamulec, transporter wyposażony w system rozpraszający elektryczne ładunki statyczne zapewniający uziemienie zestawu transportowego, system mocowania transportera na podstawie

zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789+A2, system zasilania noszy z instalacji 230V oraz 12V, akumulator w noszach wymienny i ładowany w sposób automatyczny po wpięciu noszy do karetki, w komplecie 2 akumulatory /jeden podstawowy a drugi zapasowy/ oraz zapasowa ładowarka, zestaw posiada klasę ochrony IP 56?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Dotyczy Części 2 „Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla WSPRiTS „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie”:

2) **PYTANIE:** dot. deski pediatrycznej – Czy Zamawiający dopuści deskę pediatryczną o szerokości 23 cm i obciążeniu maksymalnym wynoszącym 41 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

3) **PYTANIE:** dot. deski ortopedycznej – Czy Zamawiający dopuści do postępowania deskę ortopedyczną, która posiada 12 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski bez pinów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

4) **PYTANIE:** dot. deski ortopedycznej – Czy Zamawiający dopuści do postępowania deskę ortopedyczną, której obciążenie maksymalne wynosi 204 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

5) **PYTANIE:** dot. krzeselka kardiologicznego – Czy Zamawiający dopuści do postępowania krzeselko kardiologiczne samojezdne o wadze 14,4 kg?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

6) **PYTANIE:** dot. noszy podbierakowych – Czy Zamawiający dopuści do postępowania nosze podbierakowe, których obciążenie maksymalne wynosi 159 kg, a waga 9,75 kg?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza powyższe do zaoferowania.

7) **PYTANIE:** dot. kapnografu – Prosimy o dopuszczenie do postępowania kapnografu z wagą całkowitą (tzn. z bateriami) wynoszącą 66 g. oraz z zakresem pomiaru CO₂: +/-0,43% + 8% wartości

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu, dla którego zostały dopuszczone przez Zamawiającego inne parametry wskazane w niniejszym piśmie, Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia w załączniku nr 2 do SWZ odpowiednich uwag co do zmienionych parametrów. Zamawiający proponuje, aby nanoszone uwagi były wpisane innym kolorem. W ww. przypadku Wykonawca potwierdza spełnianie przez oferowany produkt wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia/formularzu cenowym z uwzględnieniem uwag.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Miechowska

Inspektor ds. Zamówień Publicznych

Tel. /22/ 52 51 243