



WSzSL.FZ.381./58/ 637 2023

Legnica 13-09-2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

**Dotyczy: POSTĘPOWNIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA DOSTAWĘ:**

**1. APARATU RTG Z RAMIENIEM C  
ORAZ**

**2. ZESTAWU SPRZĘTÓW - DOPOSAŻENIA DO WIEŻY ENDOSKOPOWEJ OLYMPUS  
znak sprawy: WSzSL/FZ-58/23**

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz.1605), wyjaśniam co następuje:

**Dotyczy Załącznika nr 2A do SWZ – Część 1 Aparat RTG z ramieniem C**

**Pytanie 1** - Pkt. 10 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada zarówno tryb fluoroskopii ciągłej jak i pulsacyjnej w zakresie 1, 2, 4, 8 pulsów/s? Rozwiązanie takie pozwala na szeroki wybór trybu pracy, dopasowany do wykonywanej procedury oraz specyfiki prześwietlanej anatomii.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 2** -Pkt. 11 -Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia aparatu z trybem CINE?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian.**

**Pytanie 3-** Pkt.12- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, bez możliwości ustawienia kontroli czasu trwania pulsu? Oferowany aparat posiada oprogramowanie, które automatycznie kontroluje czas trwania pulsu tak aby jakość zdjęcia oraz dawka były możliwie najlepiej dopasowane do danej procedury

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 4-** Pkt. 13-14 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada lampę ze stacjonarną anodą dwuogniskową gdzie fluoroskopia jest wykonywana przy ognisku 0,6 mm, czyli takim, jakie Zamawiający wymaga. Drugie ognisko ma zastosowanie przy radiografii cyfrowej i konwencjonalnej i wynosi 1,4 mm.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zaproponowane parametry. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 5 –** Pkt. 15, 16, 17- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego pojemność cieplna anody wynosi 76 kHU, pojemność cieplna kołpaka 900 kHU, natomiast szybkość chłodzenia anody wynosi 37 kHU/min? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, niezauważalna podczas pracy i w pełni zabezpieczy pracę aparatu na wiele godzin, bez ryzyka przegrzania.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę jedynie na parametr pojemność cieplną anody wynosi 76 kHU. Na pozostałe wyżej wymienione zmiany nie wyraża zgody. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie -6** - Pkt. 18-Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada kolimator typu IRIS 120 – 230 mm?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**



**Pytanie 7-** Pkt. 22- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego głębokość ramienia wynosi 66 cm? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, nie wpływa na ergonomię pracy i umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 8 -** Pkt.27 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, w którym zakres ruchu poziomego ramienia C wynosi 20 cm? Różnica między oferowanym parametrem, a wymaganym jest niewielka i nie wpływa na ergonomię pracy.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 9-** Pkt. 28- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru zakres ruchu pionowego ramienia C:  $\geq 44$  cm – 5 pkt,  $< 44$  cm – 0 pkt.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Pytanie 10-** Pkt. 29- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji dla parametru zakres obrotów ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag):  $\geq 25^\circ$  - 2 pkt.,  $< 25^\circ$  - 0 pkt.?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 11 -** Pkt. 31,32 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, którego całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej wynosi  $\pm 205^\circ$ , a zakres ruchu orbitalnego wynosi  $120^\circ$ ? Różnica między wymaganym, a ofertowanym aparatem jest niewielka, a umożliwia wykonanie wszystkich procedur medycznych na bloku operacyjnym

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 12 -** Pkt.36 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada pojedynczą dźwignię służącą do sterowania kołami aparatu, natomiast hamowanie odbywa się za pomocą przycisku nożnego umieszonego z obu stron aparatu. Oferowany aparat ma możliwość aretażu kół względem osi stołu z możliwością zahamowania, a rozwiązanie takie stosują czołowi producenci ramion C całym świecie.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 13 –** Pkt. 37, 69- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z 5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalaania promieniowania. Oferowany aparat nie posiada dodatkowego klawisza do wyzwalaania promieniowania w obrębie ramienia C.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z 5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalaania promieniowania. Jednocześnie wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania). Nadto wskazujemy, że w dalszym ciągu punktowane będzie posiadanie dodatkowego klawisza wyzwalaania promieniowania na obudowie dotykowego monitora**

**Pytanie 14-** Pkt. 37, 69 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, przewodowy pedał z 2 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalaania promieniowania. Oferowany aparat nie posiada dodatkowego klawisza do wyzwalaania promieniowania w obrębie ramienia C. Proponowane rozwiązanie jest stosowane i sprawdza się w wielu placówkach medycznych na całym świecie. Pedał przewodowy znacząco obniża koszt aparatu.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 15**– Pkt. 53 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada możliwość archiwizacji obrazów w formacie bezstratnym: BMP, RAW, DICOM, umożliwiające odtworzenie na dowolnym komputerze bez specjalistycznego oprogramowania?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie -16** - Pkt. 61 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada tablet dotykowy 10” z możliwością obrotu, o rozdzielczości 1280x800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu z opcją podglądu skopii live? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowej punktacji: rozdzielczość monitora dotykowego  $\geq 1200 \times 750$  – 5 pkt. rozdzielczość  $< 1200 \times 750$ ?

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na aparat który posiada tablet dotykowy 10” z możliwością obrotu, o rozdzielczości 1280x800, znajdujący się na wózku ramienia C do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu z opcją podglądu skopii live. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Dodatkowo informujemy, że Zamawiający nie wprowadza dodatkowej punktacji.**

**Pytanie 17-** Pkt. 62 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat który nie posiada wgranych programów anatomicznych. Oferowany aparat automatycznie wyszukuje anatomię obiektu w dowolnym miejscu pola obrazowania i wybiera optymalną technikę obrazowania oraz automatycznie dostosowuje się do anatomicznego rozmiaru i lokalizacji.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 18** - Pkt. 64 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat bez wyszczególnionej funkcji? Oferowany aparat posiada doskonałą platformę zarządzania dawką, dzięki czemu pacjent i personel nie są narażeni na nadmierne promieniowanie.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 19** - Pkt. 65- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania rozwiązanie równoważne w którym aparat automatycznie dobiera parametry i reguluje poziom ekspozycji zabezpieczając przed przegrzaniem lampy. Oferowany aparat posiada dużą pojemność cieplną i wysoki współczynnik chłodzenia dzięki czemu nie ma ryzyka przegrzania aparatu. W takiej klasie aparatów ryzyko takie istnieje wyłącznie w razie zabiegów kardiologicznych i naczyniowych, a takich procedur Zamawiający nie będzie na tym aparacie wykonywać.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie techniczne, jednak informuję że takie za takie rozwiązanie nie będzie przyznawał punktów. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

**Pytanie 20-** Pkt. 68 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada drukarkę bezprzewodową, która może zostać umieszczona w dowolnym miejscu na Sali operacyjnej.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21-** Pkt. 69 -Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy aparat RTG z ramieniem C, który posiada wielofunkcyjny programowalny, bezprzewodowy pedał z 5 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny do wyzwalania promieniowania wykonany z trwałych i wytrzymałych materiałów.

**W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).**

#### **Dotyczy Załącznika nr 2A Część 2**

**Pytanie 22-** Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt w części nr 2 był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji, z rokiem produkcji nie starszym niż 2022 ?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę

Or



produkcji sprzętu

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy projektu umowy, §5, ust. 1a

Pytanie 23- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 w przypadku wystąpienia wadliwości przedmiotu umowy w czasie trwania gwarancji lub rękojmi?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody.

dotyczy załącznika nr 2 do umowy, Karta gwarancyjna, §2, pkt. 4

Pytanie 24- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów §2, pkt. 4 na następujące:

„W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i niezwłocznego usuwania wad objętych gwarancją”?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

dotyczy załącznika nr 2 do umowy, Karta gwarancyjna, §3, pkt. 1

Pytanie 25- Czy Zamawiający wyrazi zgodę w §3, pkt. 1 na możliwość zgłaszania wad i awarii urządzenia, w okresie gwarancji i rękojmi telefonicznie w dni robocze w trakcie pracy serwisu w godzinach 8.00-16.00 oraz drogą mailową przez 24 godziny na dobę. Zgłoszenia będą dokonywane pod nr tel. .... lub na adres poczty elektronicznej.....?

W odpowiedzi na pytanie: Zapis zostaje zmieniony, otrzymuje następujące brzmienie: „ 1. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad i awarii urządzenia, w okresie gwarancji i rękojmi telefonicznie oraz drogą mailową. Zgłoszenia będą dokonywane pod nr tel. .... w godzina od 8.00 do 16.00 w dni robocze lub na adres poczty elektronicznej .....”

dotyczy załącznika nr 2 do umowy, Karta gwarancyjna, §6, pkt. 1

Pytanie 26- Urządzenia będące przedmiotem oferty w zakresie części nr 2 nie posiadają żadnych blokad ani kodów serwisowych. Czy w związku z tym faktem, Zamawiający dopisze w tym pkt. na końcu zdania „-jeżeli dotyczy”?

W odpowiedzi na pytanie: Zapis zostaje zmieniony, otrzymuje następujące brzmienie: „1. W przypadku, gdy dotyczy - po wygaśnięciu umowy i zakończeniu okresu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do odblokowania sprzętu w sposób zapewniający możliwość świadczenia usługi pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzenia bezpośrednio przez Zamawiającego lub powierzenia jej podmiotowi trzeciemu. W szczególności, Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszelkie niezbędne do tego dostępy i kody serwisowe do urządzenia.”

dotyczy zapisów SWZ

Pytanie 27- Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w części nr 2 szafę endoskopową oraz drobne wyposażenie do pompy systemu CO<sub>2</sub>, które nie jest wyrobem medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności spełnienia warunku dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07 kwietnia 2022 r., o których mowa w SWZ w rozdziale IV pkt. 2 odnośnik 2?

W odpowiedzi na pytanie: Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę. Jednocześnie wskazujemy, iż przy składaniu takiej oferty należy odpowiednio zmodyfikować Tabelę B.3. oraz Tabelę C

Uwaga!

1. Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
2. Zmiany w treści umów będące wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wprowadzono czcionką koloru czerwonego.

Z poważaniem,

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Legnicy

Anna Płotnicka-Mieloch