



**„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.**

19-300 Elk, ul. Baranki 24,  
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala  
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych  
tel. 87 620-95-93  
tel. 87 620-95-76  
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl  
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl  
[www.promedica.elk.com.pl](http://www.promedica.elk.com.pl)

**Odpowiedź na Zapytanie 5**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Znak: P-M/Z/2528/2022**

**Data: 22.06.2022r.**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego do zabiegów chirurgicznych na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o. o.”**

**Na podstawie art. 135 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:**

***PYTANIE nr 1 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 15 poz. 2 i 3***

Czy Zamawiający wymaga w poz. 2 i 3, aby oferowane elektrody były trwale oznaczone na tubusie in formacjami nt środowiska pracy-tj.NaCl oraz kątą kompatybilnej z daną elektrodą optyki?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia pakiet 15 poz. 2 i 3***

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względu na bezpieczeństwo Pacjentów oferowane w pozycjach 2,3 elektrody były kompatybilne z resektoskopami bipolarnymi Olympus, a ich kompatybilność potwierdzona była przez Producenta resektoskopu lub stosowne badania?

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.***

***PYTANIE nr 3 dotyczące zapisów swz oraz pakietu 11 i 15***

Ponieważ postępowanie w pakiecie 11 i 15 jest na dostawy sukcesywne przez 12 miesięcy czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla pakietu 11 i 15?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

***PYTANIE nr 4 dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 1c***

Czy Zamawiający wyrazi na zmniejszenie wysokości podanej kary do 10,00 zł w przypadku nie dotrzymania terminu reklamacji, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w jej rozpatrzeniu?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***

***PYTANIE nr 5 dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 1c***

Czy Zamawiający wyrazi, aby łączna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę nie przekroczyła 20% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 2 ust. 5 umowy?

***Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.***



***Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.***

***Z poważaniem***

---

Sąd Rejonowy w Olsztynie  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego  
Rejestru Sądowego nr KRS 0000026179

Rejestr podmiotów  
wykonujących działalność  
lecniczą nr 000000015229

ZARZĄD:  
Prezes Zarządu Spółki - Bożena Szelałowska

REGON 510996861  
NIP 848-16-30-309

Kapitał zakładowy  
21.001.000,00 PLN

