



wielkopolskie centrum onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań
tel. (+48-61) 885 05 00, fax 61 852 19 48
dyrektor 61 885 07 00

Poznań, dnia 2022-05-16
EZ/350/35/2022/ 240

Wg rozdzielnika do uczestników i zainteresowanych

Dotyczy Postępowanie: 35/2022 ZAKUP I DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKUJACYCH

Niniejszym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SWZ:

Pytanie: **Pakiet II poz. 1 i 2:**

Prosimy o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych przeznaczonych do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu o składzie: chlorek didecyloдимetyloamoniowy 0,45 g, surfaktanty 0,325 g, substancje pomocnicze 0,52 g. Spektrum działania: B - EN 13727, F – EN 13624 (C. albicans, C.auris) w czasie 1 minuty, V – EN 14476 (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Grypa H5N1, SARS, Coronavirus, Noro) w czasie 30 sekund, Tbc – EN 14348 (M.terrae). Chusteczki kompatybilne są ze wszystkimi powierzchniami, idealne do powierzchni delikatnych i wrażliwych na działanie alkoholi. Do zastosowania w obszarze medycznym, do dezynfekcji aparatury medycznej (w tym głowice USG), monitorów, lamp itp. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Chusteczka o wymiarze 20x28cm, gramatura 40 g/m². Opakowanie flow pack a'100 szt. Wyrób medyczny kl. IIa.

ODPOWIEDŹ: NIE. Zamawiający wymaga w tym pakiecie produktów na bazie H₂O₂, bez zawartości QAV, gdyż posiada już środki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Dodatkowo w pozycji 2. pakietu wymagany jest produkt o działaniu sporobójczym. Zamawiający podtrzymuje również zapisy dotyczące minimalnej gramatury chusteczek 50g/m².

Pytanie: **Pakiet III:**

Prosimy o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjnych do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie alkoholu, bez zawartości aldehydów, fenoli i pochodnych fenolowych. Szerokie spektrum działania: B, F – do 1 min, V (HBV, HCV, HIV, H5N1, SARS, Coronavirus) – 15 sekund, Tbc (M. terrae) – 30 sekund. Kompatybilność z powierzchniami, zastosowanie w obszarze medycznym. Opakowanie: tuba a'200 szt. o wymiarach chusteczki 20x20 cm lub tuba a'125 szt. o wymiarach chusteczki 13,3x18,5 cm, z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wyrób medyczny kl. IIa.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza powyższe w opakowaniach po 125 sztuk, jeśli spełniają pozostałe wymagania SIWZ.

Z poważaniem
Wielkopolskie Centrum Onkologii
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych


mgr inż. Magdalena Kraszevska

Sprawę prowadzi: Katarzyna Witkowska, Przygotowane przez Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia, tel. 61/ 88 50 643, ...644 fax ...698

Kancelaria Działu
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Artur Schneider