

# SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 15.05.2020 roku

ZP/p/2374-18/2020

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „DOSTAWA JEDNORAZOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH”.  
Nr postępowania: Zp/p/18/2020.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr 11, 12, 13, 14

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Zestaw zapytań nr 11

#### Pytanie 1

Część nr 28 obwody oddechowe, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważny obwód oddechowy dla OAiIT, z PCV dla dorosłych, z 2 wbudowanymi pułapkami wodnymi, pozostałe parametry bez zmian?

#### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego produktu.

### Zestaw zapytań nr 12

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji 1.1. i 1.2 część 23 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi lub zagiętymi o przekroju 13 Fr i długościach:

dla pozycji 1.1. - 15 cm, 17,5 cm

dla pozycji 1.2. – 20 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący sztaft cewnika



- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane produkty.

**Zestaw zapytań nr 13**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w pozycji 2.1. i 2.2 część 23 dopuści do postępowania bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępow naczyniowych o takich samych parametrach technicznych a tylko zmienionej kolorystyce - membrana przezroczysta, pakowany po 2 sztuki papier folia z przeliczeniem zamawianej ilości?

Aktualnie producent zmienił jedynie kolorystykę i tylko taki produkt jest dostępny na rynku?

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane produkty.

**Zestaw zapytań nr 14**

**Pytanie 1**

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie zestawu do szynowania moczowodów 4F/ 4,7F/ 6F/ 7F, z popychaczem w kolorze czerwonym, z prowadnicą o średnicy 0,032”, 0,035 lub 0,038” odpowiednio do średnicy cewnika., blokowanego zaciskiem, możliwość utrzymania w moczowodzie 3- 6 miesięcy, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 2**

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie zestawu do szynowania moczowodów 4,7F, z prowadnicą o długości 150 cm, popychacz w kolorze czerwonym, długość 70 cm.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 3**

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie prowadników w dyspenserze z końcówką Luer.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie koszyka nitinilowego, z drutami o przekroju okrągłym, druty ułożone heliakalnie, uchwyt w możliwością blokady położenia przewodu koszyka, rozmiary koszyka 15,0-20,0 mm.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

  
DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
w Poznaniu im. prof. Ludwika Berkowskiego  
dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
2/ a/a  
Druk: Anna Górską