



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Piła, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła, dn. 11.02.2021 roku

FZP.III-241/15/21/ZO

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania pod hasłem: „**RĘKAWICE CHIRURGICZNE I GINEKOLOGICZNE II**”

Szpital Specjalistyczny w Pile informuje, że w do wyżej wymienionego postępowania wpłynęły następujące pytania:

**1) Pytanie**

Zadanie 1 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane, spełniające normę EN-455, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny, zawartość protein max. 150µg/g, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL-1,0, grubość na palcu 0.17-0.18mm, grubość mankietu 0.11mm, grubość na dłoni 0.14-0.15mm, długość min. 285mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 6.0-9.0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**2) Pytanie**

Zadanie 1 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, kolor biały, spełniające normę EN-455, kształt anatomiczny, zawartość protein max. 30µg/g, AQL-1,0, grubość na palcu 0.22mm, grubość mankietu 0.20mm, grubość na dłoni 0.20mm, długość min. 290mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5.5-9.0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**3) Pytanie**

Zadanie 1 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic:

rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, kolor jasnobrązowy, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych i chirurgii oka, spełniające normę EN-455, mankiet prosty nie rolowany z opaską samoprzylepną, zawartość protein max. 30µg/g, AQL 1.0, grubość na palcu 0.185mm, grubość mankietu 0.165mm, grubość na dłoni 0.175mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5.5-9.0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### 4) Pytanie

Zadanie 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, specjalne pokrycie zapewnia lepszą chwytność, chlorowana i silikonowana, kolor biały lub brązowy, ortopedyczne, mankiet prosty nie rolowany z opaską samoprzylepną, zawartość protein max. 30µg/g, AQL 1.0, grubość na palcu 0.22mm, grubość mankieta 0.20mm, grubość na dłoni 0.20mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5.5-9.0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### 5) Pytanie

Zadanie 1 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rękawic: rękawice chirurgiczne, sterylne, neoprenowe bezpudrowe, przeznaczone dla osób uczulonych na lateks, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, kolor zielony, spełniające normę EN-455, kształt anatomiczny, mankiet prosty nie rolowany z opaską samoprzylepną, AQL 1.0, grubość na palcu 0.185mm, grubość mankieta 0.160mm, grubość na dłoni 0.175mm, długość min. 305mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 5.5-9.0, w/w parametry potwierdzone kartą techniczną przez producenta lub wytwórcę.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### 6) Pytanie

Zdanie 1 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych w kolorze naturalnego lateksu, AQL 0.65, grubość na palcu 0,23-,24mm, mankieta 0,19-0,20mm, dłoni 0,20-0,21mm, długość rękawic min.285mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### 7) Pytanie

Zdanie 1 poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych w kolorze naturalnego lateksu, AQL 0.65, grubość na palcu 0,23-,24mm, mankieta 0,18-0,19mm, dłoni 0,20-0,21mm, długość rękawic min.285mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### 8) Pytanie

Zdanie 1 poz.3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych, lateksowych bezpudrowych, powlekane od wewnątrz poliuretanem, kolor brązowy, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych i chirurgii oka, spełniające normę EN-455, mankiet rolowany, zawartość protein max. 30µg/g\*, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna silikonowana, pokryta warstwą poliuretanową, AQL-0,65, grubość na palcu 0.19mm, grubość mankieta 0.16mm, grubość na dłoni 0.19mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 6,0-9,0?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### 9) Pytanie

Zdanie 1 poz.4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Rękawic chirurgicznych, sterylnych, bezpudrowych, lateksowych, ortopedycznych, kolor brązowy rozmiar od 6,05 do 9,0, o anatomicznym kształcie, mankiet rolowany, zawartość protein max. 30µg/g\*, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna silikonowana, pokryta warstwą poliuretanową, AQL-1,0, grubość na palcu 0.33mm, grubość mankieta 0.25mm, grubość na dłoni 0.31mm, łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic,

oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 6,0-9,0?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

#### 10) Pytanie

Zdanie 1 poz.5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie Rękawic chirurgicznych, neoprenowych, jałowych, bezpudrowych przeznaczone dla osób uczulonych na lateks, kolor naturalny, spełniające normę EN-455: kształt anatomiczny, mankiet rolowany, z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna silikonowana, pokryta warstwą poliuretanową, AQL-0,65 po zapakowaniu, grubość na palcu 0.14mm, grubość mankieta 0.14mm, grubość na dłoni 0.13mm, długość minimalna rękawicy 301mm , łatwo otwieralne opakowanie zewnętrzne z możliwością zachowania jałowości rękawic, oznakowanie opakowania jednostkowego i zbiorowego: nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji/seria, data przydatności do użytku, nazwa producenta, rozmiar: 6,0-9,0?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**