



SZPITAL ŚW. ŁUKASZA
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507
KRS: 0000024307
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:
000000001137

Bolesławiec, 19 października 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania
e-mail: platforma zakupowa

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na „Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemiedycznych) oraz drobnego sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu”. Znak sprawy 40/PN/2022.

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie niezawierającego niebezpiecznych substancji toksycznych nieprzylepnego testu kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z normą EN ISO/TS 15883-5.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła jest zgodna z normą EN ISO/TS 15883-5.

2) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **nie wymaga** potwierdzenia producenta testów o możliwości ich stosowania w myjni ultradźwiękowej.

3) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wymaga**, by test wraz z kompatybilnym przyrządem umożliwiał kontrolę skuteczności mycia z czterech różnych kierunków.

4) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wymaga**, by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze.

5) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, by przyrząd był w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji wskaźnikowej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wymaga**, by przyrząd był w postaci otwieranego klipsa, nie uszkadzającego substancji wskaźnikowej.

6) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg, dostarczenie jednego holderu wraz z pierwszą dostawą testów? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie liczby wymaganych holderów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymóg nie zostanie spełniony poprzez dostarczenie jednego holderu wraz z pierwszą dostawą testów. Zamawiający **wymaga** dwóch holderów.

7) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C)? Oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** ale **nie wymaga**, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (1°C).

8) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1 oraz 2

Prosimy dopuszczenie testów będących wyrobami medycznymi i których stawka VAT wynosi 8%.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **wymaga** testów będących wyrobami medycznymi i których stawka VAT wynosi 8%.

9) Dotyczy Zadania nr 18, poz. 1 oraz 2

Prosimy o dopuszczenie włókniny miękkiej III generacji w kolorze niebieskim, przeznaczonej do sterylizacji parą wodną – celulozowej, wzmocnionej syntetycznymi włóknami. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,2 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na zerwanie w kierunku walcowania nie mniej niż 1100mN, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1600 mN, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa, gramatura nominalna 60 g/m², zgodność z normą PN-EN ISO 11607-1. Rozmiar 100 x 100 cm. Opakowanie a'250 ark.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający **dopuszcza** włókninę o ww. parametrach.

Odpowiedzi udzieliła: Natalia KUNERT- St. Referent ds. Administracji i Zaopatrzenia