

Dreżdenko, dnia 4 marca 2024 roku

**Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie**

P2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków do dezynfekcji dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/4/2024, 2024/BZP 00223639/01 z dnia 2024-02-28

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwanej dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień treści i wprowadza zmiany SWZ:

Pytanie 1

Pakiet 12 poz. 1

W związku z brakiem na rynku produktów zawierających związek nadtlenu wodoru czy Zamawiający dopuści chusteczki przeznaczone do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych (w tym inkubatorów oraz głowic USG) gotowe do użycia, oparte na nadtlenu wodoru, kwasie nadoctowym oraz kwasie glikolowym, o wymiarach 20 x 20 cm, nie pozostawiające toksycznych ani szkodliwych dla środowiska pozostałości na czyszczonych powierzchniach, posiadające pełne spektrum biobójcze (również w warunkach brudnych) obejmujące: B, F, Tbc (M. avium, M.terrae), V (polio-, adeno-, norowirus), C. difficile (R027 – zgodnie z EN17126) – w czasie do 5 minut, S (B. subtilis, B. cereus - zgodnie z EN17126) w czasie do 15 minut, przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowane po 108 sztuk w opakowaniu typu Flowpack, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz

Odp. do pytania 1

Wymaga się złożenia oferty zgodnej z SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zawarte w dodatku nr 2 do SWZ w zakresie podanych zakresów bójczości, wymaganych związków aktywnych, czasów ekspozycji oraz pozostałych wymagań stanowią minimalne parametry, które muszą spełniać oferowane produkty. Jeżeli oferowane produkty charakteryzują inne dodatkowe cechy, które nie są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w SWZ, mogą one być przedmiotem oferty.

Pytanie 2

Pakiet 12 poz.2

W związku z brakiem na rynku produktów zawierających związek nadtlenu wodoru czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia, szybki środek przeznaczony do mycia i dezynfekcji wszelkich powierzchni wyrobów medycznych (w tym inkubatorów oraz głowic USG) gotowy do użycia, oparty na nadtlenu wodoru, kwasie nadoctowym oraz kwasie glikolowym, o pojemności 2l, nie pozostawiający toksycznych ani szkodliwych dla środowiska pozostałości na czyszczonych powierzchniach, posiadający pełne spektrum biobójcze (również w warunkach brudnych) obejmujące: B, F, Tbc (M. avium, M.terrae), V (polio-, adeno-, norowirus), C. difficile (R027 – zgodnie z EN17126) – w czasie do 5 minut, S (B. subtilis, B. cereus - zgodnie z EN17126) w czasie do 15 minut, przebadany zgodnie z normą EN 16615. Nadający się do zalania w dozownikach suchych chust w czasie od 28 – 60 dni (w zależności od zalewanych chust). Zarejestrowane jako wyrób medyczny.

Odp. do pytania 2

Wymaga się złożenia oferty zgodnej z SWZ.

W pakiecie 12 nie ma pozycji 2.

Pytanie 3

Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat w postaci aktywnej pianki do dekontaminacji, dezynfekcji i nawilżania inwazyjnych narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, nadaje się również do endoskopów i narzędzi endoskopowych, sztywnych i elastycznych elementów optycznych, bez zawartości alkoholi, aldehydów i substancji utleniających, zapobiega zasychaniu oraz utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na powierzchni narzędzi i wyrobów medycznych, zabezpiecza i przygotowuje narzędzia medyczne do suchego transportu i przed myciem w myjniach dezynfektorach, zawierająca 3 substancje o działaniu bójczym

z zawartością kompleksu polienzymatycznego składającego się z amylazy, lipazy i proteazy, zawierająca inhibitory korozji oraz stabilizatory pianienia, o działaniu B wg normy EN 14561, F (c. albicans) wg EN 14562, V (HIV, HBV, HCV) wg EN 14476 – w czasie do 10 minut, możliwość przechowywania narzędzi w pianie do 72 godzin, w opakowaniu 750 ml ze spryskiwaczem, wyrób medyczny?

Odp. do pytania 3

Wymaga się złożenia oferty zgodnej z SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zawarte w dodatku nr 2 do SWZ w zakresie podanych zakresów bójczości, wymaganych związków aktywnych, czasów ekspozycji oraz pozostałych wymagań stanowią minimalne parametry, które muszą spełniać oferowane produkty. Jeżeli oferowane produkty charakteryzują inne dodatkowe cechy, które nie są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w SWZ, mogą one być przedmiotem oferty.

Pytanie 4

Projektowane postanowienia umowy §4 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §4 ust. 4 umowy o treści: „Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wysokości minimum 50% wartości brutto umowy.” na brzmienie: „Zamawiający zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w wysokości minimum 80% wartości brutto umowy.”?

Odp. do pytania 4

Nie wprowadza się proponowanych zmian.

Pytanie 5

Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w §2 ust. 1 umowy wielokropku pozwalającego na podanie adresu, na który będą kierowane zamówienia do Zamawiającego: tj.: „Przedmiot umowy winien być dostarczany sukcesywnie na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w dni powszednie w godz.: 7:30-14:30, bezpośrednio do miejsca wskazanego w zamówieniu składanym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:....., zlecanym przez osoby uprawnione, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.”? Podanie konkretnego adresu mailowego w umowie pozwoli Zamawiającemu na trafne składanie zamówień i zapobiegnie opóźnieniom w ich realizacji.

Odp. do pytania 5

Nie wprowadza się proponowanych zmian.

Informacje organizacyjne będą ustalone przez Strony po podpisaniu umowy.

Pytanie 6

Pakiet 1 poz. 1

Jako autoryzowany przedstawiciel marki Fujifilm i Choyang prosimy dopuszczenie poniższych parametrów.

Czy Zamawiający dopuści:

- Płyn kompatybilny z poz. 2,3 Oferent / Producent
- Nazwa i typ
- Kraj pochodzenia
- Płyn dezynfekcyjny do sterylizacji i dezynfekcji wysokiego poziomu na podstawie Kwasu Nadoctowego i Diazaadamantany (ISAZONE®)
- Wysoka skuteczność biobójcza i sporobójcza już po 5 min.
- Roztwór roboczy stabilny do 15 dni (kontrola aktywności dedykowanymi paskami),
- Wysoka tolerancja materiałowa
- Nie uszkadza dezynfekowanych wyrobów
- Skład: roztwór aktywny
- Substancje czynne: Isazone ®0,010 g; kwas nadoctowy 0,180g, składniki obojętne i aqua purificata q.s. do 100 ml
- Przetestowany w warunkach brudnych i czystych zgodnie z wymogami UNI PN-EN 14885
- Zgodny z PN-EN ISO 14937 par. 5.3.1
- Opakowanie o poj. 5 litrów
- Rekomendacja autoryzowanego dystrybutora: urządzenia do mycia i dezynfekcji, paratów endoskopowych

Odp. do pytania 6

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 1 przedmiotem zamówienia są środki do dezynfekcji rąk.

W zakresie pakietu 18 poz.1 wymaga się złożenia oferty zgodnej z SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zawarte w dodatku nr 2 do SWZ w zakresie podanych zakresów bójczości, wymaganych związków aktywnych, czasów ekspozycji oraz pozostałych wymagań stanowią minimalne parametry, które muszą spełniać oferowane produkty. Jeżeli oferowane produkty charakteryzują inne dodatkowe cechy, które nie są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w SWZ, mogą one być przedmiotem oferty.

Pytanie 7

Pakiet 1 poz. 2

Jako autoryzowany przedstawiciel marki Fujifilm i Choyang prosimy dopuszczenie poniższych parametrów.
Czy Zamawiający dopuści:

- Paski kompatybilne z poz. 1
- Paski testowe do pomiaru efektywności i Minimalnej Zalecanej Koncentracji Kwasu Nadoctowego
- Opakowanie min. 100 szt. pasków

Odp. do pytania 7

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 1 przedmiotem zamówienia są środki do dezynfekcji rąk.

W zakresie pakietu 18 poz.2 wymaga się złożenia oferty zgodnej z SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zawarte w dodatku nr 2 do SWZ w zakresie podanych zakresów bójczości, wymaganych związków aktywnych, czasów ekspozycji oraz pozostałych wymagań stanowią minimalne parametry, które muszą spełniać oferowane produkty. Jeżeli oferowane produkty charakteryzują inne dodatkowe cechy, które nie są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w SWZ, mogą one być przedmiotem oferty.

Pytanie 8

Pakiet 1 poz.3

Jako autoryzowany przedstawiciel marki Fujifilm i Choyang prosimy dopuszczenie poniższych parametrów.
Czy Zamawiający dopuści:

- Detergent kompatybilny z poz. 1 Multienzymatyczny preparat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów
- Zapewniający doskonale właściwości myjąco-dezynfekujące
- Opakowanie o poj. 1 litr

Odp. do pytania 8

Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie pakietu 1 przedmiotem zamówienia są środki do dezynfekcji rąk.

W zakresie pakietu 18 poz.3 wymaga się złożenia oferty zgodnej z SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zawarte w dodatku nr 2 do SWZ w zakresie podanych zakresów bójczości, wymaganych związków aktywnych, czasów ekspozycji oraz pozostałych wymagań stanowią minimalne parametry, które muszą spełniać oferowane produkty. Jeżeli oferowane produkty charakteryzują inne dodatkowe cechy, które nie są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w SWZ, mogą one być przedmiotem oferty.

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 18 poz. 3 na preparat konfekcjonowany w opakowaniach 1l pod warunkiem przeliczenia ilości.

Pytanie 9

Pakiet 1 poz.1 i 2

Czy zamawiający oczekuje preparatu alkoholowy na bazie etanolu, bez potencjalnie alergizujących konserwantów i barwników przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o spektrum działania: B, F, Tbc (M. terrae, M. avium) do 30 s, V (Adeno, Noro, Polio) w 60 s zgodnie z odpowiednimi normami zawartymi w EN 14885 dla obszaru medycznego, spełniający normy EN 1500 i EN 12791, skuteczny także wobec HCV, Vaccinia, Rota, H1N1, w czasie do 30, produkt biobójczy, konfekcjonowany w opakowaniu 500 ml?

Odp. do pytania 9

Wymaga się złożenia oferty zgodnej z SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zawarte w dodatku nr 2 do SWZ w zakresie podanych zakresów bójczości, wymaganych związków aktywnych, czasów ekspozycji oraz pozostałych wymagań stanowią minimalne parametry, które muszą spełniać oferowane produkty. Jeżeli oferowane produkty charakteryzują inne dodatkowe cechy, które nie są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w SWZ, mogą one być przedmiotem oferty.

Pytanie 10

Pakiet 2 poz.1

Czy zamawiający oczekuje preparatu alkoholowego na bazie etanolu, bez potencjalnie alergizujących konserwantów i barwników przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o spektrum działania: B, F, Tbc (*M. terrae*, *M. avium*) do 30 s, V (Adeno, Noro, Polio) w 60 s zgodnie z odpowiednimi normami zawartymi w EN 14885 dla obszaru medycznego, spełniający normy EN 1500 i EN 12791, skuteczny także wobec HCV, Vaccinia, Rota, H1N1, w czasie do 30 s, konfekcjonowany w hermetycznych dwuwarstwowych workach z tworzywa sztucznego (PA, PE) bez dodatku włókna szklanego, ze zintegrowaną na stałe z opakowaniem zastawką (z PP bez elementów metalowych), chroniącą preparat przed kontaminacją drobnoustrojami, ze względu na ochronę środowiska waga pustego opakowania jako odpadu nie większa niż 12g, opakowanie podlegające recyklingowi, produkt biobójczy 700 +/- 5% ml?

Odp. do pytania 10

Wymaga się złożenia oferty zgodnej z SWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wymagania zawarte w dodatku nr 2 do SWZ w zakresie podanych zakresów bójczości, wymaganych związków aktywnych, czasów ekspozycji oraz pozostałych wymagań stanowią minimalne parametry, które muszą spełniać oferowane produkty. Jeżeli oferowane produkty charakteryzują inne dodatkowe cechy, które nie są sprzeczne z wymaganiami zawartymi w SWZ, mogą one być przedmiotem oferty.

2. W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty).

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6, art. 286 ust. 7 Ustawy wyjaśnienia, wprowadzone zmiany zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 04.03.2024 r.