

Milicz, 15.11.2023 r.

Dotyczy: postępowania na
drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla MCM w Miliczu

Znak sprawy: MCM/WSM/ZP14/2023

Zamawiający, działając na podstawie art.135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1605) ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

ZADNIE NR 42

Poz. 1-2

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane zestawy do cystostomii, powinny posiadać w składzie minimum następujące elementy: kateter 14F i/lub 12F (do wyboru Zamawiającego) - typu pigtail, o długości 45cm, igłę rozrywalną 14F i 12F o długości 12cm, kołnierz mocujący, strzykawkę 10ml luer-lock oraz skalpel i opaskę stabilizującą, sterylne - co zapewni możliwość prawidłowego i optymalnego wykonania procedury w zależności od potrzeb klinicznych.

Odpowiedź: TAK

Prosimy o doprecyzowanie, czy zestawy do cystostomii, powinny posiadać w składzie minimum następujące elementy: kateter 14F i/lub 12F (do wyboru Zamawiającego) - balonowy 100% silikon o długości 40cm, igłę rozrywalną o długości 12cm, zatyczkę, całość zmontowana gotowa do bezpośredniego użycia, sterylne- co zapewni możliwość prawidłowego i optymalnego wykonania procedury w zależności od potrzeb klinicznych.

Odpowiedź: TAK

zadanie nr 83

Poz. 18-20

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foley'a z końcówką Tiemanna, to cewniki dwudrożne z balonem o pojemności 5-15ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź: TAK

Pakiet 37poz.1

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii noworodków w formie jednoczęściowego paska, który optymalnie można dopasować, łącząc go z tyłu główki pacjenta i dodatkowo regulując położenie okularków na twarzy pacjenta przy pomocy drugiego punktu mocowania na czole nad oczami. Obie zakładki do mocowania zarówno z tyłu główki jak i na czole pacjenta zespolone są z paskiem specjalną ultradźwiękową techniką, co sprawia że nie ma na pasku zgrubień i twardych elementów i tym samym zminimalizowane jest ryzyko pojawienia się odcisków na główce pacjenta. Podkładka chroniąca oczy jest tak zaprojektowana, aby uniknąć nacisku i zapewnić maksymalną ochronę dla oczu.

1 op. = 20 szt.; w trzech rozmiarach. Nie zawierającego lateksu i ftalanów. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji, każdy rozmiar oznaczony innym kolorem:

Pediatryczne (large) - ob. głowy 32-38cm (+/- 2cm), kolor czerwony

dla wcześniaków (medium) 26-32 cm (+/- 2cm), kolor zielony

mikro (small) 20-26cm (+/- 2cm); kolor niebieski

Odpowiedź: NIE

Zamawiający informuje że dokona modyfikacji załącznika nr 1