



Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

Kraków, 01.07.2020r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa i sprzedaż odczynników do do jednoczesnego wykrywania materiału genetycznego wirusów HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA w pulach osocza metodą automatyczną wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawa automatycznych systemów diagnostycznych/analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem” ZP-12/20

1) Pytanie do pkt 1.3.1 Skrócony Opis Przedmiotu zamówienia.

W punkcie 1.3.1 Skróconego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w przypadku zaoferowania analizatora/systemu o masie przekraczającej 200 kg/m² dołączył ekspertyzę konstrukcyjną.

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z punkt 1.3.1, i tym samym nie będzie wymagał przygotowania ekspertyzy, jeżeli Wykonawca zaoferuje identyczne rozwiązanie sprzętowe, jak obecnie pracujące w placówce Zamawiającego z identycznym rozmieszczeniem, spełniającym wymogi architektoniczne potwierdzone ekspertyzą z 2016 r.

2) Pytanie do pkt 7a. Opisu Przedmiotu Zamówienia zał.nr 1

W punkcie 7a. Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pokrył koszty wymaganego uaktualnienia LIS w przypadku zmiany wersji lub zmiany systemu LIS w czasie trwania umowy.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w punkcie 7a ma na myśli pokrycie przez Wykonawcę kosztów podłączenia oferowanych analizatorów do systemu LIS oraz zapewnienie niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wsparcia technicznego w przypadku zmiany wersji lub zmiany systemu LIS w czasie trwania umowy?

3) Pytanie do punktu 2 . Opisu Przedmiotu Zamówienia zał. Nr 1

W punkcie 1.2 Skróconego Opisu Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wymaga, aby oprócz systemów podstawowych, Wykonawca zapewnił także analizator back up. Mając na uwadze, iż w sytuacji awarii jednego z systemów badania będą mogły być kontynuowane na analizatorze back up oraz fakt, że niektóre usterki mogą wymagać sprowadzenia części zamiennych, a także uwzględniając możliwość zaoferowania zdalnego wsparcia serwisowego uprzejmie prosimy o modyfikację zapisu zgodnie z poniższym:

”Wykonawca zagwarantuje nieodpłatny serwis wszystkich części systemu diagnostycznego przez okres trwania umowy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Oznacza to, że FSE (inżynier serwisowy) podejmie działania naprawcze i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek przy pomocy narzędzi umożliwiających zdalną analizę problemu i udzielenie wsparcia technicznego lub stawi się osobiście w siedzibie Użytkownika (Zamawiającego) w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia usterki lub awarii itp. przez Zamawiającego”

4) Pytanie do punktu 2c oraz 2d . Opisu Przedmiotu Zamówienia zał. Nr 1

W Punktach 2c i 2d Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby w sytuacji awarii systemów diagnostycznych/analizatorów, uniemożliwiającej wykonywanie prawidłowych badań, Wykonawca zobowiązał się do całkowitego pokrycia kosztów natychmiastowego wykonania badań w innym RCKiK, a także zapewnił, że wyniki badań zostaną uzyskane najpóźniej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Czy wobec spełnienia zapisów w punktach 2c i 2d Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia punktu 2b na następujące:

„Wykonawca zapewni kontakt z serwisem firmowym przez 7 dni w tygodniu i reakcję serwisu w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Oznacza to, iż rozpoczęcie naprawy rozpocznie się w w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia.”

5) Pytanie do SIWZ punkt F – Sposób Przygotowania Oferty

Czy zamawiający, w formularzu ofertowym, dopuści zaoferowanie ceny jednostkowej za zestaw odczynnikowy zawierający wszystkie niezbędne materiały zużywalne? Oferowany przez nas zestaw stanowi integralną całość i niemożliwa jest wycena poszczególnych jego części składowych.

Odpowiedzi :

- Ad 1. Zamawiający uzna za spełniony warunek z punkt 1.3.1, i tym samym nie będzie wymagał przygotowania ekspertyzy, jeżeli Wykonawca zaofereuje identyczne rozwiązanie sprzętowe, jak obecnie pracujące w placówce Zamawiającego z identycznym rozmieszczeniem, spełniającym wymogi architektoniczne potwierdzone ekspertyzą z 2016 r.
- Ad 2. Zamawiający ma na myśli pokrycie przez Wykonawcę kosztów podłączenia oferowanych analizatorów do systemu LIS, zapewnienia transmisji do LIS danych określonych przez Zamawiającego oraz zapewnienie niezbędnej dokumentacji technicznej , a także wsparcia technicznego w przypadku zmiany wersji lub zmiany systemu LIS w czasie trwania umowy.
- Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.
- Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.
- Ad 5. Sposób sporządzenia formularza ofertowego ma być zgodny z zapisem w SIWZ.

Łukasz Guliński

Dyrektor RCKiK w Krakowie