

Tytuł projektu: *Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim – projekt pilotażowy*
Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0059/21



STOBRAWSKIE CENTRUM MEDYCZNE
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kup



SPÓŁKA SAMORZĄDU
Województwa Opolskiego

Kup, dn. 20 kwietnia 2022 r.

Nr sprawy ZP/3/2022

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby projektu rehabilitacji pocovidowej.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dot. zadania nr 1:

STANOWISKO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ Z OPROGRAMOWANIEM – 1 sztuka

1. Pkt 20. Czy Zamawiający dopuści brak prezentacji trendów 3D? Parametr ten jest charakterystyczny dla jednego producenta oprogramowania na rynku, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

BIEŻNIA REHABILITACYJNA Z WBUDOWANYM MODUŁEM EKG – 1 sztuka

2. Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści system który w trybie treningowym wyświetla 3 kanały i więcej? Jest to parametr lepszy od wymaganego. Zwracamy uwagę, że wyświetlanie 2 kanałów ma znikomą wartość diagnostyczną.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści prędkość przesuwu przy podglądzie EKG na ekranie monitora 25, 50 mm/s (prędkość wydruku 5/12,5/25/50 mm/s $\pm 2\%$)? Zwracamy uwagę że opisany parametr spełnia tylko jeden Polski producent na rynku.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Pkt 6. Czy Zamawiający dopuści filtr zakłóceń mięśniowych 20, 40, 100 Hz? Prosimy o dopuszczenie parametru lepszego niż wymagany, proponowany przez nas zakres jest szerszy i pozwala lepiej odfiltrować zapis i dopasować go do danego pacjenta.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. **Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 9** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w ustępu na: Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, które uniemożliwiają korzystanie ze sprzętu, Wykonawca usunie wady przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie”? Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego, odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

PROKURENT SAMOISTNY

mgr Soria Cehulla