



Uczestnicy postępowania ZP-PN/18/20

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników do badań immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatu..

Znak sprawy: ZP-PN/18/20.

Komisja przetargowa Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęborku w odpowiedzi na otrzymane pytania dot. w/w postępowania wyjaśnia:

1. Dot. Załącznika nr 5. Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu w punkcie 2 tabeli na „Aparat do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu (przeciwciała pierwotne).”
 - **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono zapis pkt 2 Załącznika nr 5 na następujący: „Aparat do diagnostyki immunohistochemicznej (IHC) otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu (przeciwciała pierwotne).”.**
2. Dot. Załącznika nr 5. Zwracamy się z prośbą o usunięcie punktu 15 tabeli, ponieważ zgodnie z brzmieniem ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 992) podmiotem zobowiązanym do właściwego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami jest ich wytwórca. Dlatego wymóg deklaracji ze strony Wykonawcy co do postępowania z daną grupą odpadów (zwłaszcza w sytuacji, gdy ich klasyfikacja może być zmienna w czasie z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach), jest nieuzasadniony. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie dokumenty zawierające dane odnośnie składu odpadów powstających w związku z użytkowaniem aparatów.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że usunięto zapisy pkt 15 Załącznika nr 5.**
3. Dot. Załącznika nr 4. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w Uwaga punkt 1 nie wpisał omyłkowo ilości 1400 zamiast 1000, zgodnie z punktem 28 tabeli asortymentowej.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że zmieniono w pkt 1 „Uwaga” Załącznika nr 4 ilość z 1400 na 1000.**
4. Dot. Załącznika nr 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie pisemnej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę? W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.
 - **Komisja Przetargowa informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział XIII ust. 3 umowa zostanie przesłana do Wykonawcy listem poleconym. Tym samym Wykonawca nie będzie zobowiązany do stawienia się w siedzibie Zamawiającego celem jej podpisania.**
5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym poszczególnych zamówień, gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy. Dotyczy to w szczególności takich

okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie Umowy, gdy ponosi winę umyślną za naruszenia. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

Ponadto, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARS-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowane przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic i ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

- **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych zapisów.**
6. Dot. Załącznika nr 3. Par. 3 ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 5 pkt 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**
 7. Dot. Załącznika nr 3. Par. 6 ust. 3 pkt 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.**
 8. Dot. Załącznika nr 3. Par. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.**
 9. Dot. Załącznika nr 3. Par. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”
 - **Komisja Przetargowa informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.**
 10. Dot. Załącznika nr 3. Par. 10 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez

Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

- **Komisja Przetargowa informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.**

11. Dot. Załącznika nr 3. Par. 15 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

- **Komisja Przetargowa informuje, że posługuje się ww. zakresem wzorem, który załącza do Odpowiedzi na pytania.**

Komisja przetargowa informuje, że w związku z odpowiedziami na pytania dokonano zmian w SIWZ oraz Arkuszu asortymentowo-cenowym – Załącznik nr 4 do SIWZ.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych

Leszek Kaiser