



Nr sprawy: 7/PNE/DOT/2024

Sosnowiec, 21.03.2024r.

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pt „**Dostawa robota chirurgicznego wraz z instalacją i wyposażeniem**”

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu informuje, że w wyjaśnieniach do treści SWZ udzielonych w dniu 21.03.2024r. nastąpiła omyłka pisarska w zakresie odpowiedzi **na pytanie nr 23 w zestawie nr 1 tj.: w treści odpowiedzi omyłkowo podała niepoprawną odpowiedź:** szafek hydrantowych

W związku z powyższym Zamawiający poprawia omyłkę pisarską

**BYŁO :**

**ZESTAW 1**

**Pytanie 23**

Prosimy o podanie ilości gniazdek elektrycznych oraz ilości obwodów elektrycznych wykorzystanych do instalacji gniazdek elektrycznych na sali operacyjnej przeznaczonej do zabiegów robotycznych, na której używany będzie system robotyczny.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że drzwi wejściowe mają 100 cm

**JEST :**

**ZESTAW 1**

**Pytanie 23**

Prosimy o podanie ilości gniazdek elektrycznych oraz ilości obwodów elektrycznych wykorzystanych do instalacji gniazdek elektrycznych na sali operacyjnej przeznaczonej do zabiegów robotycznych, na której używany będzie system robotyczny.

**Odpowiedź:**

Stan instalacji w salach operacyjnych :

1. Są trzy niezależne obwody IT zakończone gniazdkami (stara sieć IT z lat 80 ubiegłego wieku- 16 gniazd )
2. Obwody IT ( 230 V) są zabezpieczone bezpiecznikami topikowymi 10 A
3. Gniazda 230 V TNS – 3 szt. Zabezpieczenie 16A bezzwłoczne.
4. Gniazda RJ 45 – 2 szt.

**Zatwierdził**

**DYREKTOR**

ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem

Agnieszka Kozak

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5

im. Św. Barbary w Sosnowcu



