

Bolesławiec, 30 marca 2022 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 25, ze zm.) na Zakup sprzętu medycznego oraz wyposażenia poradni Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Znak sprawy 7/PN/22

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 25 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

1) Dotyczy zadania nr 5, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści automatyczne ustalenie minimalnego ciśnienia okluzji przy pomocy czujnika wewnętrznego znajdującego się w urządzeniu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza automatycznego ustalenia minimalnego ciśnienia okluzji przy pomocy czujnika wewnętrznego znajdującego się w urządzeniu.

2) Dotyczy zadania nr 5, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści kolorowy ekran dotykowy 8”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza kolorowego ekranu dotykowego 8”.

Dzień po dniu bliżej potrzeb pacjenta

3) Dotyczy zadania nr 5, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści zakres ciśnienia w opaskach 50-600 mmHg? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres wskazany w pytaniu pokrywa się z parametrami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku 2.5a- OPZ, Zadanie 5, pkt 5, tj. „Zakres ciśnienia w opaskach 50-600mmHg w przyrostach co 1mmHg”

4) Dotyczy zadania nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zakup tympanometru posiadającego prędkość przejścia 200 daPa/sek, spełniającego pozostałe wymogi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres wskazany w pytaniu pokrywa się z parametrami określonymi przez Zamawiającego w Załączniku 2.2a- OPZ, Zadanie 2, pkt 9, tj. „Prędkość przejścia: 200-300daPa / sek”

**Odpowiedzi udzieliła: KOZIARSKA Dominika Inspektor ds. Administracji i Zaopatrzenia
SUŁKOWSKA Agnieszka Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych i
Zaopatrzenia**