



Znak: AE/ZP-27-11/23

Tarnów, 2023-02-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy: odczynników, testów, podłoży i innych materiałów do badań mikrobiologicznych oraz dzierżawa: dyspenserów do nakładania krążków antybiotykowych na płytke, densytometru do wykonywania zawiesiny bakteryjnej.

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców o następującej treści:

1. **Dotyczy Pakietu Nr 4 poz. 19 i 43.** Czy Zamawiający w pozycji nr 19 i 43 na zaoferowanie asortymentu pochodzącego od innego producenta?
1. **Dotyczy Pakietu Nr 1.** Czy Zamawiający w pakiecie 1 wyrazi zgodę na zaproponowanie krążków antybiotykowych w konfekcji 5x50, których ilość w opakowaniu zbiorczym jest równa 250 sztuk? Oferent zgodnie z przeliczeniem proponuje odpowiednią ilość dając tym samym Zamawiającemu możliwość zamawiania po jednej fiołce z konkretnego antybiotyku zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
2. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 66.** Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz. 66 wyrazi zgodę na dopisanie wiersza celem wyceny zestawów krążków diagnostycznych do wykrywania karbapenemaz typu KPC i MBL oraz enzymów AmpC u pałeczek z rodzaju Enterobacteriaceae, które posiadają dwa odrębne numery katalogowe?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 4 poz. 19 i 43** asortymentu od innego producenta niż pozostałe pożywki zaoferowane w Pakiecie Nr 4.

Ad 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w **Pakiecie Nr 2** krążków antybiotykowych w konfekcji 5x50, których ilość w opakowaniu zbiorczym jest równa 250 sztuk, jeżeli Wykonawca zgodnie z przeliczeniem proponuje odpowiednią ilość dając tym samym Zamawiającemu możliwość zamawiania po jednej fiołce z konkretnego antybiotyku zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Ad 3 Zamawiający dopuszcza w **Pakiecie 2 poz. 66** dopisanie w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1 do SWZ) wiersza celem wyceny zestawów krążków diagnostycznych do wykrywania karbapenemaz typu KPC i MBL oraz enzymów AmpC u pałeczek z rodzaju Enterobacteriaceae, które posiadają dwa odrębne numery katalogowe.

Otrzymują:
Platforma Zamawiającego
a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek

