



Łódź, 03.11 2021 r.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

e-mail: marta.kieras@barlicki.pl

Tel. 42 677-68-24

Znak sprawy: 39/ZP/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup aparatu USG z opcją DUPLEX w ramach zadania „Doposażenie podmiotów leczniczych w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex na potrzeby neurologii w roku 2021”.

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021., poz. 1129 z zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia i informuje:

1. Zamawiający zmienia ogłoszenie i zamieszcza w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zgodnie z art. 271 ust. 2 przedłuża termin **składania ofert do dnia 08.11.2021** godz. 09:00 oraz termin otwarcia ofert do dnia **08.11.2021** godz. 10:00.
2. Oferent jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do **dnia 08.12.2021r.**

Pytanie 1

Dotyczy: załącznik nr 1 C punkt: 12

Czy zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z monitorem LCD o przekątnej 15cali i wysokiej rozdzielczości 1024x768?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy: załącznik nr 1 C punkt: 59,60

Czy Zamawiający dopuści aparat wysokiej klasy renomowanego producenta z głowicą liniową do badań neurologicznych o niższym zakresie pracy częstotliwości 5-12 Mhz i polu widzenia 38.1 mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Starszy Inspektor
ds. Zamówień Publicznych
Marta Kieras
mgr Marta Kieras

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych
Agnieszka Świątłowska
mgr Agnieszka Świątłowska