



ZP.263.9.2024.ADB

Opole, dnia 26 kwietnia 2024

ODPOWIEDZI na pytania do treści SWZ

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu w odpowiedzi na n/w pytania do specyfikacji warunków zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji pn. **Zakup wraz z dostawą produktów uroginekologicznych (z podziałem na 3 zadania)**, udziela następujących wyjaśnień:


1. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1?

Poz. 1

System do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy za pomocą podejścia przedniego lub tylnego.

Implant o anatomicznym kształcie, z czterema ramionami, każde w plastikowej osłonce, dł. ramion od 18,5-20 cm z każdej strony, do wyboru 4 rozmiary korpusu: o wysokości 5 cm, 6 cm, 7,5 cm, 9 cm do wyboru Zamawiającego; specyfikacja techniczna: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, porowatość 55-60%, gramatura 45 g/m², wielkość porów 1 x 1,25 mm.



LUB


6-ramienny implant do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy

Parametry: grubość siatki 0,34 mm, grubość nici 0,15 mm, wielkość porów 1 x 1,25 mm, porowatość 1500-



1950 μm , gramatura 45 g/m^2 , kolorowe pętle ułatwiające orientację, ramiona w osłonkach, zakończone pętelkami,

Rozmiar siatki: szerokość górna 4 cm, dolna 6 cm, wysokość implantu 9,1 cm



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik.

Dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.


2. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1?

Poz. 2

System leczenia wypadania macicy stosowany w zabiegach naprawy tylnego i szczytowego wypadnięcia poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniająca, grubość siatki-0,34 mm wielkość porów-1x1,25 mm.

System jednorazowy i sterylny.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik.

Dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

3. Pytanie


Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1?

Poz. 3

System leczenia przedniego i szczytowego wypadania macicy

Parametry:

1. System jednorazowy, sterylny
2. Monofilamentowa, polipropylenowa, niewchłaniałna siatka - gramatura 45g/m².
3. Grubość siatki - 0,34 mm, wielkość porów – 1x1,25
4. System pętli na ramionach mocujących umożliwi dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.
5. cztery rozmiary do wyboru Zamawiającego.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik.

Dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

4. Pytanie


Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2?

Poz. 1

System do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą załonową. Taśma wykonana jest z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość - 1,1 cm; długość - 45 cm; grubość - 0,34 mm, gramatura - 45 g/m²; wielkość porów - 1x1,25 mm.

System w dwuczęściowej plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

Do założenia taśm proponujemy narzędzia wielokrotnego użytku wykonane z wysokiej jakości stali chirurgicznej.



Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.


5. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2?

Poz. 2

Taśmy podcewkowe do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Wykonane z niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego o szerokości - 1,1 cm, długości - 45 cm, grubości - 0,34 mm i gramaturze - 45 g/m². Taśmy w plastikowej dwuczęściowej osłonce. Brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.




Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

6. Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 2?

Poz. 4

Zestaw taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową. Taśmy wykonane z niewchłaniałnego polipropylenu monofilamentowego o szerokości-1,1 cm, długości- 45 cm, grubości- 0,34 mm i gramaturze 45g/m² w plastikowej osłonce. Brzegi taśmy zakończone pętelkami.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik.

Dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Istniejący zapis pakietu wskazuje na zasoby danego Wykonawcy bez opcji złożenia oferty konkurencyjnej, co jest jednoznaczne z ograniczeniem konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

7. Pytanie

Czy Zamawiający zgodzi się na implant o charakterystyce: taśma ultralekka 26 g/m² +/- 4 g, do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości przędzy 0,08 mm, transparentna z niebieskimi liniami, całkowicie niewchłaniałna, dł. 450mm, szer.11mm (+/- 1mm), brzegi taśmy atraumatyczne, niewymagające plastikowej osłonki, porowatość 65%, mocowanie taśmy do narzędzia w postaci monofilamentowej kolorowej pętli na obu końcach taśmy, niewielka elastyczność pozwalająca na śródoperacyjną regulację. Taśma do metod TVT, TOT, TVT-O.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ.

8. Pytanie

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż

Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

Czy Zamawiający zgadza się, na zmniejszenie kary umowne w §6 ust. 1 pkt 1 w wysokości 0,3% wartości netto części zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy treści wzoru umowy.

Małgorzata Sobel

Dyrektor

sprawę prowadzi Samodzielne stanowiska ds. Zamówień Publicznych: Agnieszka Danuta Bebech, tel.: 77 441 77 63