



Opole, 13.08.2024r.

Nr sprawy: NZP.2810.55.1.2024-ZOF -AK

WYJAŚNIENIA

Przedmiot zamówienia : „Zakup i dostawa materiałów szewnych dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 20 miesięcy”.

Nr NZP.2810.55.2024-ZOF.

W związku z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia do OWZ podajemy do wiadomości wszystkich zainteresowanych niniejszym postępowaniem treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytania I

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w postępowaniu NZP.2810.55.2024-ZOF dopuści:

Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidoksanonu z igłą na jednym końcu i regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłaniany szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidoksanonu, bez czynnika antybakteryjnego - triklosan. Okres wchłaniania od 120-180 dni.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ i Załącznikami.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w postępowaniu NZP.2810.55.2024-ZOF dopuści w pozycji 4 :

Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran wykonane z polidoksanonu z igłą na jednym końcu i regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłaniany szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidoksanonu, bez czynnika antybakteryjnego - triklosan. Okres wchłaniania od 120-180 dni. Nić w rozmiarze 3/0. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ i Załącznikami.

Opracowali:
E. Dyktyńska
A. Kraj
A. Kubów

Zatwierdził:
Marek Staszewski
Dyrektor
Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu
/dokument podpisany elektronicznie/