

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu



im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70,

www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 01.06.2023 r.

ZP/p/17/2023

Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy Pzp na dostawę i montaż angiografu, aparatu do znieczulania oraz aparatu stacjonarnego RTG wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, celem realizacji projektu pn.: „Doposażenie SP ZOZ MSWiA w Poznaniu w celu zniwelowania skutków pandemii COVID-19 i zminimalizowania skutków pandemii i innych chorób zakaźnych w przyszłości”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ Nr 2

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 i art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym zwrócono się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tym samym Zamawiający publikuje treść zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami.

Zestaw zapytań nr 1

Ad. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę z dotykowym systemem zwalniania hamulców uruchamiany poprzez przyciski membranowe, oznaczone kolorystycznie z korespondującymi kolorystycznie oznaczeniami na ramionach kolumny? Takie rozwiązanie jest równoznaczne z opisanym przez zamawiającego a oznaczenia kolorystyczne minimalizują ryzyko pomyłki przy zwalnianiu hamulców. Funkcja realizowana poprzez chwycenie jedną lub dwoma rękoma specjalnego uchwytu z przyciskami membranowymi i w ten sposób zwalnianie lub blokowanie hamulców kolumny.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad. pkt 6 Czy winda może być zabudowana w konsoli o wysokości 1750mm z ruchem pionowym windy 600mm, czyli takim jak wymagany. Rozwiązanie lepsze ze względu na utrzymanie czystości i łatwiejszą dezynfekcję.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza przedstawione powyżej rozwiązanie.

Ad pkt 9 Czy schowki mają pozostać puste czy zamawiający będzie wymagał schowków z wbudowanym w środku zasilaniem 230V?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający nie wymaga schowków z wbudowanym zasilaniem 230V.

Ad pkt 10 Ile szyn montażowych wymaga Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wymaga co najmniej dwie szyny montażowe.

Ad Pkt 12 Czy Zamawiający dopuszcza kolumnę w którym ze względów konstrukcyjnych, regulacja wysokości zawieszonych akcesoriów odbywa się ze skokiem co 2cm, ale za to istnieje możliwość instalacji akcesoriów na wszystkich 4 ścianach głowicy

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający dopuszcza przedstawione powyżej rozwiązanie.

Ad pkt 13 Czy Zamawiający dopuści drążek z przesuwym wzdłuż drążka wieszakiem na płyny infuzyjne z 4 hakami?

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający dopuści.

Ad pkt 15 Czy Zamawiający będzie wymagał podłączenie do mediów na zasadzie szybko złączy a nie lutowania ?

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający będzie wymagał przedstawionego powyżej rozwiązania.

Zestaw zapytań nr 2

Dotyczy: Załącznik Nr 2 do SWZ część 2

Część nr 2 – Dostawa i montaż aparatu stacjonarnego RTG wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi.

I. Wymagania dodatkowe

Pkt. 3 „Nagrywarka DVD zapewniająca rozszerzenie opcji zapisu danych z systemu RTG. Zapis obrazów z zabiegów i innych danych na płytach DVD na potrzeby archiwizacji albo szkoleń i prezentacji.”

Czy Zamawiający usunie niniejszy punkt? Wydaje się, że nastąpiło zdublowanie identycznego wymogu wpisanego w pkt. J „Stacja akwizycyjna technika” pp. 6 „Nagrywarka CD/ DVD zapewniająca rozszerzenie opcji zapisu danych z systemu RTG. Zapis obrazów z zabiegów i innych danych na płytach DVD na potrzeby archiwizacji albo szkoleń i prezentacji”.

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający dokona korekty powyższego zapisu.

Pkt. 4 „Zestaw testowy do pomiarów i badania aparatury medycznej. Zestaw zawiera:

- symulator pacjenta (EKG, NIBP, IBP, oddech)
- tester pulsoksymetrów
- tester bezpieczeństwa elektrycznego”

Czy Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu? Nie jest to standardowe wyposażenie pomiarowe stosowane do aparatury rentgenowskiej.

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu.

K. Inne wymagania

Pkt. 2 „Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

- testów specjalistycznych, akceptacyjnych i bezpieczeństwa po instalacji
- pomiaru rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami Sanepidu
- wykonania projektu osłon stałych zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie.
- uzyskanie zezwolenia na użytkowanie pracowni i aparatu”

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „pomiaru rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami Sanepidu”? Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma wymogu do odbioru pracowni RTG wykonania pomiaru rozkładu mocy dawki.

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonanie rozkładu mocy dawki konieczne jest w celu określenia informacji o wpływie jej działalności w danej jednostce organizacyjnej oraz podczas uruchomieniu Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko – zgodnie z art. 32c pkt.1 ustawy Prawo atomowe.

Ponadto na podstawie rozkładu mocy dawki dokonuje się oceny narażenia pracowników oraz ogółu osób związanych z działalnością – jest to dokument wymagany wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu RTG i uruchomienie pracowni - ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności.

Pkt. 3 „Wykonawca (na własny koszt i we własnym zakresie) dokona wymaganych pomiarów pola elektromagnetycznego i dostarczy Zamawiającemu (wraz z dokumentacją powykonawczą) plan pomieszczenia wraz z zaznaczonymi strefami oraz dokona oznakowania stref w całej Pracowni.”

Czy Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu? Nie ma wymogu przeprowadzania pomiarów pola elektromagnetycznego w przygotowywanej pracowni RTG. Pomiary pola elektromagnetycznego mają zastosowanie w pracowni rezonansu magnetycznego.

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu.

Pkt. 7 „Gwarancja dostępności autoryzowanego serwisu oraz części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat licząc od daty jej zakończenia.

Czy uwzględniając wymóg gwarancji na 5 lat Zamawiający rozważy zmianę niniejszego wymogu na: „Gwarancja dostępności autoryzowanego serwisu oraz części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego – nie mniej niż 10 lat licząc od daty instalacji” ?

Odpowiedź Zamawiającego:Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pkt. 11 „Deklaracje zgodności CE z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE wydaną przez wytwórcę/ autoryzowanego przedstawiciela zgodnie z ww. ustawą o wyrobach medycznych – dotyczy urządzeń, które są wyrobami. Dostarczenie wraz z dostawą angiografu.”

Czy Zamawiający usunie omyłkę pisarską: „Dostarczenie wraz z dostawą angiografu.”?

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający dokona korekty powyższego zapisu.

Pkt. 12 „Dostarczenie instrukcji obsługi aparatu do wszystkich dostarczonych urządzeń, a Także oprogramowania, oraz dokumentacji technicznej w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej – po 1 szt. w każdej z wersji. Dostarczenie wraz z dostawą angiografu.”

Czy Zamawiający usunie omyłkę pisarską: „Dostarczenie wraz z dostawą angiografu.”?

Odpowiedź Zamawiającego:Tak, Zamawiający dokona korekty powyższego zapisu.

UWAGA: Na skutek udzielonych odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ polegającej na zmianie Załącznika nr 2 do SWZ część 1 oraz na zmianie Załącznika nr 2 do SWZ część 2. Tym samym Zamawiający udostępnia w/w nowe obowiązujące załączniki.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem,

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr inż. Aleksandra Waraczewska