



Braniewo, dnia 14.12.2021

Znak sprawy: PCM/ZP 05/I/2020

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

**Dotyczy:** zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 P. z. p.) na dostawę materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych oraz materiałów j. u. (uzupełnienie): fartuchy medyczne niejałowe i maski medyczne, elektrody do EKG

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

**W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:**

#### **ZAPYTANIE I**

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 2 dopuści:

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

lub

Gaziki do dezynfekcji skóry wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m<sup>2</sup>, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Pytanie 2

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 4 dopisać na końcu ustęp 4 o treści:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczenie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub

o dopisanie na końcu paragrafu 4 ustępu 4 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo

naliczania kar umownych w wysokości 0.1% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z swz**

#### **ZAPYTANIE II**

##### **Zadanie 12 poz.4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych bezpudrowych.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

##### **Pytanie dot. zadania 12 oraz 13**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, iż próbki mają zostać złożone dopiero po wezwaniu Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **ZAPYTANIE III**

##### **Dotyczy część 8 pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ konfekcjonowanych po 200 sztuk z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

##### **Dotyczy część 8 pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ konfekcjonowanych po 100 sztuk z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **ZAPYTANIE IV**

##### **Zadanie nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści gazetę o długości 100mb, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

##### **Zadanie nr 3, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

##### **Zadanie nr 3, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,08g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

##### **Zadanie nr 3, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,9g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

##### **Zadanie nr 3, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 0,5g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie nr 3, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,02g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie nr 3, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze minimum 1,85g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie nr 3, pozycja 9-11

Czy Zamawiający dopuści kompresy z informacją na opakowaniu o sterylności produktu, bez dodatkowego wskaźnika?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie nr 3, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy po rozciągnięciu ok 53cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furazerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>, posiadający wstawkę antypotną na całym obwodzie. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici chirurgicznych wchłaniających, syntetycznych, sterylnych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wykonane z kwasu poliglikolowego, plecione, o czasie wchłaniania 60-90dni, podtrzymywanie tkankowe 70% po 2tyg., 50% po 3 tyg., 20% po 4 tyg.?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 14, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w podanej długości nici?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak pomyłka**

Zadanie nr 14, pozycja 5-11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z nicią o długości 75cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 15, pozycja 2-8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą o krzywiznie 3/8 koła odwrotnie tnąca?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 15, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów w kolorze czarnym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 15, pozycja 7

Czy Zamawiający oczekuje grubości igły 3/0?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 15, pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje długości igły 26mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 15, pozycja 11,12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podwiązek poliesterowych w kolorze zielonym o długości 250cm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 15, pozycja 11,12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie pozycji 11 i 12 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty cenowej.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 15 poz. 11,12 i utworzeniu z tej pozycji zadania 15 A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego**

Zadanie nr 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli wykonany z włókniny o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a`10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy dostępne tylko w rozmiarach M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie nr 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem dzianinowym?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

## **ZAPYTANIE V**

**Zadanie nr 13: Rękawice cz. 2 poz. 5 Rękawice diagnostyczne nitrylowe:**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek pakowanych a`200 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. dla rozmiarów S,M,L.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek pakowanych a`200 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. dla rozmiarów S,M,L,XL.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

- 3) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek pakowanych a`180 sztuk wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym. dla rozmiarów XL.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie nr 17: Fartuchy Medyczne niejałowe i maski medyczne poz. 5,6:**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartucha wzmocniony na całości, odporny na rozbryzgi.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie nr 17: Fartuchy Medyczne niejałowe i maski medyczne poz. 6:**

- 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarach M-XXL

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

- 2) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha z rękawem zakończonym mankietem PP/PE.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**ZAPYTANIE VI**

**Dot. Zadania 14**

Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłaniający, pleciony, z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-90 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach ok.80%, po 21 dniach ok.50%, po 28 dniach ok.20%?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Dot. Zadania 14**

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga długość nici 70 cm dopuści również długość 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Dot. Zadania 14, poz. 4**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia tj. podanie ilości i długości nitek?

**Odpowiedź Zamawiającego: 3x45**

**Dot. Zadania 15, poz. 7**

Czy Zamawiający w w/w pozycji oczekuje grubości nici 3/0 USP?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Dot. Zadania 15, poz. 9**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia tj. jaki rodzaj igły i długość igły Zamawiający ma na myśli (T-5)?

**Odpowiedź Zamawiającego: 26 mm**

**Dot. Zadania 15, poz. 9**

Czy Zamawiający w w/w pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie igły okrągłej ½ koła 26 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Dot. Zadania 15, poz. 11, 12**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści nici chirurgiczne sterylne, poliestrowe, plecione, białe, niewchłaniające się?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**ZAPYTANIE VII**

**Zadanie nr 11, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający doprecyzuje czy wymaga wyceny za opakowanie czy za sztukę?

**Odpowiedź Zamawiającego: za sztukę**

**Zadanie nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice do mycia ciała pakowane po 10 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie nr 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 20 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**ZAPYTANIE VIII**

Zadanie 1

Poz. 19-23 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie póź. 19-23 do osobnego zadania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 1 Poz. 19-23 czy zamawiający dopuści siatkę opatrunkową w stanie swobodnym 10 m = w stanie rozciągniętym 25 m?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 1 Poz. 38-41 czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe, 8 warstwowe, bez znacznika RTG?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Czy zamawiający dopuści w zad. 1 kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 3

Poz. 1 czy zamawiający dopuści gazę w opak. 100 m z przeliczeniem?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Poz. 9-11 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe z opakowaniem bez wskaźnika informującego o procesie sterylizacji?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 3 poz. 9-11 odpowiednio do pozycji Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 5 cm x 5 cm -

0,437g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 3 poz. 9-11 odpowiednio do pozycji Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm -1,005 g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 3 poz. 9-11 odpowiednio do pozycji Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 10 cm x 10 cm - 1,794g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 3 poz. 7 Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 7,5 cm x 7,5 cm -1,005 g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 3 poz. 8 Czy zamawiający dopuści kompresy o wadze dla rozmiaru 10 cm x 10 cm - 1,794g?

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie**

Zadanie 3 poz. 18 Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 10 g/m<sup>2</sup>, w kolorze niebieskim, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm, średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka - 50-53 cm ?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie 3 poz. 19 Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie 17 czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 do osobnego zadania?

**Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z swz**

Zadanie 17 poz. 6 czy zamawiający dopuści fartuch sterylny?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie 17 poz. 4 czy zamawiający dopuści komplet pościeli o gram. 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**ZAPYTANIE IX**

Zadanie 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze minimum 17g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z włókniny SMMMS?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy jałowe?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

Zadanie 17 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarze M, L, XL, XXL?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**ZAPYTANIE X**

**Pytanie ogólne do wszystkich Zadań:**

W związku z określeniem parametrów jakościowych produktów prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie mające istotne znaczenie w kwestiach logistyki i bezpieczeństwa przechowywania produktów medycznych, w szczególności tych pochodzących od wytwórców spoza terenu naszego kraju.

**Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga od Oferenta w procesie dystrybucji wyrobów medycznych wypełnienia wymagań zawartych w Art. 14 ust. 3. 745/2017 MDR [wymaganie obowiązuje od 26 maja 2021r] „Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta.” tzn. na każdym etapie transportu i magazynowania zapewnienie warunków określonych przez producenta i możliwość udokumentowania zapewnienia tych warunków?**

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 4**

Proszę o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Szacunkowa ilość roczna” Zamawiający wskazał litry, czy opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Opakowania**

**Zadanie 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową w stosunku do powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C.albicans + A.brasiliensis/niger), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro). Opakowania 5L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 7, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści emulsję typu olej w wodzie, zawierającą parafinum liquidum, wzbogaconą oliwą z oliwek, do pielęgnacji i regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki. Nie zawiera barwników. Opakowanie 500 ml z fabrycznie zamontowanym systemem umożliwiającym dozowanie produktu. Kosmetyk.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 7, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie bezalkoholowych chusteczek do dezynfekcji i mycia delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych nieodpornego na działanie alkoholu (pleksiglas), czyszczenia aparatów diagnostycznych, głowic ultradźwiękowych, słuchawek lekarskich, bez substancji zapachowych, o wymiarach 20cm x 20cm. Nasączone mieszaniną na bazie 3 różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Przebadane dermatologicznie. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Polyoma SV 40), w warunkach niskiego obciążenia wobec MRSA, Tbc (M. Terrae), V (Noro) oraz bez obciążenia wobec V (Rota). Opakowanie – tuba, 200 szt. chusteczek. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 7, poz. 4**

Proszę o wskazanie ilości wymaganych sztuk chusteczek lub, czy przeliczenia opakowań należy dokonać względem 200szt., czy 250 szt.?

**Odpowiedź Zamawiającego: 500 op. po 200 szt.**

**Zadanie 7, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia produkt leczniczy do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, punkcjami, biopsjami, iniekcjami, zdejmowaniem szwów, opatrywaniem ran, zawierający octenidynę oraz mieszaninę alkoholi (75g/100g), posiadający bardzo dobre właściwości odtłuszczające, nie podrażniający skóry. Produkt działa na bakterie oraz mykobakterie (w tym M. tuberculosis), grzybobójczo na drożdżaki (w tym C. albicans) oraz wirusobójczo, m. in. na HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B, adenowirusy oraz HSV. Opakowanie a 250ml z atomizerem.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**



#### **Zadanie 7**

Proszę o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Szacunkowa ilość roczna w litrach koncentratu lub w opakowaniach” Zamawiający wskazał litry, czy opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Opakowania**

#### **Zadanie 8, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (ekrany dotykowe, monitory wyrobów medycznych, głowic sond USG). Na bazie roztworu wodno-alkoholowego (30g) zapewniającego szybkie odparowanie produktu z powierzchni. Nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiada dobrą tolerancję materiałową. Bez zawartości aldehydów, fosforanów. Skuteczny wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40, Noro, SARS-CoV-2, Adeno), Tbc (terrae). Przebadany dermatologicznie. Opakowania a 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **Zadanie 8, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych małych powierzchni wyrobów medycznych i różnego rodzaju wyposażenia nieodpornego na działanie alkoholu (ekrany dotykowe, monitory wyrobów medycznych, głowic sond USG). Na bazie roztworu wodno-alkoholowego (30g) zapewniającego szybkie odparowaniem produktu z powierzchni. Posiadają dobrą tolerancję materiałową. Bez zawartości aldehydów, fosforanów. Skuteczne wobec: B, F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40, Noro, SARS-CoV-2) w 1 min., Tbc (terrae) w 5 min., V (Adeno) w 15 min. Przebadane dermatologicznie – z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych. Opakowanie typu flow pack, po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny kl. IIa.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **Zadanie 9, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści emulsję do dekontaminacji oraz mycia ciała i włosów (również dla pacjentów z MDRO), przed zabiegami operacyjnymi, higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, szczególnie na oddziałach intensywnej opieki medycznej, zakaźnych i oparzeniowych, zawierającą specjalnie dobrane substancje pielęgnujące skórę np. alantoinę, oraz delikatne dla skóry związki powierzchniowo czynne i dichlorowodorek oktenidyny, odpowiednią dla wszystkich rodzajów skóry, o neutralnym pH, nie zawierającą substancji zapachowych i barwiących. Kosmetyk. Opakowania 500 ml.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **Zadanie 9, poz. 2**

Czy zamawiający wymaga zaferowania produktu testowanego lub stosowanego w placówce?

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

#### **Zadanie 9, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniżyć wartość zamówienia?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji swz, polegającej na wydzieleniu z zadania 9 poz. 4 i utworzeniu z tej pozycji zadania 9A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego**

#### **Zadanie 9, poz. 1 i 2**

Proszę o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Szacunkowa ilość roczna w L lub op.” Zamawiający wskazał litry, czy opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Opakowania**

**Zadanie 10, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów nie zawierających alkoholu etylowego który działa mocno dehydratacyjnie (odwadniająco) i może prowadzić do poparzeń chemicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 10, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktów, który nie będzie ograniczał realizację procedur antyseptycznych w ramach uprawnień samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 10, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia spektrum działania produktu w ChPL.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 10, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produkty który deklarowane spektrum działania będzie osiągał przy jednokrotnej aplikacji.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 10, poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający ze względu na specyfikę zastosowania, wymaga zaoferowania produktów których temperatura zapłonu jest wyższa niż 20 st.C i jest określona w ChPL.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak**

**Zadanie 10, poz. 1 i 2**

Proszę o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Szacunkowa ilość roczna w L lub op.” Zamawiający wskazał litry, czy opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego: Opakowania**

**Zadanie 11, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści prostokątne rękawice do szybkiego i delikatnego mycia oraz pielęgnacji skóry bez użycia wody, nasączone obustronnie środkiem, nie wymagające spłukiwania, gotowe i łatwe do użycia, bez zawartości mydła, łagodne dla skóry, posiadające doskonałe właściwości myjące, przyjemny zapach oraz pH neutralne dla skóry. Przebadane dermatologicznie. Wykonane z puszystej i miękkiej tkaniny, szczególnie polecane do mycia i pielęgnacji osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i w izolatkach. Nie uszkadzają kwasowego płaszczu ochronnego skóry. Zamknięcie samoprzylepne wielokrotnego użytku. Opakowanie 10 szt. Kosmetyk.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie, o takie rękawice prosimy w poz1 zadania 11, chyba, że byłyby bardzo korzystnie cenowo**

**Zadanie 11, poz. 1, 2**

Proszę o doprecyzowanie, czy w kolumnie „Szacunkowa ilość roczna w L lub op.” Zamawiający wskazał sztuki rękawic, czy opakowania?

**Odpowiedź Zamawiającego: sztuki**

**Pytanie ogólne do zadań 4, 7, 8, 9, 10, 11**

Z uwagi na małą wartość cen jednostkowych, gdy ilość podano w kg, litrach, litrach roztworu roboczego lub sztukach chusteczek, prosimy o wyrażenie zgody na podanie cen z dokładnością do 4 miejsc po

przecinku. Umożliwi to to porównanie ofert. Ceny za opakowanie, wartość netto i wartość brutto pakietu zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki czy szkiełka)”.

**[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)**

**Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 17.12.2020 r. godz. 11:00.**

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/550447> w dniu 14.12.2021 r.