




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



Nasz znak ZP 16/24

Poznań, dnia 05.04. 2024 roku

Szanowni Wykonawcy !

Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę drobnego sprzętu medycznego (typu: czujniki, elektrody, strzykawki doustne itp.) - 14 pakietów.

Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

Pytanie nr 1

W związku z tym, że aplikatory do podawania leku Lidocaina nie są wyrobem medycznym a środkiem technicznym służącym do podawania leku Lidocaina zwracamy się z prośbą o wykreślenie wymogów dotyczących ustawy o wyrobach medycznych w przypadku pakietu nr 12.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Załącznik nr 6 do SWZ „Oświadczenie CE” należy złożyć tylko gdy dotyczy oferowanego przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2 dot. załącznika nr 7 projekt umowy, § 10 ust.1 pkt. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych w § 10 ust. 1 pkt. c) do 0,1% ?
Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 3 dot. załącznika nr 7 projekt umowy

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, poz. 1 dopuści układ 300cm z dodatkową gałęzią dł. 120cm lub 150cm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, poz. 1 dopuści układ rozciągliwy, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6, poz. 1 dopuści Obwód oddechowy dla noworodków, 2 x 150cm + 120cm, pozostałe parametry zgodnie z swz ?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 4 poz.2

W uwagach Zamawiający pisze: "Do wyboru przez Zamawiającego: przyłączy typu: „boleć” lub „motylek”". Zwracamy uwagę, że zapis taki może dotyczyć punktu 1. Występujące w punkcie drugim mankiety jednorazowe pediatryczne występują tylko z bolcem. Czy Zamawiający doprecyzuje zapis?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 5 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noworodkowego układu anestetycznego do rezonansu magnetycznego o średnicy rur 10 mm i długości 240 cm z łącznikiem Y, z workiem oddechowym o pojemności 0,5 L, wszystkie elementy w jednym opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 7 poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noworodkowego układu okrężnego z rur o średnicy 10 mm i długości 1,6 m z dodatkowa rurą do worka o długości 80 cm z workiem o pojemności 0,5 L, wszystkie elementy w jednym opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny z workiem o pojemności 1l?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 5 poz.1

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny o średnicy rur 15mm?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 5 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści układy anestetyczne o długości 1,6m?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 5 poz.1,2

Czy Zamawiający dopuści układy anestetyczne z oznaczoną wielkością worka na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 14 dot. Pakietu nr 8 poz.2

Czy Zamawiający doprecyzuje jakiej spiretki do reduktora wymaga (producent, numer katalogowy)?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 15 dot. Pakietu nr 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu "BPA, DEHP i ftalanów. "

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 16 dot. Pakietu nr 4 poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na mankiety w rozmiarach:

4-8 cm

6-11 cm

7-14 cm

8-15 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 17 dot. Pakietu nr 4 poz.2

Czy Zamawiający zgodzi się na mankiety w rozmiarze 15-22 cm?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 18 dot. Pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy spełniający wymagania w zestawie z filtrem oddechowym?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie nr 19 dot. Pakietu nr 6 poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy „rura w rurze” o długości 2,8 m?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Pytanie nr 20 dot. Pakietu nr 7 poz.2

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód oddechowy z trzema rurami o długości 160 cm, spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Z wyrazami szacunku

.....

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

