

Warszawa, 26 maja 2023 r.

**BF-2.261.9.2023**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na **Badanie laboratoryjne 20 próbek źródeł światła pod kątem spełniania wymagań zawartych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/2015** informuję, że wpłynęło pytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów zapytania ofertowego o następującej treści:

**Pytanie 1:**

Proszę o potwierdzenie, że sprawdzeniu podlegają tylko 4 wymienione parametry (zużycie energii, strumień świetlny, moc oraz klasa efektywności energetycznej), a nie wszystkie parametry deklarowane na etykiecie zgodnie z rozporządzeniem.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 1 opisu przedmiotu zamówienia, poprzez badania laboratoryjne mają zostać zweryfikowane parametry podane przez producentów na etykietach energetycznych w zakresie:

- a) zużycia energii wyrażonego w kWh energii elektrycznej zużywanej przez 1 000 godzin przez źródło światła w trybie włączenia;
- b) użytecznego strumienia świetlnego ( $\Phi_{use}$  [lm]);
- c) mocy w trybie włączenia (Pon [W]);
- d) klasy efektywności energetycznej.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Zapytania ofertowego. Dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 29.05.2023 r. do godz. 12:00.**

Z poważaniem,

Anna Ekert-Tyszewicz  
Zastępca Dyrektora  
Biura Finansowego  
*/podpisano elektronicznie/*