

Nr pakietu	Nr pozycji	Charakterystyka preparatu	Opakowanie	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa /Producent	Nr katalogowy
Pakiet nr 5 - Preparaty do dezynfekcji endoskopów* - cz. 3.										
5.	1.	Środek dezynfekujący i sterylizujący na bazie kwasu nadootowego przeznaczony do stosowania w automatycznych myjniach endoskopowych MEDIVATOR ADVANTAGE PLUS. Czas sterylizacji do 10 minut w temperaturze 20°C. Spektrum działania B, F, V, Clostridium difficile. Zgodnie z odp. Zamawiającego z dn. 05.04.23: preparat kompatybilny z myjnią endoskopową Medivators Advantage Plus o zakresie działania: B, V, F, Tbc - 5 minut oraz eliminacji form przetrwalnikowych bakterii - 10 minut w temperaturze 20 stopni Celsjusza	2x5l Zgodnie z odp. Zamawiającego z dn.05.04.23: zestaw: 2x5l składnika A oraz 2x5l składnika B	40	880,00	35 200,00	8%	38 016,00	Rapicide PA High Level Disinfectant /Medivators	<u>ML02-0115</u>
	2.	Nieenzymatyczny środek myjący na bazie chlorku N-alkilo dimetylobenzyloamonowego z dodatkiem eter dietylenoglikolu monoetylu, kwasu L-mlekowego do stosowania w kombinacji ze środkiem dezynfekcyjnym w poz. 1. Zgodnie z odp. Zamawiającego z dn. 05.04.23: preparat w pełni kompatybilny z myjnią endoskopową Medivators Advantage Plus o podobnych właściwościach myjących z nowocześniejszym składem chemicznym do stosowania w kombinacji ze środkiem dezynfekcyjnym z poz. 1	3,8l	24	183,00	4 392,00	8%	4 743,36	Intercept detergent /Medivators	<u>ML02-0134</u>
		RAZEM:				1 063,00	39 592,00		42 759,36	
Zamawiający wymaga oświadczenia zatwierdzonego przez producenta o pełnej kompatybilności zaproponowanego preparatu z myjnią Medivator Advantage Plus.										

* W przypadku preparatów posiadających ten sam opis a różniących się wielkością opakowania należy zaproponować ten sam preparat
Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w tych pozycjach wielokrotność opakowań mniejszych lecz nie wyraża zgody na zamianę odwrotną.

** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie preparatu w innych opakowaniach jednostkowych, obowiązuje przeliczenie ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę.