



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie  
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno  
sekretariat: tel. 52 315 25 15, fax 52 315 25 33  
e-mail: sekretariat@mpcz.pl  
[www.mpcz.pl](http://www.mpcz.pl)

Nr sprawy 8Espzoz2022

Mogilno, dnia 09.06.2022 r.

**Wykonawcy  
wg. rozdzielnika**

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

### CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8Espzoz2022 – Dostawy sprzętu medycznego do zabiegów endoskopowych*

Zamawiający, na zasadzie art. 16 i 17 ust. 2 z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania/części nr 2 dokonanej w dniu 09.06.2022 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, w ramach postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt. 1 (Dz.U.2021.1129 ze zm. – dalej: ustawa Pzp).

#### **Uzasadnienie:**

Po dokonaniu w dniu 09.06.2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty firmy Henry Kruse Sp. z o.o. z siedzibą Kobierzycach Bielany Wrocławskie, Zamawiający w dniu 09.06.2022 r. powziął informację, iż czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania/części nr 2 była niezgodna z przepisami ustawy PZP.

Zamawiający ustalił, że oferta wykonawcy Henry Kruse Sp. z o.o. z siedzibą Kobierzycach Bielany Wrocławskie w Zadaniu/części nr 2 pozycja nr 1 zawiera błędy w wyliczeniu ceny. W pozycji 1 zaoferowano produkt w cenie 101.14 zł netto. Przy wycenie 200 sztuk jakich wymagał zamawiający daje to kwotę netto 20 228.00 zł, co powoduje, iż cena oferty nie będzie najniższa spośród złożonych.

Ponadto zamawiający w wyjaśnieniach z dnia 16.05.2022 r. w Zadaniu/części nr 2 poz. nr 2 wymagał aby zaoferowany preparat do dezynfekcji posiadał badania wg normy EN17126. Powtórna analiza dokumentacji dla zaoferowanego przez wykonawcę Henry Kruse Sp. z o.o. preparatu Aniosyme Synergy 5 nie potwierdza badania skuteczności zarodnikobójczej wg aktualnie obowiązującej normy dla obszaru medycznego EN 17126.

Tym samym zachodzi podejrzenie, iż oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Dodatkowo zamawiający zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 16.05.2022 r. w Zadaniu/części nr 2 poz. nr 1-2 wymagał preparatów pochodzących od jednego producenta, dla zachowania kompatybilności. Zaoferowane przez firmę MEDILAB Firma Wytwórczo-Uslugowa Sp. z o. o. produkty pochodzą od różnych producentów tj. Phagoscope APA firmy Christeyns France oraz Medizyme 3Plus firmy OneLife S.A.

Tym samym zachodzi podejrzenie, iż oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zgodnie z art. 16 i 17 ust. 2 ustawy PZP zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, a celem każdego postępowania jest zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do czasu zawarcia umowy zamawiający może w ramach prowadzonego postępowania przeprowadzać czynności, dokonywać unieważnień czynności oraz powtarzać czynności, o ile mają na celu zawarcie umowy zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy PZP (wyrok z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1462/15; wyrok z dnia 21 listopada 2013 r., KIO 2591/13; KIO 2593/13 oraz wyrok z dnia 29 lipca 2013 r., KIO 1718/13).

W związku z powyższym Zamawiający informuje jak na wstępie. Zamawiający odrębnie poinformuje o powtórzonych czynnościach badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej.

Otrzymują:

1. ENDOELEKTRONIK.PL Sp. z o.o. Sp.k.
2. Henry Kruse Sp. z o.o.
3. POLMIL Sp. z o.o. SKA
4. Bialmed Sp. z o.o.
5. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o.
6. a/a

Zatwierdził:  
Z-ca Dyrektora ds.  
Organizacyjno-Technicznych  
*Jarosław Głowacki*  
/podpis na oryginale/