

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania  
„Dostawa igieł i znaczników do biopsji”**

Znak sprawy: ZP/40/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Zestaw nr 1**

**Pytanie 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 3 - Znacznik do biopsji - pojedynczy hak; średnica w skali Gaug'a 20 G; Długość w mm: 50, 75, 100, 150.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego w pytaniu.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić składane formularze zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

.....

Zatwierdził

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Marzena Kula