



Poznań, dnia 10.01.2024 r.

Oznaczenie sprawy: PN-144/23

**Uczestnicy postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych w podziale na 45 części.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Pytanie 1 Pakiet 12 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów dla noworodków rozmiar 1 obwód 3,3-5,6 cm szerokość 2,5 cm ?
Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pytanie 2 Pakiet 12 Pozycja 2

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów dla noworodków rozmiar 2 obwód 4,2-7,1 cm szerokość 3,2 cm ?
Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3

Pytanie 3 Pakiet 12 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów dla noworodków rozmiar 3 obwód 5,0-10,5 cm szerokość 4,0 cm ?
Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 4

Pytanie 4 Pakiet 12 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych mankietów dla noworodków rozmiar 4 obwód 6,9-11,7 cm szerokość 5,0 cm ?
Reszta bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w części 21 wapna sodowanego o gramaturze 5kg?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę , w przypadku dopuszczenia wapna o gramaturze 5 kg , na przeliczenie ilości (tj. 33 op.) ponieważ wapno 5 l odpowiada gramaturze 4,5 kg ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 7

Część 22, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład podfoliowany wykonany z celulozy (papieru) o gramaturze min. 24 g/m kw. oraz folii o grubości 13 mikronów, wzmocniony 48 nitkami z poliestru?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (83,7g/100g), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych, gliceryny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Przebadany dermatologicznie. Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Skuteczny wobec: B, Tbc (M.terrae, M.avium), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) w 15 sek., Polio w 30sek., F (C.albicans+A.brasiliensis/niger) w 60sek. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.





Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję typu olej w wodzie, zawierającą parafinum liquidum, wzbogaconą oliwą z oliwek, do pielęgnacji i regeneracji skóry rąk po higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji, szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki. Nie zawiera barwników. Opakowanie 500ml z pompką. Przebadany dermatologicznie. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 10

W SWZ w dziale III, pkt. 5, ppkt. 3 jest zapis, żeby dołączyć po 2 opakowania produktu.

- część nr 26 poz. 1, poz. 2: **po 2 szt.**

W formularzu cenowym natomiast jest informacja by dołączyć po 1 sztuce.

Część 26 do pielęgnacji skóry rąk

Lp.	Opis asortymentu	j.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Stawka VAT	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość pozycji netto w PLN	Kwota VAT	Wartość brutto w PLN	Próbki
1	Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 85%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, witaminę E, pantenol i glicerynę. Higieniczna dezynfekcja rąk w ciągu 20 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90 s. Spektrum działania: B – 15 s., F – 15 s., Tbc – 20 s., V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro – 15 s., Adeno, Polio – 2 min.). Opakowanie 500 ml. INDEKS MAGAZYNOWY: DEZRK-CZYS-S001/C002	szt.	3360		8%					1 szt.
2	Preparat do pielęgnacji skóry rąk w postaci emulsji typu „olej w wodzie” o działaniu nawilżającym i ochronnym, zawierający wosk pszczeli, przeznaczony do każdego typu skóry. Testowane klinicznie i dermatologicznie. Opakowanie 500 ml.	szt.	200		23%					1 szt.

W związku z rozbieżnością w ilości wymaganych próbek proszę o wskazanie prawidłowej ilości opakowań dla każdego z w/w produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z formularzem, po 1 sztuce.

Pytanie nr 11

Umowa par 9 ust. 1 b i c oraz 2 a

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 9 ust. 1b i c i 2a projektu umowy zamiast zwrotu „wartości umowy netto określonej w par. 4 ust. 1” wpisanie zwrotu: „wartości brutto niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10% całkowitej wartości umowy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Część 26 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny emulsji pielęgnującej do skóry wrażliwej na bazie wody w oleju z zawartością witaminy A i E, gliceryny oraz masła Shea.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Część 23

Czy Zamawiający dopuści pasy brzuszne w rozmiarze 6 cm x 122 cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.





Pytanie nr 14

Dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający dopuści specjalistyczny, sterylny zbiorniczek do zbierania siary o pojemności 45 ml, pakowany pojedynczo, posiadający wszystkie parametry opisane w Części 4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem kompatybilności z laktatorami Medela Symphony, które są w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie nr 15

Dotyczy części nr 13

Czy Zamawiający dopuści w Części 13, w pozycji 1 sterylny, cały jednorodnie silikonowy i lateksowy smoczek stymulujący odruch ssania, przeznaczony dla wcześniaków z masą ciała poniżej 1750 g, z systemem odpowietrzania i otworami w tarczce, umożliwiającymi karmienie sondą i przeprowadzanie zabiegów terapeutycznych. Sterylny, pakowany pojedynczo. Do wyboru dla Zamawiającego?.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 16

Dzień dobry,

Informuję, że po załączonych zmianach z dnia dzisiejszego w Pakiecie numer 8 w formularzu cenowym mają Państwo podane 10 szt. próbek jednocześnie w wyjaśnieniach podają Państwo 1 szt. próbek.

Odpowiedź:

Zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym, w części nr 8, Zamawiający oczekuje 10 sztuk próbek.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający dopuści w części 41 preparat firmy Medisept Velodes Skin - Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum i czas działania: B, F (C. albicans, A. brasiliensis), Prątki (M. avium, M. terrae), V (osłonkowe, Adeno, Noro, Polio). Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 3 ml w czasie 30 sek., chirurgiczna dezynfekcja rąk według EN 12791 2 x 3 ml w czasie 120 sek. + przedłużone działanie do 3 godz. Skład: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)

