

Wejherowo, dnia 20.01.2022 r.

D.25C/250/50/2022

wg rozdzielnika

I. Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHOROÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEC ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”** znak: D25C/251/N/33-83rj/21, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

423. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy punktu 39 - STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z WYPOSAŻENIEM - 5 szt.

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie 191 prosimy o doprecyzowanie zakresu regulacji opisanego w punkcie 39 Prosimy o dopuszczenie w punkcie 39 : jak poniżej: Dla segmentu nożnego dzielonego wzdłużnie – rozchylanego na boki – min. 180° - 4 pary oraz segmentu nożnego dzielonego wzdłużnie, rozchylanego na boki do 120° - 4 pary

Regulacji z pilota w zakresie min. : - 90° do +80 °oraz regulacja płyty nóg oddzielna dla lewej i prawej kończyny w zakresie min. od -90° do 0° za pomocą sprężyny gazowej oraz

Dla segmentu nożnego dzielonego na cztery części – 1 para Regulacja płyty nóg z pilota w zakresie min. : - 90° do +80° umożliwiającą pozycję kolankowo łokciową i odwodzenie części udowych podnóżka w zakresie co najmniej 45° dla każdej z części. Regulacja góra/dół części goleniowych ręcznie w zakresie -90° do +80° dla każdej części oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

424. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy punktu 33 STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BŁATEM

WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO - 1 szt. Błat wyciągowy z karbonowymi wyciągami – 1 szt.

W związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku zaoferowania stołu ogólnochirurgicznego jako stołu ortopedycznego - blat wyciągowy karbonowy z wyciągami szt. 1 ma posiadać opisaną w punkcie 33 funkcjonalność , czyli ma być białem karbonowym obejmującym całą część siedziska biału ogólnochirurgicznego a nie jedynie siedziska przystawki ortopedycznej ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że wymaga stołu posiadającego funkcjonalność:

- blat wyciągowy karbonowy z wyciągami ma być białem karbonowym obejmującym całą część siedziska biału ogólnochirurgicznego a nie jedynie siedziska przystawki ortopedycznej.

425. Zapytanie Wykonawcy:

dotyczy punktu nr 74 , STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BŁATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

W związku z odpowiedziami Zamawiającego na pytania 232 prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy w przypadku oferowania dopuszczonego zestawu do operacji kręgosłupa (płyta karbonowa z nakładką) którego parametry i właściwości nie zostały dokładnie podane , Zamawiający nadal wymaga opisanych w punkcie 74 funkcjonalności czyli : płyta karbonowa długości min 1800 mm umożliwiająca prześwietleni w zakresie 360 stopni na długości min :1200 mm .

Odpowiedź Zamawiającego:

znak: D25C/251/N/33-83rj/21

Zamawiający modyfikuje odpowiedź udzieloną w dniu 14.01.2022 r. (pismo D.25C/250/28/2021) na pytanie nr 232, poprzez doprecyzowanie dopuszczonego nn odpowiedzią zapisu. Zamawiający potwierdza, że w punkcie 74 wymaga wszystkich opisanych funkcjonalności:

- płyta karbonowa długości min.:1800 mm umożliwiająca prześwietlenie w zakresie 360 stopni na długości min.: 1200 mm.

426. Zapytanie Wykonawcy:

STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

dotyczy punktu 15

Prosimy o dopuszczenie Stół wyposażony w system antykolizyjny zatrzymując ruch w przypadku przeciążenia blatu w określonej pozycji .

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

427. Zapytanie Wykonawcy:

STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

dotyczy punktu 20 Prosimy o dopuszczenie jak poniższej :

Funkcje regulowane pilotem przewodowym:

- najniższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji siedzącej (wysokość mierzona bez materacy): 600 mm
 - najwyższa wysokość ustawienia blatu pozwalająca chirurgom na wykonywanie operacji w wygodnej pozycji stojącej (wysokość mierzona bez materacy): 1050 mm
 - regulacja pozycji Trendelenburga 25 ° anty-Trendelenburga w zakresie 35 °
 - regulacja przechyłów bocznych w zakresie większym +/-20°
 - regulacja płyty plecowej w zakresie: +70°/-40°
 - regulacja podnóżków lub segmentu przedłużającego siedzisko w zakresie: -90 /+ 80 ° możliwość regulowania pozycji podnóżków łącznie.
 - pozycja „0” uzyskiwana za pomocą jednego przycisku.
 - pozycja flex/reflex
 - pozycja „beach-chair” za pomocą jednego przycisku
 - możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej
 - blokowanie i odblokowanie stołu do/od podłoża blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu
- Możliwość zapamiętania min 8 pozycji stołu zaprogramowanych przez użytkownika

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

428. Zapytanie Wykonawcy:

STÓŁ OPERACYJNY ORTOPEDYCZNY Z BLATEM WĘGLOWYM I PRZYSTAWKĄ ORTOPEDYCZNĄ Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO dotyczy punktu 32 Prosimy o dopuszczenie

Blat ogólnochirurgiczny z przystawką wyciągową w której płyta siedzeniowa wykonana jest z przeziernego dla promieni RTG materiału oraz belki wyciągowe wykonane są z włókna węglowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

II. W załączeniu ujednolicona wersja Załącznika nr 8 do SWZ uwzględniająca wszystkie wprowadzone zmiany - dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie.


III. W związku z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą zmiany art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Pzp wprowadzona ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054) w kontekście postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będących w toku, Zamawiający wycofuje się z modyfikacji wprowadzonej pismem D.25C/250/28/2021 z dn. 14.01.2022 r. w punkcie III nn pisma.

znak: D25C/251/N/33-83rj/21

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych


Marzena Magulska

