



Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 r.

WSPRiTS/ZP/202/2021  
ZP.261.22.2021

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED Nr 2021/S 113-296298 z dnia 14.06.2021 r. na zakup pomp, ssaków i innych urządzeń medycznych [Nr postępowania: 22/ZP/2021].**

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Dotyczy Części 1 „Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych”:**

1) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pompę infuzyjną o następujących wymiarach: 364 x 115 x 165 (szer. x wys. gł.)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania pompy o powyższych wymiarach.

2) **PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pompę infuzyjną z ochroną IP22?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania pompy z ochroną IP22.

3) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biblioteki leków z możliwością modyfikacji (50. leków).

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

4) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości przeglądania historii infuzji do 1500 zdarzeń.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

5) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prędkości KVO: 0,01 - 5 ml/h, regulowanej co 0,1 ml/h.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

6) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dokładności infuzji  $\pm 3\%$ .

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

7) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masy pacjenta: do 200 kg, ustawianej co 0,1 kg.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

8) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ciśnienia okluzji 0-1000 mmHg co 1 mmHg.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

9) **PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 99 poziomów różnych ustawień tonów.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**10) PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czasu pracy akumulatora: do 6 godzin przy prędkości 5 ml/h.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

**11) PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochrony IP32 (ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych narzędziem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej, ochrona przed kroplami spadającymi pod kątem 60°).

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**12) PYTANIE:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie historii 1500 zdarzeń po wyłączeniu pompy.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**13) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z możliwością ustawienia masy ciała pacjenta od 0,1 do 300 kg z programowaniem co 0,1 kg? Zakres jest zachowany, a dokładność wprowadzania części „setnych” wagi nie ma klinicznego zastosowania.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**14) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazda elektryczne, agregaty.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania urządzeń o parametrach opisanych powyżej.

**15) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe o wymiarach 394 x 90 x 123? Większa szerokość urządzenia jest spowodowana dokładną obudową pompy w celu wyeliminowania niepożądanych uszkodzeń.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**16) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy z klasyfikacją: równoważna klasa I, typ CF, odporność na defibrylację?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania urządzeń o parametrach opisanych powyżej.

**17) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z ochroną IP 34? W oferowanym urządzeniu ochrona pyłoszczelna jest trochę mniejsza, za to odporność na zalania zdecydowanie wyższa.

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

#### **Dotyczy Części 2 „Zakup ssaków elektrycznych”:**

**18) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści zbiornik wielorazowego użytku i kompatybilne wkłady jednorazowe na wydzielinę o poj. 1,5l?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

**19) PYTANIE:** Czy Zamawiający zgodzi się na ssak z zakresem regulacji podciśnienia do -75 kPa?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**20) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści zakres podciśnienia 0-75kPa i maksymalny przepływ 18l/min.?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**21) PYTANIE:** Zamawiający dopuści ssak z zakresem regulacji podciśnienia do 86 kPa?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza ssaka z zakresem regulacji podciśnienia do 86 kPa.

**22) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści akumulator zapewniający minimum 30 minut ciągłej pracy ssaka?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**23) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści uchwyt naszynowy umożliwiający zamontowanie ssaka na standardowej szynie?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego do zaoferowania.

**24) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści wskaźnik zasilania wewnętrznego, wskaźnik zasilania zewnętrznego, wskaźnik niskiego poziomu baterii w postaci kontrolki Led informującej o powyższych danych?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**25) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym przepływie 30 l/minutę +/- 10%?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

**26) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści ssak niewymagający przeglądów ze względu na zastosowanie bezolejowej pompy tłokowej?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z SWZ.

### **Dotyczy Części 3 „Zakup defibrylatora dla WSPRiTS Płock”:**

**27) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator o następujących parametrach technicznych: aparat przenośny z torbą transportową i certyfikowanym uchwytem karetkowym; zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci, w zestawie trzy akumulatory; ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa; czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 210 defibrylacji x 200J. Ciężar samego defibrylatora 8,4 kg. Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Norma IP 44. Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. Defibrylacja w trybie ręcznym i AED. Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnień dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych oraz dla dorosłych i dzieci. Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J. Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta. Defibrylacja przez łyżki i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce. łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardej bezpośrednio w obudowie urządzenia. Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. Częstość stymulacji od 40-170 impulsów/minutę. Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG. Regulacja prądu stymulacji od 0-200 mA. Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta. Alarmy częstości akcji serca. Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/minutę. Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,25 do 4cm/Mv, 7 poziomów wzmocnienia. Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie. Ekran kolorowy o przekątnej 8,4”. Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm. Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych. Transmisja danych przez modem 4G do stacji odbiorczych Lifenet System w rejonie operacyjnym Zamawiającego. Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips. Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem. Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza do zaoferowania na zasadzie równoważności defibrylator opisany powyżej.

**28) PYTANIE:** Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator transmitował do systemu Lifenet, który jest standardem w rejonie operacyjnym Zamawiającego?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga powyższego.

### **Dotyczy Części 4 „Zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla WSPRiTS Płock”:**

**29) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej z częstością kompresji zawartą w zakresie 80+/- 5 uciśnień na minutę?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**30) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokość klatki piersiowej 38 cm?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**31) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej o wadze urządzenia gotowego do pracy 12 kg?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**32) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej z bezprzewodową (przez port podczerwieni) transmisją danych medycznych z przebiegu RKO do komputerów typu PC?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**33) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej bez możliwości zdalnego konfigurowania urządzenia?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**34) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej bez możliwości ładowania akumulatorów w urządzeniu?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**35) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej z czasem ładowania akumulatorów w ładowarce do 4,5 godz.?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**36) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności urządzenie do kompresji klatki piersiowej wyposażone w: torbę /plecak pełniący jednocześnie funkcję płachty transportowej; pasy do ucisku klatki piersiowej – 3 szt.; akumulatory - 2 szt.; zewnętrzną ładowarkę; uprząż do transportu pacjenta; jednorazową podkładkę do stabilizacji głowy?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Dotyczy Części 5 „Zakup 8 ssaków elektrycznych dla WSPRiTS Płock”:**

**37) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści ssak z zakresem regulacji podciśnienia do 86 kPa?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza ssak z zakresem regulacji podciśnienia do 86 kPa.

**38) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym przepływie 30 l/minutę +/- 10%?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuszcza ssak o maksymalnym przepływie 30 l/minutę +/- 10%.

**39) PYTANIE:** Czy Zamawiający dopuści ssak niewymagający przeglądów ze względu na zastosowanie bezolejowej pompy tłokowej?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Dotyczy zapisów wzoru umowy:**

**40) PYTANIE:** Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 na: Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

**41) PYTANIE:** Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2 na: Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez Kupującego lub Sprzedawcę od Umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

**42) PYTANIE:** Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 3 na: Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną za zwłokę w realizacji postanowień gwarancyjnych przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez Kupującego do usunięcia wad w okresie trwania gwarancji, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy.

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu wzoru umowy.

**43) PYTANIE:** Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**ODPOWIEDŹ:** Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

**44) PYTANIE:** Czy w związku z zapisem § 5 ust 1 umowy Zamawiający potwierdza, że dokumentację serwisową stanowi karta gwarancyjna i paszport techniczny?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający potwierdza powyższe.

Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.