



znak: ZP/PRZET/UE/1/2019

ISO 9001:2015



[12.02.2019]

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej "ustawą"  
**na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego  
dla ZZOZ w Wadowicach***

Zamawiający:

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach  
ul. Karmelicka 5  
34 – 100 Wadowice**

Adres strony internetowej: [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice)

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert)

e-mail: [zp@zozwadowice.pl](mailto:zp@zozwadowice.pl)



## SPIS TREŚCI

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:.....	3
II. Tryb udzielenia zamówienia: .....	3
III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających .....	3
IV. Opis przedmiotu zamówienia.....	3
V. Termin wykonania zamówienia.....	4
VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: .....	4
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego: .....	6
VIII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcom. ....	10
IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja) .....	12
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.....	12
XI. Wymagania dotyczące wadium.....	14
XII. Termin związania ofertą. ....	15
XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.....	15
XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.....	18
XV. Opis sposobu obliczenia ceny: .....	18
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. ....	19
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. ....	25
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ....	25
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. ....	25
XX. Klauzula informacyjna RODO .....	26
XXI. Inne informacje .....	27
XXII. Załączniki: .....	28
Załącznik nr 1 do SIWZ.....	29
Załącznik nr 3 do SIWZ .....	47
Załącznik nr 4 do SIWZ .....	48
Załącznik nr 5 do SIWZ .....	49
Załącznik nr 6 do SIWZ .....	50
Załącznik nr 7 do SIWZ .....	56

## I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice

tel. 33 87 21 200; 87 21 300; fax. 823 22 30

e-mail: [zp@zozwadowice.pl](mailto:zp@zozwadowice.pl)

adres strony internetowej: <https://zozwadowice.pl/>

Godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> (dalej: Platforma) Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę.

Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wszelkie zapytania, oświadczenia, informacje o wniesieniu odwołania były kierowane wyłącznie na wyżej wskazany adres. Jakikolwiek inne zaadresowanie może wpłynąć na złe skierowanie pisma, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności (może spowodować niezachowanie ustawowych terminów z winy wnoszącego).

## II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 1989 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 221.000 euro.

## III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

## IV. Opis przedmiotu zamówienia

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny kod CPV: 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33.19.00.00-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

38.43.40.00-6 Analizatory

1. Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego, jakie musi spełniać oferowany sprzęt pod względem parametrów, konfiguracji i wyposażenia określa załącznik do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.
2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn „Wyposażenie w sprzęt medyczny oraz modernizację obiektów infrastruktury Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.



5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakietach.
6. Zamawiający zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, w sytuacji gdy którykolwiek z elementów/ parametrów składający się na opis przedmiotu zamówienia w w/w postępowaniu przetargowym wskazuje znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub źródła, a także normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, dopuszcza zastosowanie rozwiązań „równoważnych”. Za rozwiązania „równoważne” uznane zostanie rozwiązanie którego zaoferowane parametry będą nie gorsze (niższe) niż parametry rozwiązania opisanego w SIWZ (minimalne), a zastosowanie ich gwarantować będzie osiągnięcie efektów końcowych zgodnie z założonymi w warunkach SIWZ i ogłoszeniu. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się to, że oferowany sprzęt/wyposażenie musi posiadać co najmniej te same cechy, co wzorcowe i parametry techniczne na poziomie, co najmniej takim jak wzorcowe. Wykonawca zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zobowiązany jest wykazać równoważność. Przy oferowaniu sprzętu/wyposażenia innego niż wzorcowy Wykonawca musi wykazać szczegółowo w treści oferty jego równoważność z warunkami i wymaganiami opisanymi w SIWZ. Zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne pozwalające na ocenę zgodności oferowanego sprzętu/wyposażenia z wymaganiami SIWZ. W szczególności wymaga się od wykonawcy podania nazwy producenta, modelu oferowanego urządzenia oraz opisu jego właściwości technicznych i/lub funkcjonalnych (prospekty, katalogi, foldery itp.). Wskazane w SIWZ nazwy własne, typy, modele, symbole itp. mają jedynie charakter wzorcowy.
7. Wyposażenie/ sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018, wyposażenie/ sprzęt nie pochodzący z wystawy lub z ekspozycji.
8. Zamawiający wymaga, aby sprzęt, który jest zakwalifikowany do wyrobów medycznych spełniał narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017, poz. 211, ze zm.)
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

## V. Termin wykonania zamówienia

1. **Termin realizacji zamówienia: 6 tygodni od dnia zawarcia umowy- dotyczy Pakietu nr 1, 5**
2. **Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy- dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 6**
3. **Termin realizacji zamówienia: 9 tygodni od dnia zawarcia umowy - dotyczy Pakietu nr 8**
4. **Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - dotyczy Pakietu nr 7**

## VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej;

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej wykonali co najmniej 1 dostawę rodzajowo odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (stosownie do poszczególnych pakietów):

Pakiet nr 2: wyposażenia medycznego (diatermia) o wartości brutto min. **70.000,00 zł**

i udokumentuje, że dostawa została wykonana należyście.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy jak również wskazać nazwę firmy podwykonawcy (tabela w formularzu ofertowym).

#### **5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:**

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

5.2. Dodatkowo Zamawiający wyklucza Wykonawcę:

5.2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 poz 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 poz 398, 685, 1544 i 1629);

5.2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależyście wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

5.2.3. jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,



d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp - chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

5.2.4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

5.2.5. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

5.3 Wykluczenie następuje zgodnie z art. 24 ust 7 ustawy Pzp.

5.4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 5.2, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 5.4.

5.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

## **VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:**

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1.1. nie podlega wykluczeniu w postępowaniu;

1.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Oświadczenie o którym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 Dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”- wzór stanowi **załącznik nr 2** do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale X.

Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia eESPD lub innych



dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwi wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

Jednolity dokument przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (w formacie xml – do zaimportowania w serwisie FeESPD) jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

W zakresie „część IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α, w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełniania JEDZ, znajdują się także w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie Urzędu, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi” w podsekcji „Czy Wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy” Wykonawca składa oświadczenie w zakresie:

- przestępstw przeciwko środowisku wymienionych w art. 181-188 Kodeksu karnego;
- przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową z art. 218-221 Kodeksu karnego;
- przestępstwa, o których mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r o skutkach powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz 769).

W związku z tym, że Zamawiający nie stosuje przesłanek fakultatywnych, o których mowa z art. 24 ust 5 pkt 5-7 ustawy Pzp Wykonawca składa oświadczenie w zakresie wyżej wymienionych przestępstw, określonych w art. 24 ust 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp, w Części III Sekcja C jednolitego dokumentu „Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi”

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza **"Wyślij wiadomość"** dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.** wzór stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ**. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy Pzp.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny, a następnie zbadania czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:**

7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

7.1.1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7.1.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.1.3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7.1.4. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

7.1.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7.1.6. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7.1.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)

7.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

7.2.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wzór stanowi **załącznik nr 4 do SIWZ** przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny



o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

7.2.2. Oświadczenie o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 221 ze zm.), potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i używania, oraz przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016r, poz. 211 ze zm.), wzór stanowi **załącznik nr 5 do SWIZ**.

7.2.3. Karty katalogowe, ulotki, materiały informacyjne (w języku polskim) dla oferowanego sprzętu. Wykonawca winien w katalogach wskazać, zaznaczyć oferowane parametry.

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa wyżej:

8.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

8.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

8.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

8.2.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 8 ppkt 8.1. i 8.2.2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 8.2.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 9 stosuje się.

11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwego organu odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7 ppkt 7.1.4

składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt 8.1. w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 zdanie pierwsze stosuje się.

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 205r o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U z 2014r, poz. 114 oraz z 2016r poz 352).

#### **VIII. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie część zamówienia podwykonawcom.**

1. Wykonawca może w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Rozdziale VI pkt 5 ppkt 5.2.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne

lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega Wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane z części IV JEDZ.

Oświadczenia podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdział X.

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII pkt 7.

10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:

10.1. jest zobowiązany wypełnić część II sekcji D jednolitego dokumentu, w tym, o ile to wiadome, podać firmy podwykonawców;

10.2. nie jest zobowiązany do przedstawienia dla każdego podwykonawcy informacji wymaganych w części II Sekcji A i B oraz części III jednolitego dokumentu

10.3. jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

11. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2*



## **IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żadne z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w Rozdziale VI pkt 5 ppkt 5.2, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem VI pkt 2.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale X. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 3 składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 7, przy czym
  - 5.1. dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 7 ppkt 7.2 składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VI pkt 2.
  - 5.2. dokumenty i oświadczenia o których mowa w Rozdziale VII pkt 7 ppkt 7.1. składa każdy z nich.
6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń (innych niż wskazanych w pkt I), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice).
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. ZP/PRZET/UE/1/2019.
3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii niedziałania [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, gdzie adres Zamawiającego jest dostępny w SIWZ dot. danego postępowania.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem **Formularza do komunikacji** jako załączniki.



5. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza "**Wyślij wiadomość**" dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice)
6. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są:
1. Katarzyna Grzybczyk - w zakresie procedury przetargowej,
  2. Barbara Zajda - w zakresie przedmiotu zamówienia.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której udostępniana jest SIWZ, tj. [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice)
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej – [www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice](http://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice), na której udostępniona jest specyfikacja.
10. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieści ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się jej integralną częścią.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą nadzy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.
13. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
  - dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
14. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w **rozporządzeniu** Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz **rozporządzeniu** Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Na podstawie ww. rozporządzeń:
15. **Dokumenty lub oświadczenia**, o których mowa w **rozporządzeniu** Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, **składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.**
16. **Poświadczenia za zgodność z oryginałem** dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w ppkt. 14, następuje przy użyciu **kwalifikowanego podpisu elektronicznego.**





18. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

19. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu *Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

20. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 *w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia*, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

21. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017r. (poz. 1320 ze zm. w 2018 r. poz. 1991) *w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych*:

22. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

23. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

24. **W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem** kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

## XI. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w postępowaniu. Wartość wadium wynosi: 10 300, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100), w tym dla:

<b>Pakietu nr 1</b>	<b>1 200,00 zł</b>
<b>Pakietu nr 2</b>	<b>2 000,00 zł</b>
<b>Pakietu nr 3</b>	<b>900,00 zł</b>
<b>Pakietu nr 4</b>	<b>3 300,00 zł</b>
<b>Pakiet nr 5</b>	<b>60,00 zł</b>
<b>Pakiet nr 6</b>	<b>1 900,00</b>
<b>Pakiet nr 7</b>	<b>300,00</b>
<b>Pakiet nr 8</b>	<b>700,00 zł</b>



2. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.

Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać -

**Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach: ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice,**

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzy – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.

3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr **24 1050 1100 1000 0022 6686 3279** (*w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania*) najpóźniej przed upływem terminu składania ofert

Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art 46 ust 1-4 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Pzp.

## **XII. Termin związania ofertą.**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

2. Ewentualne wniesienie odwołania zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

## **XIII. Opis sposobu przygotowania ofert.**

1. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. Składanie **ofert** przez [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl) jest dla Wykonawców całkowicie **bezpłatne**.

3. Postępowanie prowadzone jest w **języku polskim** na dedykowanej elektronicznej Platformie Zakupowej

(dalej jako „Platforma”) pod adresem: <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> - w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ.

Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały przedstawione w niniejszym rozdziale – pkt. 3.1. – 3.7.

3.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy (<https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>).

3.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w *Regulaminie korzystania z Platformy* (adres: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>). Składając ofertę Wykonawca akceptuje *Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców)*.

3.3. Korzystanie z Platformy oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na [platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl), z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

3.4. Korzystanie z Platformy odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.5. Usługodawca (Operator Platformy) dołoży starań, aby korzystanie z Platformy było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony [www.platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) to: przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. [www.platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl) jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

3.6. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.

3.7. Usługodawca (Operator Platformy) oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiegokolwiek formie Hasła.

3.8. Na stronie Platformy znajduje się ponadto *Instrukcja dla Wykonawców* zawierająca:

- informacje ogólne,
- informacje dot. sposobu i formy złożenia oferty,
- sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (*nie dotyczy składania ofert*),
- informacje dot. sposobu otwarcia ofert na [www.platformazakupowa.pl](https://www.platformazakupowa.pl)

3.9. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy **Centrum Wsparcia Klienta**, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 101-02-02.

4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty:

4.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

5. **Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Platformy:**

5.1. JEDZ;

5.2. oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądź, z uwzględnieniem postanowień Rozdziału XI pkt 3;

5.3. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe

pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- 5.4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz 1114 oraz z 2016r. poz 352) a Wykonawca wskazał to waz ze złożeniem oferty;
- 5.5. zobowiązania wymagane postanowieniami Rozdziału VIII pkt 2 w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
6. Oferta oraz JEDZ powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określaną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn, wierszy itp.

8. **Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

*Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

10. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Platforma Zakupowa szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz 2247).

12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie różniej niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 2018r. poz 419) które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone na Platformie w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w *Instrukcji dla*



Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

#### **XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.**

##### **1. Miejsce i termin składania ofert:**

1.1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> do dnia **25-03-2019r. do godz. 10:00**

1.2. Po upływie terminu złożenie oferty na Platformie nie będzie możliwe.

##### **2. Miejsce i termin otwarcia ofert:**

2.1. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w:

**Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**

**ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice**

**Sala konferencyjna (budynek PPS, pokój nr 223**

**dnia 25-03-2019 r. o godz. 10:30,**

zgodnie z informacją zawartą na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> i w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Data ta może ulec zmianie np. w wyniku wydłużenia terminu składania ofert.

3. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty" i otwarcie ofert. Otwarcie ofert, za wyjątkiem informacji oznaczonych jako tajemnica przedsiębiorstwa jest jawne, a Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający po otwarciu ofert poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje dotyczące ceny złożonych ofert, terminu dostawy.

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie danego postępowania, znajdującej się pod adresem wskazanym na stronie internetowej <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice> informacje określone w art 86 ust 5 ustawy Pzp.

#### **XV. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Wykonawca musi przedstawić cenę za przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 6 do SIWZ**.

2. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

3. W ofercie należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto.

4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zadania zamówienia wraz z podatkiem VAT. Równocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5. W przypadku omyłek w zakresie obliczania ceny, Zamawiający będzie postępował zgodnie z zaleceniami określonymi w art. 87 i 89 ustawy Pzp.

6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tym przepisami.



Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku.

## XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

### 1. Pakiet nr 1

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami

Kryterium	Wartość punktowa wagi w % wg pakietów
CENA	60%
PARAMETRY DODATKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	40 %

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów :

#### 1.1. Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$

#### 1.2. Kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia:

$$\text{Parametry dodatkowe} = \frac{\text{Liczba pkt uzyskanych}}{\text{Maksymalna ilość pkt osiągnięta dla kryterium}} \times 100 \times 40 \%$$

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartej w Załączniku nr 6 do SIWZ (stosownie do danego pakietu)

W zakresie kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia” w sposób następujący.

#### Dotyczy Pakiet nr 1

l.p.	Parametry dodatkowe – oceniane	Niepotrzebne skreślić
<b>III. SSAK ELEKTRYCZNY - 4 szt</b>		
1	Precyzyjny regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia	Regulator membranowy - 40 pkt; Inny - 0 pkt

UWAGA! Brak ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty – powoduje jedynie brak dodatkowych punktów. Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametry o wartości granicznej dla danej pozycji.

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

### 2. Pakiet nr 2

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami

Kryterium	Wartość punktowa wagi w % wg pakietów
CENA	60%
PARAMETRY DODATKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	40 %



Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów :

### 2.1. Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$

### 2.2. Kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia:

$$\text{Parametry dodatkowe} = \frac{\text{Liczba pkt uzyskanych}}{\text{Maksymalna ilość pkt osiągnięta dla kryterium}} \times 100 \times 40 \%$$

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartej w Załączniku nr 6 do SIWZ (stosownie do danego pakietu)

W zakresie kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia” w sposób następujący.

#### Dotyczy Pakiet nr 2

l.p.	Parametry dodatkowe – oceniane	Niepotrzebne skreślić
<b>II. DIATERMIA – ZESTAW – 1 SZTUKA</b>		
1	Interaktywny pojemnościowy ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości, wielkość wyświetlacza min. 9"	> 9" – 5 pkt. = 9" – 0 pkt.
2	System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień	TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
3	Aktywacja narzędzi do ligacji przez włącznik nożny i z rękojeści	TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
4	Możliwość jednoczesnej aktywacji dwóch instrumentów monopolarnych i dwóch instrumentów bipolarnych.	TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
5	Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych LUB Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia	Tryb z koniecznością wyboru nastaw - 0 pkt. Cykl automatyczny - 10 pkt.

UWAGA! Brak ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty – powoduje jedynie brak dodatkowych punktów. Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametry o wartości granicznej dla danej pozycji.

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

### 3. Pakiet nr 3

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami

Kryterium	Wartość punktowa wagi w % wg pakietów
CENA	60%
OKRES GWARANCJI	20%
TERMIN DOSTAWY	20 %

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów :

### 3.1. Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$



Cena oferowana

### 3.2. Kryterium okres gwarancji:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{G_o}{G_{\text{naj}}} \times 100 \times 20 \%$$

$G_o$  – długość gwarancji w badanej ofercie

$G_{\text{naj}}$  - najdłuższa gwarancja zaoferowana w postępowaniu wśród ocenianych ofert.

**Wymagany okres gwarancji – nie mniejszy niż 24 miesiące.**

### 3.3. Kryterium termin dostawy:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert}}{\text{Termin dostawy ocenianej oferty}} \times 100 \times 20 \%$$

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

## 4. Pakiet nr 4

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami

Kryterium	Wartość punktowa wagi w % wg pakietów
CENA	60%
PARAMETRY DODATKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	40 %

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów :

#### 4.1. Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$

#### 4.2. Kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia:

$$\text{Parametry dodatkowe} = \frac{\text{Liczba pkt uzyskanych}}{\text{Maksymalna ilość pkt osiągnięta dla kryterium}} \times 100 \times 40 \%$$

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartej w Załączniku nr 6 do SIWZ (stosownie do danego pakietu)

W zakresie kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia” w sposób następujący.

#### Dotyczy Pakiet nr 4

l.p.	Parametry dodatkowe – oceniane	Niepotrzebne skreślić
<b>I. AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH - 1 SZT</b>		
1	Podłączanie do istniejącego systemu Marcel	10-TAK 0-NIE



UWAGA! Brak ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów. Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametry o wartości granicznej dla danej pozycji.

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

## 5. Pakiet nr 5

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami

Kryterium	Wartość punktowa wagi w % wg pakietów
CENA	60%
OKRES GWARANCJI	20%
TERMIN DOSTAWY	20 %

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów :

### 5.1. Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$

### 5.2. Kryterium okres gwarancji:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{G_o}{G_{naj}} \times 100 \times 20 \%$$

$G_o$  – długość gwarancji w badanej ofercie

$G_{naj}$  - najdłuższa gwarancja zaoferowana w postępowaniu wśród ocenianych ofert.

**Wymagany okres gwarancji – nie mniejszy niż 24 miesiące.**

### 5.3. Kryterium termin dostawy:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert}}{\text{Termin dostawy ocenianej oferty}} \times 100 \times 20 \%$$

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

## 6. Pakiet nr 6

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami

Kryterium	Wartość punktowa wagi w % wg pakietów
CENA	60%
PARAMETRY DODATKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	40 %

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów :

### 6.1. Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$

### 6.2. Kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia:

$$\text{Parametry dodatkowe} = \frac{\text{Liczba pkt uzyskanych}}{\text{Maksymalna ilość pkt osiągnięta dla kryterium}} \times 100 \times 40 \%$$

Powyższe kryterium zostanie obliczone na podstawie informacji zawartej w Załączniku nr 6 do SIWZ (stosownie do danego pakietu)

W zakresie kryterium parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia oferta może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Zamawiający będzie przyznawał punkty Wykonawcy wg kryterium „parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia” w sposób następujący.

#### Dotyczy Pakiet nr 6

l.p.	Parametry dodatkowe – oceniane	Niepotrzebne skreślić
<b>I. TYMPANOMETR -1szt.</b>		
1	Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie (diagnostycznej i screeningowej) bez konieczności odpinania w celu zmiany sondy w trakcie badania	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
2	Wbudowane w urządzenie miejsce na odłożenie sondy screeningowej	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
3	Dokładność pracy pompy $\pm 10\%$ lub $\pm 10$ daPa (w zależności od tego, która wartość jest większa)	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
4	Wbudowany wyświetlacz min. 7”, min. 800x480 pikseli	Tak – 5pkt Nie – 0 pkt
5	Pobór energii < 60VA	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
<b>AUDIOMETR Zestaw</b>		
<b>AUDIOMETR DIAGNOSTYCZNY - 1 szt</b>		
6	Podawanie sygnału normalne (sygnał jest podawany gdy wciśnięty jest klawisz) i odwrócone (sygnał zanika gdy wciśnięty jest klawisz)	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
7	Wyświetlacz LED min. 2x16 znaków, z regulowanym kontrastem/jasnością wyświetlania, wyświetlanie informacji dot. natężenia, częstotliwości, maskowania, wyboru ucha	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt

UWAGA! Brak ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów. Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametry o wartości granicznej dla danej pozycji.

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

### 7. Pakiet nr 7

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami

Kryterium	Wartość punktowa wagi w % wg pakietów
CENA	60%
OKRES GWARANCJI	20%
TERMIN DOSTAWY	20 %

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów :

#### 7.1. Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$



Cena oferowana

### 7.2. Kryterium okres gwarancji:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{G_o}{G_{\text{naj}}} \times 100 \times 20 \%$$

$G_o$  – długość gwarancji w badanej ofercie

$G_{\text{naj}}$  - najdłuższa gwarancja zaoferowana w postępowaniu wśród ocenianych ofert.

**Wymagany okres gwarancji – nie mniejszy niż 24 miesiące.**

### 7.3. Kryterium termin dostawy:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert}}{\text{Termin dostawy ocenianej oferty}} \times 100 \times 20 \%$$

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

## 8. Pakiet nr 8

Zamawiający podczas oceny ofert kierować się będzie następującym kryteriami

Kryterium	Wartość punktowa wagi w % wg pakietów
CENA	60%
OKRES GWARANCJI	20%
TERMIN DOSTAWY	20 %

Ocena będzie dokonywana wg skali punktowej, przy założeniu, że maksymalna punktacja wynosi 100 punktów :

### 8.1. Kryterium cena:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferowana}} \times 100 \times 60 \%$$

### 8.2. Kryterium okres gwarancji:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{G_o}{G_{\text{naj}}} \times 100 \times 20 \%$$

$G_o$  – długość gwarancji w badanej ofercie

$G_{\text{naj}}$  - najdłuższa gwarancja zaoferowana w postępowaniu wśród ocenianych ofert.

**Wymagany okres gwarancji – nie mniejszy niż 12 miesiące.**

### 8.3. Kryterium termin dostawy:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Najkrótszy termin dostawy spośród złożonych ofert}}{\text{Termin dostawy ocenianej oferty}} \times 100 \times 20 \%$$

Członkowie Komisji Przetargowej ocenią każdą ofertę wg podanych algorytmów przyznając jej ocenę punktową. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna, która uzyska największą ilość punktów obliczonych wg powyższych algorytmów.

### **XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
  - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
  - 1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
  - 1.4. unieważnieniu postępowania  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Informacje, o których mowa powyżej zostaną zamieszczone na stronie internetowej <https://www.platformazakupowa.pl/pn/zozwadowice>.
3. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, w brzmieniu zgodnym z projektem umowy stanowiącym **załącznik nr 7 do SIWZ**. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

### **XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### **XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na



podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

9.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

9.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

10. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i ogłaszaną na stronie internetowej Urzędu.

*Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI  
ustawy Prawo zamówień publicznych*

## **XX. Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Karmelicka 5, e-mail : [sekretariat@zozwadowice.pl](mailto:sekretariat@zozwadowice.pl); [www.zozwadowice.pl](http://www.zozwadowice.pl), tel. (33) 872 12 80 fax. (33) 82 34 687.
- Kontakt z inspektorem ochrony danych w ZZOZ w Wadowicach [iod@zozwadowice.pl](mailto:iod@zozwadowice.pl)





- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP/PRZET/UE/1/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, albo przez 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

## **XXI. Inne informacje.**

- 1.1.1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- 1.1.2. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
- 1.1.3. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.



**XXII. Załączniki:**

Załącznik nr 1	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Załącznik nr 3 i 5	Wzór oświadczenia
Załącznik nr 4	Wykaz wykonanych dostaw
Załącznik nr 6	Formularz ofertowy
Załącznik nr 7	Projekt umowy

**UWAGA!** Załącznik nr 2 stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej SIWZ.

Wadowice, dnia 12.02.2019r.

Zatwierdzam .....  
(podpis Dyrektora ZZOZ w Wadowicach  
lub osoby przez niego upoważnionej)

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Pakiet 1

#### I. WAGA KOLUMNOWA ZE WZROSTOMIERZEM - 4 szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Elektroniczna kolumnowa waga osobowa ze wzrostomierzem	TAK	
2	Czas pracy za zasilaniu bateryjnym - do min. 60h pracy ciągłej	TAK	
3	Dwa zakresy dokładności odczytu: 100/200g	TAK	
4	Czytelny wyświetlacz LCD	TAK	
5	Duża antypoślizgowa szalka o wymiarach 270 x 285 mm +/- 5 mm	TAK	
6	Wzrostomierz teleskopowy: 75-200 cm	TAK	
7	Maksymalny zakres pomiarowy: 150/200 kg	TAK	
8	Rolki transportowe ułatwiające przemieszczanie wagi między gabinetami bez konieczności noszenia	TAK	
9	Funkcje: TARA, HOLD, BMI	TAK	
10	Obudowa z tworzywa ABS	TAK	
11	Wymiary wagi: 295 x 1340 x 420 mm +/- 5mm	TAK	
12	Słupek do wagi	TAK	
13	Masa własna: 7kg +/- 0,2 kg	TAK	
14	Legalizacja M	TAK	
15	Miernik wagowy na kolumnie, wysokość ok. 820 mm	TAK	
16	Instrukcja w języku polskim	TAK	
17	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

#### II. WAGA NIEMOWLECA ZE WZROSTOMIERZEM - 2 szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Elektroniczna waga niemowlęca ze wzrostomierzem	TAK	
2	Dwa zakresy dokładności odczytu: 1. do 10 kg - d=5 g 2. >10 kg - d=10 g	TAK	
3	Czytelny wyświetlacz LCD	TAK	
4	Jednostka miary w kg	TAK	
5	Legalizacja M	TAK	
6	Działka elementarna d: 5/10g	TAK	
7	Działka elementarna e: 5/10g	TAK	
8	Masa własna: 3,6 kg +/- 0,1 kg	TAK	
9	Max zakres pomiarowy: 20 kg	TAK	
10	Szalka i obudowa z wysokogatunkowego tworzywa ABS	TAK	
11	Szalka przystosowana do ważenia dzieci w pozycji leżącej o wymiarach: 650 x 290 mm +/- 5mm	TAK	
12	Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD	TAK	
13	Automatyczne przełączanie zakresów ważenia	TAK	
14	Wymiary wagi: 645 x 105 x 310 mm +/- 10 mm	TAK	
15	Instrukcja w języku polskim	TAK	
16	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

#### III. SSAK ELEKTRYCZNY - 4 szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Punktacja
1	Zasilanie 230 VAC 50 Hz +/-10%	TAK		-
2	Klasa zabezpieczenia elektrycznego II, typ CF	TAK		-
3	Podciśnienie max. nie mniejsze niż 75 kPa	TAK		-
4	Wydajność ssania 18 l/min	TAK		-
5	Precyzyjny regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia	TAK, podać		Regulator membranowy - 30 pkt; Inny - 0 pkt.
6	Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy	TAK		-
7	Przystosowany do pracy ciągłej	TAK		-
8	Pompa, bezolejowa, tłokowa, niskoobrotowa, nie wymagająca konserwacji	TAK		-
9	Cicha praca (do 45 dB)	TAK		-
10	Lekki (do 3,5 kg), mały (max 40 x 20 x 30 cm), wygodny do przenoszenia z uchwytem do przenoszenia oraz z możliwością zawieszenia na szynie lub wózku	TAK		-
11	Uchwyt boczny do zawieszenia zbiornika lub pojemnika na cewniki	TAK		-
12	Zbiornik 1,5 litrowy wielorazowy z poliwęglanu, nietłukący z tworzywa z podziałką, do wkładów jednorazowych, z blokadą zabezpieczającą wysuwanie się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładu oraz opakowanie (min. 40 szt.) wkładów jednorazowych kompatybilnych do tego zbiornika	TAK		-
13	Filtry antybakteryjne z zabezpieczeniem przed przelaniem – min. 5 szt.	TAK		-
14	Dren silikonowy autoklawowalny z łącznikiem do cewników – min. 2 m	TAK		-
15	Uchwyt na dren	TAK		-
16	Wyposażenie dodatkowe: wózek na czterech kołach (dwa z blokadami) i z dwiema szynami do zawieszenia ssaka i akcesoriów - <b>min. 2 szt</b>	TAK		-
17	Instrukcja w języku polskim	TAK		-
18	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK		-

#### IV. SSAK PRÓŻNIOWY - 5 szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Zakres wskazań: 0 ÷ -0,10 MPa (wysoka próżnia), 0 ÷ -750 mmHg	TAK	
2	Przepływ: 120 l/min. ± 10%	TAK	
3	Wydajność: 50 l. ± 10%	TAK	
4	Wakuometr obrotowy: 360°	TAK	
5	Jednostka miary: megapaskal (MPa) / paskal (Pa), 0,01 MPa = 10000 Pa / 75 mmHg	TAK	
6	Regulator podłącza się do gniazda próżni poprzez odpowiedni wtyk /AGA, DIN, Go-1/	TAK	



7	Regulator posiada zawór szybkiego otwierania w postaci dwóch przycisków odpowiednio białego i czarnego.	TAK	
8	Temperatura pracy: 10 - 30 °C	TAK	
9	Wymiary: 130 x 115 x 50 mm +/- 5 mm	TAK	
10	Waga: 0,5 kg	TAK	
11	<b>Wyposażenie dodatkowe:</b> pojemnik na wydzielinę na jednorazowe wkłady o pojemności min. 1,5l, dren połączeniowy - 5 kpl.	TAK	

#### V. PRZEWOZNA LAMPA DIADNOSTYCZNA BEZCIENIOWA - 1 szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Lampa zabiegowa światło LED na statywie	TAK	
2	Przeznaczona do pracy w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych, opatrunkowych	TAK	
3	Elastyczne ramię typu „gęsia szyja”	TAK	
4	Źródło światła LED o mocy 10W	TAK	
5	Napięcie wejściowe: 220-230V	TAK	
6	Natężenie: 50-60Hz	TAK	
7	Łączna moc diod: 3 x 10W	TAK	
8	Średni czas żywotności diod: 50000h	TAK	
9	<u>Natężenie światła:</u> 1. 135 000 lux - przy 30 cm, 2. 42 000 lux - przy 50 cm, 3. 12 000 lux - przy 100 cm	TAK	
10	Temperatura barwowa: 4750 K	TAK	
11	Wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1m	TAK	
12	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

#### VI. LAMPY BEZCIENIOWE - 1 szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Lampa bezcieniowa zabiegowo-diagnostyczna LED sufitowa	TAK	
2	Przeznaczona do oświetlania pola zabiegowego	TAK	
3	Źródło światła 5 projektorów LED	TAK	
4	Średnica kopuły świetlnej: min. 215 mm	TAK	
5	Temperatura barwowa: 4750 °K	TAK	
6	<u>Natężenie światła:</u> * dla odległości 0,5 m - 120 000 lux, * dla odległości 0,8 m - 80 000 lux, * dla odległości 1,0 m - 60 000 lux	TAK	
7	Żywotność pracy diod: 50000h,	TAK	
8	Średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 15 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła	TAK	
9	Lampa wykonana jest z lekkiego stopu aluminium	TAK	
10	Waga lampy: max 10,7 kg,	TAK	
11	W zestawie rączka do ustawiania położenia czaszy	TAK	
12	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

#### 7. FOTEL GINEKOLOGICZNY - 5 szt.





Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Fotel ginekologiczny z z elektryczną regulacją wysokości i kąta nachylenia siedziska	TAK	
2	3-częściowe leże-siedzisko z odczepianym podnóżkiem	TAK	
3	pozycja Trendelenburga	TAK	
4	Kąt przechyłu Trendelenburga: od 0 ° do +25 °	TAK	
5	pozycja antyTrendelenburga	TAK	
6	Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: od 0 ° do +15 °	TAK	
8	Kąt nachylenia oparcia pleców: od 0 ° do +75°	TAK	
9	Rozkładanie siedziska do pozycji leżącej	TAK	
10	Wyposażony w regulowane i rozkładane do pozycji leżącej oparcie pod plecy z miękkim podglówkiem oraz w odczepiany podnóżek	TAK	
11	Montowane do siedziska fotela podkolanniki ginekologiczne posiadające regulację we wszystkich płaszczyznach	TAK	
12	Stabilna rama fotela wykonana jest z profili stalowych, lakierowanych proszkowo	TAK	
13	Rama wyposażona w podstawie w podgumowane stopki umożliwiające poziomowanie fotela	TAK	
14	Waga: 83 kg	TAK	
15	Długość (z podporą nóg): 188 cm Długość (bez podpory nóg): 138 cm Wysokość: od 70 cm do 105 cm Szerokość: 65 cm	TAK	
16	Pojemnik ze stali nierdzewnej w standardzie	TAK	
17	Maksymalne obciążenie do 150 kg	TAK	
18	Zaokrąglone narożniki elementów tapicerowanych	TAK	
19	Leże wypełnione elastyczną pianką PU	TAK	
20	Atestowana i bezzwowa tapicerka w wielu kolorach do wyboru (kolor podany przez Zamawiającego na etapie dostawy sprzętu)	TAK	
21	<b>Dodatkowe wyposażenie do każdego fotela:</b> pilot nożny do regulacji wysokości, uchwyty rąk, wieszak na papier.	TAK	
22	<b>Dodatkowe wyposażenie do wszystkich foteli:</b> wieszak na kropiółki - 1 szt.	TAK	
23	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

#### VIII. FOTEL LARYNGOLOGICZNY - 2 szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Fotel osadzony na gumowych stopkach	TAK	
2	Wysokość regulowana za pomocą pilota ręcznego	TAK	
3	Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych	TAK	
4	Podstawa fotela wykonana ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym	TAK	
5	Wysokość: od 45 cm do 65 cm Długość: 186 cm Szerokość: 66 cm	TAK	
6	Waga max. 76 kg	TAK	
8	Regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0° do 25°	TAK	
9	Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°	TAK	

10	Regulacja kąta oparcia: 0 ° do 70°	TAK	
11	Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm	TAK	
12	Gwarancja min. 24 miesiące	TAK	

## Pakiet 2

### I. DIATERMIA – 1szt.

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
<b>Parametry techniczne</b>			
1.	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2018 roku, nie wystawowy, na platformie jezdnej	TAK	
2.	Odporność aparatu na impuls defibrylacji	TAK	
3.	Panel sterowania z przyciskami podfoliowymi do regulacji parametrów – łatwy do utrzymania w czystości	TAK	
4.	Regulacja ręczna ograniczenia mocy maksymalnej w całym zakresie pracy aparatu dla cięcia i koagulacji z krokiem co 10W	TAK	
5.	System monitorujący poprawność aplikacji i stanu połączenia elektrody biernej z pacjentem	TAK	
6.	Wyświetlanie informacji o podłączonej elektrodzie neutralnej: - dzielona, - niedzielona, - brak elektrody, - poprawność przylegania	TAK	
7.	Automatyczne rozpoznawanie podłączonej elektrody neutralnej (dzielona, niedzielona)	TAK	
8.	Automatyczna kontrola funkcji aparatu po włączeniu i podczas zabiegu	TAK	
9.	Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii	TAK	
10.	gniazdo/gniazda umożliwiające podłączenie instrumentów monopolarnych i bipolarnych oraz gniazdo elektrody neutralnej	TAK	
11.	Możliwość podłączenia wtyczek monopolarnych w standardzie 3-pin i 1-pin 4mm, bipolarnych w standardzie Martin oraz wtyczki płaskiej do elektrody neutralnej	TAK	
12.	Możliwość podłączenia włącznika nożnego na panelu tylnym	TAK	
13.	Możliwość aktywacji wszystkich trybów monopolarnych i bipolarnych za pomocą włącznika nożnego	TAK	
14.	Minimum 2 tryby cięcia monopolarnego: czyste i suche (z silną hemostazą) z regulacją mocy do 100W	TAK	
15.	Minimum 2 tryby koagulacji monopolarnej: miękka i forsowna z regulacją mocy do 100W	TAK	
16.	Tryb koagulacji bipolarnej z regulacją mocy do 100W	TAK	
17.	Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktualnego trybu pracy, różne sygnały dźwiękowe dla wszystkich rodzajów pracy	TAK	
18.	Możliwość zmiany głośności pracy aparatu	TAK	
19.	Znamionowa częstotliwość pracy diatermii 300-500 kHz	TAK	
20.	Waga aparatu poniżej 6kg	TAK	
<b>21. Wyposażenie</b>			
22.	Pojedynczy włącznik nożny do koagulacji, z kablem dł. 4m-4,5m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem		

23	Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu żeńska Ø2mm (Martin); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji	TAK	
24	Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 150mm-170mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji	TAK	
25	Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska bez bolca; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji	TAK	
26	Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 85-90cm <sup>2</sup> , podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych powyżej 5kg / opakowanie 100 szt.	TAK	
27	Szczypce bipolarne, bagnetowe z zagiętą końcówką, długość 220mm, końcówka 6mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji	TAK	
28	Elektroda nożowa, prosta, długość 50-62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt.	TAK	
29	Mikroelektroda igłowa wolframowa, zagięta, izolowana, długość 50-56mm, trzonek Ø4mm, dł. igły 10-11mm, dł. części aktywnej 2mm, Ø igły 0,5mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji	TAK	
30	Elektroda nożowa przedłużona, prosta, długość 150-154mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji	TAK	

### III. DIATERMIA – ZESTAW – 1 SZTUKA

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagan	Parametr oferowany	Punktacja
Parametry techniczne				
1.	Aparat fabrycznie nowy wyprodukowany w 2018 roku, nie powystawowy, na platformie jezdnej	TAK		
2.	Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu dla cięcia (kontrola łuku w zależności od parametrów osprzętu, struktury i właściwości tkanki), kontrolowanego procesorem minimum 32-bitowym	TAK		
3.	Odporność aparatu na impuls defibrylacji	TAK		
4.	Interaktywny pojemnościowy ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości, wielkość wyświetlacza min. 9"	TAK		> 9" – 5 pkt. = 9" – 0 pkt.
5.	System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień	TAK/NIE		TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
6.	Aparat wyposażony w gniazda przyłączeniowe: - 2 gniazda monopolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin oraz 1-pin 4mm, 5mm lub 8mm bez dodatkowych adapterów, - 3 gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli w standardzie 3-pin, 2-pin, 1-pin bez dodatkowych adapterów - gniazdo elektrody neutralnej	TAK		



7.	Możliwość wyświetlania nastaw wyłącznie w używanych gniazdach i ukrycia nastaw w gniazdach aktualnie nie używanych	TAK		
8.	Płytkie, intuicyjne menu, ograniczone do maksymalnie trzech poziomów.	TAK		
9.	Interfejs użytkownika oparty na oknach z ikonami odzwierciedlającymi używany tryb i nastawy. Zmiana grafiki na ikonach następuje wraz ze zmianą mocy i efektów.	TAK		
10.	Rozbudowany system pomocy dla użytkownika: - komunikaty, ostrzeżenia, informacje w języku polskim, - możliwość wyświetlenia wyjaśnień/instrukcji dla każdego poziomu menu, trybu pracy, opcji, - sugestie dotyczące naprawienia błędu, - możliwość wyświetlenia filmu instruktażowego na ekranie aparatu, - instrukcja obsługi w języku polskim dostępna w menu generatora.	TAK		
11.	Czytelny i prosty system monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej, wyświetlanie informacji o elektrodzie: - dzielona - niedzielona - dzielona pediatryczna - brak elektrody - wskaźnik poprawności przylegania elektrody.	TAK		
12.	Automatyczne ograniczenie mocy do 50W we wszystkich programach w przypadku podłączenia elektrody neutralnej pediatrycznej	TAK		
13.	Swobodne przypisywanie przełączników nożnych do dowolnych gniazd mono- i bipolarnych z panelu czołowego.	TAK		
14.	Gniazda przyłączeniowe na panelu tylnym: - zasilania sieciowego - min. dwa dla przełączników nożnych - wyrównania potencjałów - port USB - złącze CAN - port Ethernet	TAK		
15.	Liczba miejsc w pamięci aparatu dla minimum 300 programów z możliwością ich swobodnego opisu w języku polskim	TAK		
16.	Możliwość zapisania min. 4 dowolnych kompletów nastaw na pamięci zewnętrznej	TAK		
17.	Regulacja mocy cięcia w programach standardowych do 400W ± 5%	TAK		
18.	Minimum 9 stopni hemostazy dla cięcia monopolarnego	TAK		
19.	Automatyczne ustawianie parametrów i mocy cięcia monopolarnego wraz z wyborem trybów cięcia: - Cięcie standartowe - Cięcie suche - Cięcie mikro - Cięcie pętłą i nożem - GastroCut - Cięcie pętłą ginekologiczną do laparoskopowej resekcji macicy - Cięcie laparoskopowe - Resekcja monopolarna	TAK		
20.	Regulacja mocy koagulacji monopolarnej do 250W±5%	TAK		



21.	Tryby koagulacji monopolarnej: - miękka, - 3 forsowne (nietnąca, mieszana tnąca), - spray, - kardio (thorax, mamma)ria) - gastro, - laparoscopia	TAK		
22.	Możliwość koagulacji monopolarnej za pomocą dwóch instrumentów jednocześnie	TAK		
23.	Możliwość regulacji efektu w koagulacji monopolarnej	TAK		
24.	Regulacja mocy cięcia bipolarnego do 200W	TAK		
25.	Regulacja mocy koagulacji bipolarnej do 120W	TAK		
26.	Minimum 5 trybów koagulacji bipolarnej (w tym standard, mikro, forsowna)	TAK		
27.	Precyzyjne dawkowanie mocy w koagulacji bipolarnej mikro co 0,1W	TAK		
28.	Aktywacja koagulacji bipolarnej z funkcją AUTOSTART regulowaną z dokładnością co 0,05 sekundy w zakresie od 0,5s do 2,5s	TAK		
29.	Program do resekcji bipolarnej z automatycznie dobieranymi parametrami mocy i możliwością wyboru efektu	TAK		
30.	Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich	TAK		
31.	Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do resekcji bipolarnej) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich	TAK		
32.	Aparat wyposażony w system zamykania naczyń o średnicy do 7mm, którego skuteczność potwierdzają badania porównawcze	TAK		
33.	Aktywacja narzędzi do ligacji przez włącznik nożny i z rękojeści	TAK/NIE		TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
34.	Możliwość podłączenia narzędzi do ligacji do dowolnego gniazda bipolarnego	TAK		
35.	Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa zakończonej procedury zamykania naczyń	TAK		
36.	Automatyczne rozpoznawanie przez system podłączenia narzędzi standardowych (jak uchwyt monopolarny, pęseta) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich	TAK		
37.	Automatyczne rozpoznawanie instrumentów specjalnych (do zamykania naczyń) i ustawienie optymalnych parametrów dla nich	TAK		
38.	Możliwość jednoczesnej aktywacji dwóch instrumentów monopolarnych i dwóch instrumentów bipolarnych.	TAK/NIE		TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
39.	Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych LUB Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia	TAK		Tryb z koniecznością wyboru nastaw - 0 pkt. Cykl automatyczny - 10 pkt.
Oprzyrządowanie				
40.	Podwójny włącznik nożny do cięcia i koagulacji z dodatkowym przyciskiem umożliwiającym zmianę gniazda/trybu, z kablem dł. 4m, włącznik wodoodporny, zabezpieczony przed wybuchem	TAK		
41.	Instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 280mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30mm, szerokość 3mm - 5mm, pokryta powłoką	TAK		





	nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji - 2 szt.			
42.	Kabel do elektrod neutralnych, długość 4,5m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM); przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji	TAK		
43.	Uchwyt elektrod, wąski, z dwoma przyciskami, długość 145mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4,5m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji - 2 szt.	TAK		
44.	Szczypce bipolarne, proste, długość 195mm, końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2-bolcowe płaskie; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji - 2szt	TAK		
45.	Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji	TAK		
46.	Elektroda nożowa, prosta, długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary noża 2,6mm x 0,6mm x 13mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji / opakowanie 5 szt. - 2 opakowania	TAK		
47.	Przedłużka elektrody, długość 175mm, trzonek Ø4mm, do elektrod z trzonkiem Ø4mm; przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji - 2 szt.	TAK		
48.	Nożyczki bipolarne, długość 280mm, końcówka Metzenbaum, zagięta, smukła, nieprzywierająca, pokryta powłoką ceramiczną, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 25 cykli sterylizacji	TAK		
49.	Kabel bipolarny do nożyczek, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - żeńska 2 x Ø2,6mm, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji	TAK		
50.	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artroskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø8mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji	TAK		
51.	Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm, jednorazowa pętla Ø100mm; przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji wraz z zestawem pętli Ø175mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), z teflonową izolacją	TAK		

### Pakiet 3

#### I. ANALIZATOR DO SZYBKIEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ - 1 SZT

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagalny	Parametry oferowane
1	Analizator parametrów krytycznych typu kasetowego, automatyczny fabrycznie nowy (rok produkcji 2018) pracujący w systemie ciągłym, dokonujący jednocześnie w jednej próbce pomiaru: Na <sup>+</sup> , K <sup>+</sup> , Ca <sup>++</sup> , Cl <sup>-</sup> , pH, pCO <sub>2</sub> , pO <sub>2</sub> , glukoza, mlecza, Hct	TAK	



2	Analizator przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – wszystkie elementy wymienne tj: odczynniki, elektrody/sensory, płyny kontrolne, myjące, sonda aspiracyjna oraz pojemnik na ścieki umieszczone w jednej wielotestowej kasecie odczynnikowo-sensorowej. Kasetę odczynnikowo-sensorową przechowywaną w temperaturze pokojowej ( powyżej 8°C)	TAK	
3	Zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,10-5,00 mmol/L	TAK	
4	Badania kontroli jakości przeprowadzane w sposób całkowicie automatyczny, bez ingerencji operatora, co najmniej po każdym oznaczeniu. Graficzny wykres kontroli jakości Delta dla każdego parametru . System kontroli jakości dodatkowo wykrywający i korygujący błędy analityczne takie jak: mikroskrępy, pęcherze powietrza, interferencje.Na ekranie aparatu bieżąca informacja o wykrytym błędzie. Dokumentacja automatycznej naprawy błędów: bieżący dostęp do raportu błędów (rodzaj wykrytego błędu, czynność naprawcza, informacja czy błąd został naprawiony) Całkowicie automatyczna kalibracja wszystkich parametrów.	TAK	
5	Każdorazowa walidacja kasety przed jej uruchomieniem za pomocą dedykowanego materiału w celu wykluczenia uszkodzenia kasety oraz błędów w fazie analitycznej na poziomie 97%.	TAK	
6	Automatyczne oświetlenie pola aspiracji próbki .	TAK	
7	Możliwość wprowadzenia numeru ID pacjenta do analizatora za pomocą czytnika bar kodów, imienia i nazwiska pacjenta i numeru PESEL	TAK	
8	Maksymalna objętość próbki 150 ul .Całkowity czas pomiaru max. 2 minuty	TAK	
9	Wbudowana baza danych pacjentów na min. 10 000 oraz drukarka termiczna	TAK	
10	Ilość oznaczeń z jednej kasety nie większa niż 300 ozn.	TAK	
11	Oprogramowanie analizatora w języku polskim	TAK	
12	Dwukierunkowa transmisja danych. Możliwość przyłączenia do sieci oraz dodatkowe oprogramowanie pozwalające na zdalny nadzór i monitoring pracy aparatu przez Diagnostów w Dziale Diagnostyki Laboratoryjnej	TAK	
13	W komplecie UPS o odpowiedniej mocy podtrzymujący pracę aparatu	TAK	
14	Terminy ważności odczynników nie krótsze niż 3 miesiące od dostarczenia do Zmawiającego	TAK	
15	Przeglądy okresowe analizatora zgodnie z zaleceniami producenta na koszt wykonawcy	TAK	

### Pakiet 4

#### I. AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH - 1 SZT

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagan	Parametr oferowany	Punktacja
<b>I</b>	Analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2018	TAK		
1.	Podłączanie do istniejącego systemu Marcel	TAK/NIE		10-TAK 0-NIE
2.	100% wykorzystanie kart	TAK		
3.	Ciągle monitorowanie poziomu płynów	TAK		
4.	technologia jednoczesnego dozowania i perforacji kart	TAK		
5.	Wykrywanie skrępow	TAK		



6.	Kontrola jakości	TAK		
7.	Zoptymalizowane zużycie odczynników	TAK		
8.	Praca na kartach 8 kolumnowych	TAK		
9.	<b>LISTA BADAŃ:</b> 1. Grupa krwi w układzie ABO/RhD 2. Badanie przeglądowe przeciwciał 3. Próby zgodności 4. Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) 5. Fenotyp Rh + Kell 6. Identyfikacja przeciwciał 7. Testy enzymatyczne	TAK		
10.	<b>POJEMNOŚĆ:</b> • Min 15 odczynników (16 fiolek z odczynnikami i 2 rozcieńczalniki) • Min 40 próbek • Min 20 karty DG Gel • Wirówka na 12 kart	TAK		
11.	Waga nie cięższa niż 100 kg	TAK		
12.	Dwukierunkowa komunikacja z LIS	TAK		
13.	Pozytywna identyfikacja próbek i odczynników	TAK		
14.	Kontrola dat ważności odczynników	TAK		
15.	Rozcieńczanie próbek w stacji rozcieńczania	TAK		
16.	Dozowanie próbek i odczynników dzięki technologii jednoczesnej perforacji i dozowania	TAK		
17.	Inkubacja kart DG Gel w dwóch niezależnych inkubatorach	TAK		
18.	Wirowanie kart DG Gel	TAK		
19.	Odczytywanie wyników przez kamerę CCD	TAK		
20.	Minimalne czynności konserwacyjne – jeden raz na miesiąc	TAK		
21.	Analizator wyposażony w komputer sterujący, UPS, drukarkę do kodów kreskowych	TAK		
22.	Pakiet startowy odczynników wystarczający na wykonanie 100 badań grup krwi ze screeningiem	TAK		
<b>II</b>	<b>System zastępczy do analizatora opisanego składający się z</b> A- Inkubatora wyposażonego w 2 niezależne bloki grzewcze o pojemności min. 20 kart B- Wirówkę o pojemności min. 20 kart i stałej prędkości C- Dyspenser do dozowania rozcieńczalnika D- 2 elektroniczne pipety o zakresie 10-300 uL wraz ze statywem	TAK		
<b>III</b>	<b>CHŁODZIARKA MEDYCZNA</b>	TAK		
1	fabrycznie nowa wyprodukowana nie później niż w roku 2018	TAK		
2	przeznaczona do przechowywania krwi i materiałów krwiopochodnych			
3	pojemności min. 300 l	TAK		
4	Wyposażona w min. 6 szuflad	TAK		
5	Przegrody do szuflad umożliwiające ustawienie worków w pozycji pionowej			
6	Wyposażona w rejestrator temperatury	TAK		
7	Zakres temperatury od +2 do +6	TAK		
8	Menu w języku polskim			
9	Filtr przeciwwzrosteniowy			
<b>IV</b>	<b>WIRÓWKA LABORATORYJNA</b>	TAK		
1	fabrycznie nowa wyprodukowana nie później niż w roku 2018	TAK		



2	Zakres obrotów 100-4500 RPN	TAK		
3	Wyposażona w rotor horyzontalny z 4 gilzami	TAK		
4	Wyposażona w wkładki redukcyjne do próbek	TAK		

### Pakiet 5

#### I. VORTEX- WSTRZĄSARKA - 1 SZT

Lp.	Opis Parametru	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1	Urządzenie fabrycznie wyposażone w uniwersalną gumową platformę wytrząsającą	TAK	
2	Urządzenie wyprodukowane nie później niż w roku 2018	TAK	
3	Funkcja wytrząsania ciągłego lub pulsacyjnego (uruchomienie po przyłożeniu próbki).	TAK	
4	Praca w zakresie min. od 0 do 2850 RPM, regulowana pokrętkiem	TAK	
5	Wbudowane zabezpieczenia przeciwprzebieciowe	TAK	
6	Urządzenie z możliwością stosowania wymiennych platform wytrząsających na próbki (od 0,2 do 50 ml) i mikropłytki.	TAK	
7	Gumowa powierzchnia na spodzie wytrząsarki redukująca wibracje zapobiegająca ruchowi wortexu po blacie.	TAK	
8	Gwarancja min. 12 miesięcy	TAK	

### Pakiet 6

#### I. TYMPANOMETR -1szt.

Lp.	Opis parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Punktacja
1.	Tympanometr kliniczny pozwalający na wykonanie testów: - tympanometria automatyczna i manualna - badanie odruchów strzemiączkowych (progowanie) - badanie odruchów strzemiączkowych ipsi- oraz kontralateralnie - badanie zaniku odruchów strzemiączkowych	TAK		
2.	W zestawie sonda diagnostyczna	TAK		
3.	Możliwość doposażenia o sondę screeningową	TAK		
4.	Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie (diagnostycznej i screeningowej) bez konieczności odpinania w celu zmiany sondy w trakcie badania	TAK/NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
5.	Wbudowane diody LED informujące o statusie badania (rozszczelnienie sondy, trwanie pomiaru) oraz wybranym uchu (prawe, lewe)	TAK		
6.	Wbudowane w urządzenie miejsce na odłożenie sondy screeningowej	TAK/NIE		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
7.	Sonda diagnostyczna mocowana na pasku naramiennym w celu łatwego utrzymania na ramieniu pacjenta	TAK		
8.	Możliwość automatycznego uruchamiania testu przy badaniu za pomocą sondy screeningowej, możliwość uruchomienia testu za pomocą przycisku przy sondzie diagnostycznej (możliwość wykonania badania przy pacjencie, bez konieczności obsługi z panelu urządzenia), możliwość zmiany ucha badanego za pomocą przycisku na sondzie screeningowej	TAK		



9.	W zestawie oprogramowanie pracujące w oparciu o jeden interface umożliwiające obsługę różnych urządzeń takich jak: tympanomet, audiometr, otoemisja oraz system dopasowywania aparatów słuchowych, umożliwiające gromadzenie danych pacjentów, zarządzania danymi i wynikami badań, generowania i wydruku raportów pacjenta	TAK		
10.	Łatwy wybór testów za pomocą ustawienia sekwencji badania	TAK		
11.	Częstotliwości tonów: 226 Hz przy 85 dB SPL +/- 3 dB, 1000 Hz przy 69 dB SPL +/- 3 dB,	TAK		
12.	Dokładność częstotliwości +/- 0,5%	TAK		
13.	Regulacja natężenia co 1, 2, 5 lub 10 dB	TAK		
14.	Zakres pojemności 0,2 ml do 5,0 ml ± 5% lub 0,05 ml 5 ml do 8,0 ml ± 15%	TAK		
15.	Stymulacja kontralateralna: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz +/- 0,5%: 500 Hz przy 50 do 115 dB HL ± 3 dB 1000 Hz przy 50 do 120 dB HL ± 3 dB 2000 Hz przy 50 do 120 dB HL ± 3 dB 4000 Hz przy 50 do 120 dB HL ± 3 dB	TAK		
16.	Badanie odruchów strzemiączkowych szumem: – białym zgodnym z IEC 1027 oraz ANSI S3.39 – dolnoprzepustowym od 400 do 1600 Hz. – lub górnoprzepustowym od 1600 do 4000 Hz	TAK		
17.	Stymulacja ipsilateralna: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz z dokładnością +/- 0,5%	TAK		
18.	Zakres badania zaniku odruchu od 50 do 100 dB HL	TAK		
19.	Zakres ciśnienie: normalny +200 do -400 daPa/s, Rozszerzony +400 do -600 daPa/s	TAK		
20.	Regulacja pracy pompy: 50, 100, 200, 400, 600 daPa/s	TAK		
21.	Dokładność pracy pompy ± 10% lub ± 10 daPa (w zależności od tego, która wartość jest większa)	TAK/NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
22.	Kierunek pracy pompy od niskich do wysokich ciśnień lub odwrotnie	TAK		
23.	Wbudowany wyświetlacz min. 7", min. 800x480 pikseli	TAK/NIE		Tak – 5pkt Nie – 0 pkt
24.	Podłączenie do komputera za pomocą portu USB	TAK		
25.	Pobór energii < 60VA	TAK/NIE		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt

## II. AUDIOMETR Zestaw

### AUDIOMETR DIAGNOSTYCZNY - 1 szt

Lp.	Opis parametr	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Punktacja
1.	Audiometr diagnostyczny z audiometrią mowy	TAK		
2.	Urządzenie spełniające normy: Klasa bezpieczeństwa: klasa I, typ B, norma EN 60601-1, EN 60645-1, EN 60645-2, EN 60645-4 oraz ANSI S3.6-1996	TAK		
3.	Dwa osobne identyczne kanały	TAK		
4.	Testy specjalne: SISI, Fowler (ABLB), Stenger, test HIS (opcjonalnie)	TAK		
5.	Możliwość pracy samodzielnej urządzenia lub za pomocą komputera	TAK		
6.	Możliwość sterowania badaniem zarówno z komputera jak i panelu urządzenia głównego.	TAK		





	Automatyczne przeniesienie wyników badań do komputera, wizualizacja pracy na audiometrze w czasie rzeczywistym widoczna na ekranie komputera			
7.	Podawanie sygnału normalne (sygnał jest podawany gdy wciśnięty jest klawisz) i odwrócone (sygnał zanika gdy wciśnięty jest klawisz)	<b>TAK/NIE</b>		Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
8.	Wyświetlacz LED min. 2x16 znaków, z regulowanym kontrastem/jasnością wyświetlania, wyświetlanie informacji dot. natężenia, częstotliwości, maskowania, wyboru ucha	<b>TAK/NIE</b>		Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
9.	Minimalne zakresy częstotliwości: AC - od 125 do 12500 Hz BC - od 250 do 8000 Hz Insert - od 125 do 8000 Hz Dokładność lepsza niż $\pm 0,1$ %	<b>TAK</b>		
10.	Minimalne zakresy natężeń dźwięku: AC - od -10 dB do 120 dB HL przy średnich częstotliwościach BC - od -10 dB do 70 dB HL przy średnich częstotliwościach	<b>TAK</b>		
11.	Sygnały: czysty stały ton modulowany (od 1 do 20 Hz, skok co 1 Hz, modulacja szerokości od 1% do 25 %, skok co 1%) pulsujący (zakres częstotliwości od 0,25 do 2,5 Hz) impulsowy (czas trwania impulsu od 0,25 s do 2,5 s)	<b>TAK</b>		
12.	Maskowanie: kontrlateralne, szum wąskopasmowy lub szum szerokopasmowy (biały), szum mowy	<b>TAK</b>		
13.	Test Fowler (ABLB): prezentacja tonu na przemian dla prawego i lewego ucha, możliwość zapamiętania min. 5 zestawów wartości wyrównanych głośności	<b>TAK</b>		
14.	Wbudowany w urządzenie zasilacz wewnętrzny oraz mikrofon do komunikacji z pacjentem. Możliwość zastosowania dodatkowego mikrofonu zewnętrznego.	<b>TAK</b>		
15.	W zestawie: Urządzenie główne, słuchawki TDH39, przetwornik kostny B71, przycisk reakcji pacjenta, kabel zasilający, słuchawki do monitoringu z mikrofonem (opcjonalnie), mikrofon do audiometrii mowy (opcjonalnie), oprogramowanie zapewniające zapis wyników badań oraz wydruk raportu, instrukcja obsługi	<b>TAK</b>		
16.	Oprogramowanie kompatybilne z NOAH, do sterowania urządzeniem, zapisu danych pacjenta, zarządzania danymi pacjenta i wynikami badań, z wizualizacją ustawień parametrów audiometru, generowaniem i możliwością wydruku raportów pacjenta	<b>TAK</b>		
17.	W zestawie dedykowane oprogramowanie pracujące w oparciu o jeden interface umożliwiający obsługę różnych urządzeń takich jak: otoemisja, tympanomet i audiometr oraz system dopasowywania aparatów słuchowych oraz videootoskop	<b>TAK</b>		
18.	Możliwość wydruku raportu badania zawierającego podstawowe dane pacjenta, logo i adres placówki, w której wykonano badanie oraz wynik badania	<b>TAK</b>		
19.	Oprogramowanie posiadające funkcję gromadzenia	<b>TAK</b>		



	danych pacjentów, zarządzania tymi danymi oraz wynikami badań, generowania i wydruku raportów pacjenta. Oprogramowanie posiadające wizualizacją ustawień parametrów urządzenia			
	<b>Kabina ciszy - 1 szt</b>			
1	Kabina modułowa zgodna ze standardem EN ISO 8253-1:2010 z modułami łączonymi w sposób umożliwiający ponowny demontaż i przeniesienie kabiny	<b>TAK</b>		
2	Wymiary wewnętrzne minimum: szerokość 90 cm +/- 3 cm, głębokość 95 cm +/- 3cm wysokość 200 cm +/- 3cm	<b>TAK</b>		
3	Maksymalne wymiary zewnętrzne: Szerokość: 100 cm +/- 3cm Głębokość 105 cm +/- 3cm Wysokość: 225 cm +/- 3cm	<b>TAK</b>		
4	Wentylacja grawitacyjna lub elektryczna niskosumowa	<b>TAK</b>		
5	Drzwi samodomykające z uszczelką magnetyczną, otwierane na zewnątrz, prawe lub lewe	<b>TAK</b>		
6	Dźwiękoszczelne okienko z podwójną szybą	<b>TAK</b>		
7	Panel do podłączania przewodów audiometrów zawierający minimum 8 gniazd typu "jack" 6,4mm oraz minimum jedno gniazdo USB	<b>TAK</b>		
8	Kabina wykonana z materiałów niepalnych	<b>TAK</b>		
9	Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna – wykonana z łatwo zmywalnego materiału	<b>TAK</b>		
10	Oświetlenie wewnętrzne bezobsługowe typu LED 12V z zasilaczem	<b>TAK</b>		
11	Tłumienie akustyczne komory (wartości minimalne): w przedziale 1000 Hz-8000 Hz średnio 48 dB, w przedziale 125-8000 Hz, średnio 40 dB	<b>TAK</b>		
12	Zewnętrzny stolik przeznaczony do ustawienia audiometru	<b>TAK</b>		

### Pakiet 7

#### ZESTAW/ PRZYRZĄD DO HEMOSTAZY

##### I. PRZYRZĄD HEMOSTATYCZNY – 1 szt

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1	Endoskopowy przyrząd hemostatyczny Hemospray, urządzenie stosowane do uzyskiwania hemostazy w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego	<b>TAK</b>	

##### II. PISTOLET DO CZYSZCZENIA I SUSZENIA SPRĘŻONYM POWIETRZEM – 1 szt

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oferowane
----	----------------	-------------------	---------------------



Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1	Pistolet przeznaczony do mycia lub osuszania szkła laboratoryjnego, pipet, igieł, strzykawek, drenów, kuwet, endoskopów i różnych innych narzędzi w szpitalach (np. centralne sterylizatornie, bloki operacyjne, laboratoria, apteki, wytwórnie płynów infuzyjnych), klinikach, przychodniach, prywatnych gabinetach medycznych. Pistolet może być zasilany wodą pitną, demineralizowaną, destylowaną lub sprężonym powietrzem. Izolowana termicznie rączka pistoletu umożliwia stosowanie również wody zasilającej gorącej. Pistolet może być wyposażony w zestaw wymiennych końcówek - "standard" (8 szt.) lub w zestaw "super" (13 szt)	TAK	

### III. WANNA DO DEZYNFEKCJI - 1 szt

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1	Wanienka do endoskopów (poj. 10-16 l), szczelnie zamykana, z tworzywa sztucznego (PCV), lekka, łatwa do utrzymania w czystości, z uchwytami	TAK	

### II. SPREŻARKA BEZOLEJOWA – 1 szt

Lp	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametry oferowane
1	Zestaw do usunięcia wilgoci z endoskopu z uchwytem pistoletowym-poręczny i lekki mini kompresor z uniwersalnym gwintem ¼ cala	TAK	
2.	Zbiornik retencyjny min. 3-litrowy	TAK	
3	Wyłącznik ciśnieniowy	TAK	
4	Generator sprężonego powietrza do przewodów do pompowania i przedmuchiwania.	TAK	

## Pakiet 8

### I. WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH SIEDZĄCYCH – 5 SZTUK

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję oraz promieniowanie UV	TAK	
2	Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK	
3	Wytrzymałość wózka min. 120 kg	TAK	
4	Szerokość siedziska 49 ± 3 cm	TAK	
5	Całkowita szerokość wózka max. 68 cm	TAK	
6	Podłokietniki długie, podpierające całe przedramię, odchylane i demontowalne	TAK	
7	Podnóżki uchylne i demontowane, posiadające regulację długości dla osób o różnym wzroście	TAK	
8	Płyty podnóżka aluminiowe, zaopatrzone w kółka odbojowe	TAK	
9	Koła tylne o średnicy 24 cali, pełne bezdętkowe	TAK	
10	Koła przednie o średnicy 18 - 20 cm, pełne bezdętkowe	TAK	

11	Koła bez tzw. szybkozłączek	TAK	
12	Możliwość zainstalowania pasów zabezpieczających	TAK	

## II. WÓZEK INWALIDZKI – 1 SZTUKA

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję oraz promieniowanie UV	TAK	
2	Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych	TAK	
3	Wytrzymałość wózka min. 120 kg	TAK	
4	Szerokość siedziska 49 ± 3 cm	TAK	
5	Całkowita szerokość wózka max. 68 cm	TAK	
6	Podłokietniki długie, podpierające całe przedramię, odchylane i demontowalne	TAK	
7	Podnóżki uchylne i demontowane, posiadające regulację długości dla osób o różnym wzroście	TAK	
8	Płyty podnóżka aluminiowe, zaopatrzone w kółka odbojowe	TAK	
9	Koła tylne o średnicy 24 cali, pełne bezdętkowe	TAK	
10	Koła przednie o średnicy 18 - 20 cm, pełne bezdętkowe	TAK	
11	Koła bez tzw. szybkozłączek	TAK	
12	Możliwość zainstalowania pasów zabezpieczających	TAK	

## III. ROLKI DO PRZENOSZENIA PACJENTÓW – 2 SZTUKI

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Rolki do przenoszenia pacjenta	TAK	
2	Rolki i rama ze stopów aluminium	TAK	
3	Pokrycie łatwozmywalne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne	TAK	
4	Wymiary: 1100 x 485 ± 10 mm	TAK	
5	Udźwig 120 – 150 kg	TAK	
6	Ciężar max. 4 kg	TAK	

## IV. ROLKI DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW – 2 SZTUKI

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Rolki do przenoszenia pacjenta	TAK	
2	Rolki i rama ze stopów aluminium	TAK	
3	Pokrycie łatwozmywalne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne	TAK	
4	Wymiary: 1100 x 485 ± 10 mm	TAK	
5	Udźwig 120 – 150 kg	TAK	
6	Ciężar max. 4 kg	TAK	

## V. CHODZIK – 10 SZTUK

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Balkonik 3-funkcyjny: kroczący, stały lub stały-dwukołowy)	TAK	
2	Szerokość min 50 cm	TAK	
3	stabilna i wytrzymała konstrukcja z regulacją wysokości (zakres od 790 do 950 mm ± 10 mm)	TAK	
4	Maksymalne obciążenie min. 136kg	TAK	
5	Koła przednie średnica 5" (120mm) + dodatkowe nóżki do funkcji	TAK	



	krocząco-stalej		
6	Rama aluminiowa wzmocniona	TAK	
7	Składany za pomocą jednego przycisku	TAK	
8	Ergonomiczne uchwyty	TAK	

#### VI. PRZEWIJAK – 2 SZTUKI

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Przewijak usztywniony z podwyższonymi bokami	TAK	
2	Wymiary: 700x500±200mm	TAK	
3	Pokryty materiałem łatwo zmywalnym, antyalergicznym	TAK	
4	Łatwy do utrzymania czystości	TAK	

#### VII. STÓŁ DO BADANIA NIEMOWLĄT – 1 SZTUKA

Lp.	Opis parametru	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Wymiary zewnętrzne stolika 830x660 ± 20 mm	TAK	
2	Wysokość od podłoża do blatu 870 ± 20 mm	TAK	
3	Wysokość burt okalających blat min. 30 mm	TAK	
4	Podstawa z osłoną z ABS	TAK	
5	Blat wykonany z tworzywa ABS, zabezpieczony z trzech stron burtami	TAK	
6	Konstrukcja - stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na kolor biały, umożliwiający dowolną regulację umieszczenia szafki, profil nośny z kanałami montażowymi po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów	TAK	
7	Stolik z szafką z płyty meblowej MDF, z drzwiczkami	TAK	
8	Wymiar szafki: 650x500x400 ±10 mm	TAK	
9	Blat stolika wyposażony w materacyk z obiciem tapicerskim zmywalnym i odpornym na środki dezynfekcyjne	TAK	
10	Wyposażony w boczną półkę	TAK	
11	Wyposażony w kółka jezdne	TAK	





**Załącznik nr 3 do SIWZ**

..... ,  
(pieczęć Wykonawcy)

**Oświadczenie**

Składane w postępowaniu na wybór Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634),

Niniejszym oświadczam, że **należę/nie należę** (*niepotrzebne skreślić*) do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty

Lp.	Wskazanie Wykonawców
1	
2	
3 itd	

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..... ,  
(miejsowość, data)

.....  
data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

**UWAGA**

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej [www.zzozwadowice.pl](http://www.zzozwadowice.pl) informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę.



**Załącznik nr 4 do SIWZ**

..... ,  
(pieczęć Wykonawcy)

**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**

**(wzór)**

*Przystępując do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla ZZOZ w Wadowicach*

Nazwa Wykonawcy (ów) .....

Adres Wykonawcy (ów) .....

.....  
oświadczam/y, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonałem/ liśmy następujące dostawy:

Rodzaj i zakres (przedmiot dostawy)	Wartość zamówienia brutto (zł)	Okres realizacji	Podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana	Oświadczam/ y, że polegam/ y, na wiedzy i doświadczeniu
				własnym* innych podmiotów*

\* należy skreślić niewłaściwy wariant

..... ,  
(miejsowość, data)

..... ,  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



**Załącznik nr 5 do SIWZ**

..... ,  
(pieczęć Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE**

o spełnianiu wymogów ustawy o wyrobach medycznych, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy: .....

- .....
1. Oświadczam, że oferowany sprzęt medyczny/ wyposażenie\* .....
  - 1.1. spełnia/nie spełnia\* wymogi przewidziane przez ustawę z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 221 ze zm.)
  - 1.2. spełnia/nie spełnia\* wymogi przewidziane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U z 2016r. poz.211 ze zm.).
  2. Oświadczam/y, że posiadam dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań przewidzianych przez ustawę z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 221 ze zm.), zwaną dalej „ustawą”, potwierdzające dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i używania tj. deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu lub deklaracja zgodności dla oferowanego wyrobu wraz z certyfikatem zgodności dla:.....
  3. Zobowiązujemy się do:
    - 3.1. przekazania Zamawiającemu w/w dokumentów w dniu odbioru sprzętu/ wyposażenia\*
    - 3.2. dokonania wszelkich starań zmierzających do uzyskania przedłużenia terminów ważności dokumentów dopuszczających dostarczone wyroby do obrotu i stosowania przez cały okres trwania umowy. Powyższe działania zobowiązujemy się podjąć w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości tych dokumentów.
  4. Oświadczam, że dla ..... nie są wymagane w/w dokumenty.

\*- niepotrzebne skreślić

..... ,  
(miejsowość, data)

..... ,  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)



Załącznik nr 6 do SIWZ

..... ,  
(pieczęć Wykonawcy)

**Formularz Ofertowy (wzór)**

Nazwa oraz siedziba Wykonawcy:.....

TELEFON: .....; FAX: .....

REGON: ..... , NIP: .....

INTERNET: http: .....; e-mail: .....

Nazwa banku .....

Nr konta bankowego .....

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:.....

(imię nazwisko, tel. kontaktowy)

Osoba upoważniona do zawarcia umowy:.....

(imię nazwisko, stanowisko)

Niniejsza oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZP/PRZET/UE/1/2019

**Pakiet nr 1**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	Cena jedn. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handl.	Typ/model – jeśli dotyczy	Nazwa Producenta
1.	Waga kolumnowa ze wzrostomierzem	4								
2.	Waga niemowlęca ze wzrostomierzem	2								
3.	Ssak elektryczny	4								
4.	Ssak próżniowy	5								
5.	Przewoźna lampa diagnostyczna bezcieniowa	1								
6.	Lampa bezcieniowa	1								
7.	Fotel ginekologiczny	5								
8.	Fotel laryngologiczny	2								
RAZEM:					x			x	x	x

**Pakiet nr 2**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	Cena jedn. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handl.	Typ/model – jeśli dotyczy	Nazwa Producenta
1	Diatermia	1								
2	Diatermia - zestaw	1								
RAZEM:					x			x	x	x

**Pakiet nr 3**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	Cena jedn. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handl.	Typ/model – jeśli dotyczy	Nazwa Producenta
1.	Analizator do szybkiej diagnostyki laboratoryjnej	1								



RAZEM:		x			x	x	x
--------	--	---	--	--	---	---	---

**Pakiet nr 4**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	Cena jedn. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handl.	Typ/model – jeśli dotyczy	Nazwa Producenta
1.	Automatyczny analizator do badań immunohematologicznych	1								
RAZEM:					x			x	x	x

**Pakiet nr 5**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	Cena jedn. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handl.	Typ/model – jeśli dotyczy	Nazwa Producenta
1.	VOTEX – wyrząsarka/wstrząsarka	1								
RAZEM:					x			x	x	x

**Pakiet nr 6**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	Cena jedn. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handl.	Typ/model – jeśli dotyczy	Nazwa Producenta
1.	Tympanometr	1								
2.	Aduiometr -Zestaw	1								
RAZEM:					x			x	x	x

**Pakiet nr 7**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	Cena jedn. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handl.	Typ/model – jeśli dotyczy	Nazwa Producenta
1.	Przyrząd do hemostazy - Zestaw	1								
2.	Pistolet do czyszczenia i suszenia sprężonym powietrzem	1								
3.	Wanna do dezynfekcji	1								
4.	Sprężarka bezolejowa	1								
RAZEM:					x			x	x	x

**Pakiet nr 8**

Lp.	Nazwa	Ilość (szt)	Cena jedn. netto	Wartość netto	%VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	Nazwa handl.	Typ/model – jeśli dotyczy	Nazwa Producenta
1.	Wózek do przewożenia chorych siedzących	5								
2.	Wózek inwalidzki	1								
3.	Rolki do przenoszenia pacjentów	2								
4.	Rolki do przewożenia pacjentów	2								
5.	Chodzik	10								
6.	Przewijak	2								
7.	Stół do badania niemowląt	1								
RAZEM:					x			x	x	x



1. Wartość oferty netto:..... zł, brutto:..... zł (słownie brutto:.....),  
w tym dla Pakietu nr.....\* netto:..... zł, brutto: ..... zł \*
- \* *powtórzyć dla każdego oferowanego pakietu*
5. Termin płatności: 60 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT w formie przelewu.
6. **Termin realizacji zamówienia: .....(max 6) tygodni od dnia zawarcia umowy- dotyczy Pakietu nr 1, 5**
7. **Termin realizacji zamówienia: .....(max 4) tygodnie od dnia zawarcia umowy- dotyczy Pakietu nr 2, 3, 4, 6,**
8. **Termin realizacji zamówienia: .....(max 9) tygodni od dnia zawarcia umowy - dotyczy Pakietu nr 8**
9. **Termin realizacji zamówienia: .....(max 5) tygodni od dnia zawarcia umowy - dotyczy Pakietu nr 7**
10. Okres gwarancji: ..... (min. 24) miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.\* - *dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 5, 6*
11. Okres gwarancji: ..... (min. 12) miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.\*- *dotyczy Pakietu nr 7, 8*
12. Okres gwarancji: ..... (min. 36) miesięcy od podpisania protokołu odbiorczego na warunkach nie gorszych niż w Kodeksie Cywilnym.\*- *dotyczy Pakietu nr 4*
- \**UWAGA! Brak wpisania ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów.*
13. Oświadczam/ y, że zapoznałem/ liśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję/ emy je bez zastrzeżeń.
14. Oświadczam/ y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/ emy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączonym do niej projektem umowy.
15. Oświadczam/y, że oferowane wyposażenie/ sprzęt\* będzie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018r
16. Oświadczam/y, że przeszkolimy personel w zakresie właściwej obsługi wyposażenia/sprzętu\*.
17. Oświadczam/y, że oferowane wyposażenie/sprzęt\* będzie kompletne do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
18. Wykonawca informuje, że:\*
- 18.1 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
- 18.2 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących usług ....., których usługa będzie prowadzić do jego powstania.  
Wartość usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ..... zł netto.\*\*
11. Oświadczam/ y, że w przypadku uznania mojej/ naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję/ emy się do świadczenia usług na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załączonym do niej projektem umowy oraz w złożonej ofercie.
12. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmuję/ emy je bez zastrzeżeń.





13. Oświadczam, że wartość oferty jest ceną ostateczną do zapłaty z uwzględnieniem wszystkich czynników określonych w SIWZ oraz w projekcie umowy będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ.

14. Wymienione niżej dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane osobom trzecim:

14.1. ....

14.2. ....

15. Oświadczam/y, że przewiduję/emy powierzenie zamówienia podwykonawcom  
..... (podać nazwę firmy podwykonawcy) .....(podać zakres powierzonych prac) ..... (podać wartość powierzanych prac (brutto))  
.....(podać % udział (brutto) w cenie oferty)

16. Części realizacji zamówienia jakie powierzam/y podwykonawcy:

16.1. ....

16.2. ....

17. Oświadczam/y, że nie przewiduję/emy powierzenia podwykonawcom realizacji części zamówienia\*.

18. Oświadczam/y, że wypełniłem/niliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

19. Oświadczamy, że poinformuję/jemy osoby, których dane osobowe udostępniły w związku z realizacją niniejszego zamówienia w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że jest on Administratorem danych przetwarzanych w związku z realizacją niniejszej umowy. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu, w celu realizacji umowy i jej rozliczenia. Przetwarzane będą następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, stanowisko) i dane do kontaktu (adres e-mail i telefon). Dane będą przetwarzane do czasu trwania postępowania o udzielenie zamówienia, umowy i wygaśnięcia roszczeń oraz upływu terminu określonego w odrębnych przepisach prawa dotyczących archiwizacji. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty mające dostęp na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych: [iod@zozwadowice.pl](mailto:iod@zozwadowice.pl)

20. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia spełnia n/w warunki graniczne:

Nazwa sprzętu/ wyposażenia .....

Producent .....

Model/ Typ .....

Rok produkcji .....

lp	Wymagane parametry	Podać oferowany parametr i opis oraz typ/model/producent –jeśli dotyczy
	Itđ.	

**Uwaga: W przypadku braku uzupełnienia w/w tabeli potwierdzającej oferowane parametry sprzętu, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

21. Opis kryteriów oceny parametrów dodatkowych:

#### Dotyczy Pakiet nr 1

l.p.	Parametry dodatkowe – oceniane	Niepotrzebne skreślić
<b>III. SSAK ELEKTRYCZNY - 4 szt</b>		
1	Precyzyjny regulator podciśnienia z zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem podciśnienia	Regulator membranowy - 40 pkt; Inny - 0 pkt

UWAGA! Brak ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów. Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametry o wartości granicznej dla danej pozycji.

#### Dotyczy Pakiet nr 2

l.p.	Parametry dodatkowe – oceniane	Niepotrzebne skreślić
<b>IV. DIATERMIA – ZESTAW – 1 SZTUKA</b>		
1	Interaktywny pojemnościowy ekran dotykowy - płaski, odporny na uderzenia i zarysowania, z bezodpryskowego szkła bezpiecznego, łatwy do utrzymania w czystości, wielkość wyświetlacza min. 9"	> 9" – 5 pkt. = 9" – 0 pkt.
2	System podświetlanych gniazd: - podświetlenie wolnych gniazd - brak podświetlenia gniazd z podłączonym instrumentem, - podświetlenie danego gniazda miga w czasie zmiany ustawień	TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
3	Aktywacja narzędzi do ligacji przez włącznik nożny i z rękojeści	TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
4	Możliwość jednoczesnej aktywacji dwóch instrumentów monopolarnych i dwóch instrumentów bipolarnych.	TAK- 5 pkt. NIE- 0 pkt.
5	Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych LUB Cykl zamykania naczyń w pełni automatyczny, bez konieczności wyboru ustawień mocy i efektów, dostosowany do używanego narzędzia	Tryb z koniecznością wyboru nastaw - 0 pkt. Cykl automatyczny - 10 pkt.

UWAGA! Brak ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów. Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametry o wartości granicznej dla danej pozycji.

#### Dotyczy Pakiet nr 4

l.p.	Parametry dodatkowe – oceniane	Niepotrzebne skreślić
<b>II. AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO BADAŃ IMMUNOHEMATOLOGICZNYCH - 1 SZT</b>		
1	Podłączanie do istniejącego systemu Marcel	10-TAK 0-NIE

UWAGA! Brak ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty –powoduje jedynie brak dodatkowych punktów. Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametry o wartości granicznej dla danej pozycji.

#### Dotyczy Pakiet nr 6

l.p.	Parametry dodatkowe – oceniane	Niepotrzebne skreślić
<b>II. TYMPANOMETR -1szt.</b>		
1	Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie (diagnostycznej i screeningowej) bez konieczności odpinania w celu zmiany sondy w trakcie badania	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
2	Wbudowane w urządzenie miejsce na odłożenie sondy screeningowej	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt



3	Dokładność pracy pompy $\pm 10\%$ lub $\pm 10$ daPa (w zależności od tego, która wartość jest większa)	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
4	Wbudowany wyświetlacz min. 7”, min. 800x480 pikseli	Tak – 5pkt Nie – 0 pkt
5	Pobór energii < 60VA	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
<b>AUDIOMETR Zestaw</b>		
<b>AUDIOMETR DIAGNOSTYCZNY - 1 szt</b>		
6	Podawanie sygnału normalne (sygnał jest podawany gdy wciśnięty jest klawisz) i odwrócone (sygnał zanika gdy wciśnięty jest klawisz)	Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt
7	Wyświetlacz LED min. 2x16 znaków, z regulowanym kontrastem/jasnością wyświetlania, wyświetlanie informacji dot. natężenia, częstotliwości, maskowania, wyboru ucha	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt

UWAGA! Brak ocenianego parametru nie dyskwalifikuje oferty – powoduje jedynie brak dodatkowych punktów. Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował parametry o wartości granicznej dla danej pozycji.

..... ,  
(miejsowość, data)

.....  
data i podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do  
reprezentowania Wykonawcy

\*niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT





- 3.3.3. instrukcji obsługi w języku polskim zawierającej informację o sposobie sterylizacji i dezynfekcji- jeśli dotyczy
- 3.3.4. wykazu autoryzowanych punktów serwisujących przedmiot zamówienia na terenie Polski
- 3.3.5. paszportu technicznego- jeśli dotyczy
- 3.3.6. wykazu Dostawców części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych
- 3.3.7. listę czynności konserwujących, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie - jeśli dotyczy
- 3.3.8. oświadczenia o częstotliwości wykonywania przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych (zgodnie z instrukcją obsługi Producenta)
- 3.3.9. niezbędną dokumentację/ oprogramowanie serwisowe konieczne do diagnozowania (regulowania) i napraw urządzenia.
4. Do wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym muszą być dołączone ich tłumaczenia na język polski, poświadczone przez Dostawcę.
5. Niewykonanie przez Dostawcę jakiejkolwiek czynności określonej w ust. 3 będzie traktowane jako opóźnienie w wykonaniu umowy oraz będzie stanowić podstawę do odmowy podpisania protokołu odbioru sprzętu przez osoby upoważnione przez Zamawiającego
6. Dostawca zobowiązuje się do przeszkolenia personelu ZZOZ w Wadowicach w zakresie konserwacji i przeglądów sprzętu w przypadku gdy producent zaleca wykonanie tych czynności przez personel – szkolenie winno być potwierdzone certyfikatem, dyplomem lub zaświadczeniem.
7. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
  - 7.1. ze strony Zamawiającego Kierownik Działu Technicznego ZZOZ w Wadowicach lub osoba przez niego upoważniona oraz Ordynator Oddziału ZZOZ w Wadowicach, do którego kierowany jest sprzęt lub osoba przez niego upoważniona,
  - 7.2. ze strony Dostawcy: ..... lub osoba przez niego (nią) upoważniona.

### §3

1. Dostawca odpowiada za jakość dostarczonego sprzętu
2. Dostawca udziela ..... miesiące gwarancji na sprzęt, ale nie mniej niż gwarancja producenta. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Gwarancja biegnie od daty podpisania przez strony protokołu odbioru
3. Dostawca zapewni w okresie obowiązywania gwarancji sprawne funkcjonowanie dostarczonego sprzętu, w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez Zamawiającego w umowie celów i parametrów.
4. Dostawca zapewnia dostarczenie sprzętu wolnego od wad prawnych i fizycznych. Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte w terminie nie dłuższym niż 14 dni licząc od daty pisemnego lub telefonicznego powiadomienia.
5. Jeżeli w wykonywaniu obowiązków z tytułu gwarancji dostarczono Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad objętą gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od momentu dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
6. Jeżeli w okresie gwarancji okaże się, że sprzęt posiada wady ukryte, Dostawca wymieni go na wolny od wad. Jeżeli wymiana pociągać będzie za sobą dodatkowe koszty – koszty te poniesie Dostawca.
7. Dostawca w szczególności zobowiązuje się do:



- 7.1 zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od dnia uruchomienia sprzętu,
- 7.2 całkowicie bezpłatnego serwisu i naprawy w okresie gwarancji przez osoby posiadające wymagane uprawnienia chyba, że usterka wynikała z nieprawidłowego użytkownika sprzętu.
- 7.3. bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta i zakończonych wpisem do paszportu technicznego,
- 7.4. wykonania, jeżeli producent wymaga przeglądów, bez względu na jego zalecenie dotyczące częstotliwości przeglądów, przeglądu w ostatnim miesiącu okresu gwarancji. Przegląd winien nastąpić w siedzibie ZZOZ w Wadowicach, termin przeglądu ustala Dostawca z min 14- dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie w przypadku konieczności wykonania przeglądu poza siedzibą ZZOZ w Wadowicach Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia do ZZOZ w Wadowicach sprawnego sprzętu zastępczego (z potwierdzeniem sprawności), o parametrach nie gorszych od naprawianego. Niewykonanie przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji automatycznie wydłuża okres gwarancji do ostatniego dnia miesiąca wykonania tego przeglądu.
- 7.3. utrzymania ładu i porządku w miejscu dostawy i montażu sprzętu, tj. usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów. Po zakończeniu montażu sprzętu zadaniem Dostawcy jest uporządkowanie miejsca dostawy i montażu.
- 7.4. pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku działań Dostawcy, Podwykonawcy, pracowników oraz innych osób, za które ponosi odpowiedzialność (np. zniszczenie lub uszkodzenie drzwi, ścian oraz innych elementów obiektu).
8. Trzy naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji powodują wymianę tego elementu na nowy.
9. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju sprzętu oraz o czas naprawy.
10. Czas reakcji serwisu max 48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia. Czas reakcji serwisu to czas, w którym Dostawca od momentu powiadomienia o usterce sprzętu przyjedzie do siedziby Zamawiającego w celu jej zdiagnozowania
11. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wady dostarczonego sprzętu, albo wymiany wadliwej części sprzętu w terminie 48 godzin (w dni robocze od poniedziałku do piątku) od zgłoszenia, ZZOZ w Wadowicach ma prawo zlecenia wykonania usługi osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy. Zatrudnienie osoby trzeciej nie powoduje utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości.
12. Naprawa uszkodzonego sprzętu powinna nastąpić w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
13. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych Dostawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 72 godzin roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty wysłania zgłoszenia sprawny sprzęt zastępczy (z potwierdzeniem sprawności), o parametrach nie gorszych od naprawianego.
14. Sprzęt o wadze do 15 kg, którego przegląd lub naprawa mają być poza siedzibą ZZOZ w Wadowicach, na wniosek Dostawcy będzie wysłany na jego koszt. Dostawca zapewni odbiór osobisty sprzętu o nietypowych wymiarach, wadze powyżej 15kg, wrażliwego na wstrząsy nieprzeznaczonego do transportu firmą kurierską.
15. Gwarancją nie są objęte:
- 16.1. uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
- mechanicznego uszkodzenia powstałego z winy Użytkownika i wywołane nim wady;
  - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkownika, przechowywania, konserwacji;





- 16.2. materiały eksploatacyjne oraz materiały podlegające normalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (np. żele, żarówki, kable, folie, paski itp.).
- 16.3.uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (np. pożar, powódź, zalanie itp.)
16. Strony umowy nie są odpowiedzialne za skutki wynikające ze zdarzeń zewnętrznych, nie dających się przewidzieć, których skutkom normalnie istniejącymi środkami nie da się zapobiec. O przypadkach zaistnienia siły wyższej strony bezzwłocznie prześlą sobie związane z tym informacje
17. Dostawca zobowiązuje się przy wykonaniu przedmiotu umowy do zachowania procedur i instrukcji obowiązujących w ZZOZ w Wadowicach wynikających z wymogów norm ISO 9001:2015.
18. Dostawca winien przestrzegać wymagań określonych w systemie zarządzania środowiskowego wg normy ISO 9001:2015, w szczególności:
- 19.1.minimalizować zużycie nośników energii i surowców naturalnych podczas realizacji umowy,
- 19.2.minimalizować ilość wytwarzanych odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
- 19.3.segregować odpady i przekazywać je uprawnionemu podmiotowi, z którym ZZOZ w Wadowicach ma podpisaną umowę.
19. Dostawcy nie wolno:
- 20.1.wwozić na teren ZZOZ w Wadowicach jakichkolwiek odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
- 20.2.składować żadnych substancji niebezpiecznych mogących zanieczyścić powietrze atmosferyczne, wodę, glebę,
- 20.3.spalać odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
- 20.4.wylewać jakichkolwiek substancji do gleby lub kanalizacji deszczowej.
20. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w ZZOZ w Wadowicach wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
21. W przypadku realizowania przez Zamawiającego innych dostaw i montażu sprzętu/ wyposażenia, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie z dostawą i montażem sprzętu stanowiącym przedmiot niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkiej koniecznej współpracy oraz wszelkich koniecznych działań dla bezkolizyjnego i sprawnego przeprowadzenia wszystkich dostaw i montażu sprzętu/ wyposażenia Zamawiającego.
22. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne dostarczonego sprzętu wygasają w stosunku do Dostawcy po upływie 2 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano odbioru sprzętu, tj. podpisano bez uwag końcowy protokół odbioru sprzętu.

#### § 4 \*

- 1 Dostawca oświadcza, że powierzy Podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia:  
.....
- 2 W przypadku zatrudniania podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3.2, a także projektów ich zmiany, oraz poświadczony za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo ( w terminie 7 dni od daty jej zawarcia), której przedmiotem są dostawy i usługi objęte niniejszą umową.
- 3 Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić uzasadniony sprzeciw do jej treści i do jej zmiany.
- 4 Dostawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i ich pracowników (działania zawinione i niezawinione), jak za własne na zasadzie art.



474 kodeksu cywilnego.

*\* w przypadku zadeklarowania w ofercie, że Dostawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia § 4 zostanie usunięty.*

#### § 4

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

1.1 za opóźnienie w wykonaniu umowy, w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia niedostarczonego sprzętu, liczonego od upływu terminu o którym mowa w § 2 ust 1.

1.2 za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zamiennego o którym mowa w § 3 ust 13, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia naliczanego do wartości brutto sprzętu, który uległ awarii, za każdy dzień roboczy opóźnienia,

1.3 za opóźnienia w wykonywaniu przeglądów o których mowa w § 3 ust 7 pkt. 7.3 i 7.4, w wysokości 2% wynagrodzenia naliczanego od wartości brutto sprzętu, którego przeglądy zostały wykonane nieterminowo, za każdy dzień opóźnienia,

1.4 za opóźnienie w reakcji serwisu, w wysokości 0,5% wynagrodzenia naliczanego od wartości brutto sprzętu, którego reakcja serwisowa dotyczy, za każdy dzień roboczy opóźnienia, liczonego od upływu terminu o którym mowa w § 3 ust 10.

1.5 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

3 Zamawiający uprawniony jest do potrącania zastrzeżonych kar umownych z wynagrodzenia Dostawcy, po uprzednim wezwaniu do zapłacenia kary.

4 Dostawca, zrzeka się do prawa naliczania odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia z zapłatą należności wynikających z niniejszej umowy.

5 Zamawiający oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, może odstąpić od umowy w przypadku:

5.1 niezrealizowania dostawy sprzętu w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1

5.2 nie przekazania Zamawiającemu w dniu odbioru sprzętu dokumentów, o których mowa w § 2 ust.3.

5.3 w razie istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy zagraża bezpieczeństwu publicznemu, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

6 Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 5.1, 5.2 powinno być zrealizowane w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia zdarzeń stanowiących podstawy do odstąpienia od umowy.

7 Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia kar umownych w wysokości 10% kwoty brutto przedmiotu umowy, jeżeli w terminie 3 dni od zmiany lub rezygnacji podwykonawcy, na którego zasoby Dostawca się powoływał nie wykaże, że nowy podwykonawca lub sam Wykonawca spełnia wymagania stawiane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.\*



\* w przypadku zadeklarowania w ofercie, że Dostawca nie powierzy podwykonawcom żadnej części zamówienia § 4 ust.7 zostanie usunięty.

## § 5

1. Należność z tytułu realizacji umowy określono w oparciu o złożoną ofertę i ustala się ją na kwotę netto ....., brutto ..... (słownie..... /100), w tym dla:

1.1 Pakietu nr .....: ..... zł netto, ..... zł brutto, itd

2 Należność będzie płatna w ciągu 60 dni od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. Dostawca jest zobowiązany do wykazania na fakturze sprzęt zgodnie z formularzem ofertowym. Jednakże Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku środków na koncie Projektu w wymaganym terminie płatności, zapłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej transzy dotacji rozwojowej. Płatność uzależniona będzie od otrzymania środków z Funduszu Europejskiego z zastrzeżeniem braku możliwości naliczenia odsetek w wyniku opóźnienia wynikającego z przekazania kolejnej transzy środków z Instytucji Zarządzającej.

3 Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół końcowy odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4 Dopuszcza się zmianę ceny przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, jedynie w przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT.

5 Zmiana stawki podatku VAT następuje z mocy prawa, przy czym cena jednostkowa netto nie ulega zmianie.

## § 6

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:

3.1 zmiany terminu (wydłużenie terminu realizacji) dostawy wyposażenia w związku wystąpieniem okoliczności i zdarzeń, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć w chwili prowadzenia postępowania przetargowego;

3.2 konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych związanych z realizacją przedmiotu umowy;

3.3 konieczności wprowadzenia zapisów do umowy, które zastaną narzucone warunkami umowy o dofinansowanie lub jej zmianami;

3.4 obniżenia kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1, w przypadku niezamówienia całości towaru określonego w załączniku nr 1, lub w przypadku obniżenia cen jednostkowych towaru, lub w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług;

3.5 zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 2 ust 5, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;



3.6 obniżenia cen jednostkowych sprzętu, o których mowa w załączniku nr 1, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług;

3.7 zastąpienia towaru dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem nowym, posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego towaru, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu;

3.8 zastąpienia towaru dotychczas dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem o wyższej jakości, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu;

3.9 strony dopuszczają także możliwość zmiany w umowie w zakresie danych identyfikujących strony umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne zapisy dotyczące wskazania stron.

4 Powyższe zmiany nie mogą skutkować zwiększeniem ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego

#### § 7

Dostawca oświadcza, że:

1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
2. posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania dostawy objętej niniejszą umową.
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

#### § 8

1. Dostawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 kodeksu cywilnego (w szczególności Dostawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.
3. Wyklucza się udzielenie przez Dostawcę upoważnienia, które skutkowałoby uprawnieniem podmiotu trzeciego do administrowania wierzytelnością, w tym dochodzenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

#### § 9

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.

#### § 10

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egzemplarze dla Zamawiającego; 1 egzemplarz dla Dostawcy.

**DOSTAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z dnia: .....